

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	丁锁军	
	职称:	高工	
	工作单位:	省肿瘤医院	
项目信息	项目名称:	皋兰县人民医院放射科 CT 维修项目	
	供应商名称:	青海西维医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	考虑到该院大型 CT 设备是购置 GE 公司的产品,现更换原有设备的附件 JEDI; HEMIT 高压油箱,所需的硬件要与原接口相互配套,软件相互兼容使用,确保治疗效果。具有唯一性,无法替代,预算合理,根据《政府采购法》相关规定要求,只能采取单一来源的方式获得该项目服务。		
专业人员签字	丁锁军		日期: 2025 年 2 月 24 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 杨明霞	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 省康复医院	
项目信息	项目名称： 皋兰县人民医院放射科 CT 维修项目	
	供应商名称： 青海西维医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	当前该院有一套 GE CT 设备，目前设备上的 JEDI 高压油箱和 HEMIT 高压油箱两个部件因故障需要更换，为了确保新购进的配件与原主机完全配套，为了保证新配件与原有设备的兼容性和硬件相互匹配，为了保证具有唯一性、无法替代性，并符合预算管理要求。 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，拟按单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	杨明霞	日期： 2025 年 2 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈彩虹	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 皋兰县疾控中心	
项目信息	项目名称: 皋兰县人民医院放射科 CT 维修项目	
	供应商名称: 青海西维医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	目前医院仅存的一套 GECT 设备上的 JEDI 高压油箱和 HEMI 高压油箱两个部件因故障需要更换, 所需的配件要与原主机接口相互配套, 以确保其疗效效果, 使软件相互兼容, 为了具有唯一性. 无替代, 预算合理。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定, 只能采取单一来源的方式进行该项服务的采购。	
专业人员签字	陈彩虹	日期: 2025年 2月 26日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。