

## 附件 1

项目	具体参数
型号	GS-30717
球管热容量	3.5MHU
阳极靶面直径	140mm
球管阳极最大散热率	395kHU/min
小焦点尺寸	0.7mm×0.8mm
大焦点尺寸	1.2mm*1.4mm
最小管电压	70kV
最大管电压	140kV
管电压档位	70kV, 80kV, 100kV, 120kV, 140kV
最小管电流	10mA
最大管电流	350mA
球管灯丝最大瞬时电流	6A
工程师配比	需配备有至少两名全职的 CT 厂家认证的工程师，需提供厂家资质证明
更换球管工程师要求	为确保球管更换后的稳定性，必须由原厂工程师到现场更换球管。
球管适配性	所更换的球管必须为同整机注册一致的球管，并提供更换同型号球管的维修工单。
质保期	自安装验收完毕之日起，提供 12 个月备件保修服务或者球管限扫 10 万秒次。