

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘伟	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	上海市浦东新区	
项目信息	项目名称:	IA13P 呼吸机, 呼吸机管路, 呼吸机门框维修项目.	
	供应商名称:	迈柯唯(上海)医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	申请采购该维修项目, 是为了 保证呼吸机工作, 其性能具有 唯一性. 经单一来源采购, 予以 采购.		
专业人员签字	刘伟	日期:	2025.2.18

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张学兰	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 省人民医院	
项目信息	项目名称: IABP泵保养及驱动阀检修项目	
	供应商名称: 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	申请采购的设备为原医院使用设备的配件及维修项目,具有一定的唯一性,故必须采购原使用设备匹配的配件与维修。	
专业人员签字	张学兰	日期: 2025.2.18.

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁锁牢	
	职称: 高工	
	工作单位: 肿瘤医院	
项目信息	项目名称: IABP泵保养及驱动阀门组维修项目	
	供应商名称: 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	申请采购该项目的维修服务 由于该项目IABP泵保养及驱动阀门组维修项目, 国内只有一家合法授权的公司提供维保服务工作, 具有唯一性, 只能采取单一来源的方式获得服务。	
专业人员签字	丁锁牢	日期: 2025.2.18

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王新苗	
	职称: 律师	
	工作单位: 北京德恒(兰州)律师事务所	
项目信息	项目名称: IABP泵保养及驱动阀门组维修项目	
	供应商名称: 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	该项目不属于限制单一来源采购的项目。 鉴于该项目为原使用设备的维保服务, 为保证原用设备能正常安全进车, 采用单一来源方式采购,不违反我国现 行的法律、行政法规的禁止性规定。	
专业人员签字	王新苗	日期: 2025.2.18

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	谢金荣
	职称:	工程师
	工作单位:	兰大二院
项目信息	项目名称:	IABP泵保养及驱动阀门组维修项目
	供应商名称:	迈柯唯(上海)医疗设备有限公司
专业人员论证意见	主动脉球囊反搏泵, 型号为CS300 以更换驱动阀门组为5000小时保 养套包. 为保证反搏泵的技术参 数一致, 和完全配套, 必须采购 原厂配件, 只能采用单一来源 采购.	
专业人员签字	谢金荣	日期: 2025. 2. 18

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。