

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员 信息	姓 名：赵清荣	
	职 称：副主任医师	
	工作单位：陇西县妇幼保健院	
项目信息	项目名称：陇西县第二人民医院宫腔镜检查镜采购项目	
	供应商名称：甘肃医源创生医疗器械有限公司	
专业人员论证 意见	1. 医院目前使用的宫腔镜检查镜为奥林巴斯品牌，其图像处理系统、数据接口均与奥林巴斯原品牌高度兼容，若更换其他品牌设备，可能导致无法适配新设备，造成资源浪费。 2. 奥林巴斯宫腔镜在光学成像、操作灵活性和功能方面具有独特的技术优势，其他品牌难以完全替代。 3. 如果项目对设备的技术性能有严格要求，且其他品牌无法满足，单一来源采购是合理选择。 4. 综上所述，必须采购单一来源的原品牌进口设备。	
专业人员签字	赵清荣	日期：2025.3.10

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名:	李继民
	职 称:	副主任医师
	工作单位:	陇西县第一人民医院
项目信息	项目名称:	陇西县第二人民医院宫腔镜检查镜采购项目
	供应商名称:	甘肃医源创生医疗器械有限公司
专业人员论证意见	本院目前使用宫腔镜为奥林巴斯品牌,品牌设备其图像处理系统,数据接口均与奥林巴斯设备高度兼容。若更换其他品牌设备,可能导致:没有奥林巴斯无法适配新设备,造成资源浪费,综合上述优点,必须引进该设备。	
专业人员签字	李继民	日期: 2025. 3. 70

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 高仁峰	
	职 称: 副主任医师	
	工作单位: 陇西县妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 陇西县第二人民医院宫腔镜检查镜采购项目	
	供应商名称: 甘肃医源创生医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	本次采购的设备在国内, 性能及技术参数上具有高度的独特性. 具体体现在以下几个方面. 1. 系统兼容性: 原有设备奥林巴斯宫腔镜及进口设备. 本次采购为奥林巴斯配件, 只有采购进口配件才能完美集成. 兼容性高. 形成完美的系统. 2. 性能要求匹配: 该设备在国内参数高, 对宫腔镜方面完全符合当前医院设备的技术要求. 该产品检查宫腔镜和3mm30°, 宫颈可持续灌注. 该器械目前无可替代手术器械. 综上所述, 必须采购进口产品.	
专业人员签字	高仁峰	日期: 2025.3.10

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。