

单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

使用单位	兰州市第二人民医院		
项目名称	分子筛制氧机维护项目		
采购内容	采购设备原装分子筛三台		
项目金额	23.81万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	赵海斌	医院管理助理研究员	甘肃中医院
专家论证意见	原分子筛制氧系统整机品牌为山东尚健，制氧主机品牌为Anisee，分子筛制氧系统主机已经用10年以上，制氧能力出现衰减，需更换同品牌分子筛制氧系统。 专家签字：赵海斌 日 期：2025.3.17		

单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

使用单位	兰州市第二人民医院		
项目名称	分子筛制氧机维护项目		
采购内容	采购设备原装分子筛三台		
项目金额	23.87万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	曹学修	高 职	兰州大学第一医院
专家论证意见	该院所使用制氧机为原装进口设备，已使用10余年，其关键部件制氧机分子筛已不能保证正常使用寿命，而国内同类配件不能保证该设备正常运行，需购置该设备原厂制氧机分子筛，以保证该设备正常运行。 专家签字：曹学修 日 期：2015.3.17		

单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

使用单位	兰州市第二人民医院		
项目名称	分子筛制氧机维护项目		
采购内容	采购设备原装分子筛三台		
项目金额	23.87万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	柴文晓	正高	甘肃省人民医院
专家论证意见	根据政府采购法有关规定,本次采购原有机分子筛,以提高制氧品质,为保证设备更换后的一致性,建议与原机分子筛保持一致,且经单一来源采购条件。 专家签字: 2025年 3月 17日		