

定西市红十字中心血站 2025 血液核酸检测试剂采购单一来源论证专家信息表

序号	姓名	工作单位	专业	技术职称	专家签字	联系电话
1	陈小平	定西市人民医院	临床医学 检验技术	工程师	陈小平	18993020226
2	杨增华	定西市疾控中心	检验	副主任医师	杨增华	13071362885
3	马建平	定西市第二人民医院	放射	主任医师	马建平	15290299385

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈 平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 定西市红十字中心血站 2025 血液核酸检测试剂采购	
	供应商名称: 上海科华生物工程股份有限公司	
专业人员论证意见	定西市红十字中心血站拟采购的血液核酸检测试剂要求: 完全匹配血站现有实验室环境条件核酸检测系统, 定西市红十字中心血站现使用的血液核酸检测系统为上海科华生物工程股份有限公司生产, 该设备所使用的试剂因国内同类产品无法替代使用, 必须使用上海科华生物工程股份有限公司生产的血液核酸检测试剂, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈 平	日期 2025 年 5 月 8 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培东	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 定西市疾控中心	
项目信息	项目名称: 定西市红十字中心血站 2025 血液核 酸检测试剂采购	
	供应商名称: 上海科华生物工程股份有限公司	
专业人员论证意见	该项目采购的上海科华生产的血液核酸试剂, 由于该单位所使用的检测设备为上海科华生物工程股份有限公司生产, 目前国内其他厂家的试剂无法配套使用, 必须使用原厂试剂, 故必须使用单一来源采购方式采购, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨培东	日期 2025 年 5 月 8 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王延平	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 定西市红十字中心血站 2025 血液核酸检测试剂采购	
	供应商名称: 上海科华生物工程股份有限公司	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的血液核酸检测试剂, 在技术参数中要求: 完全匹配现有核酸检测系统。而定西市红十字中心血站使用的核酸血液筛查检测系统为上海科华生物工程股份有限公司生产, 该设备所用试剂为专用。国内其他厂家生产的试剂无法配套使用, 必须使用上海科华生物工程股份有限公司生产的血液核酸检测试剂, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	王延平	日期 2025 年 5 月 8 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。