

单一来源采购专家论证意见表

时间： 2025年8月10日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院西门子 DR 球管采购项目		
采购内容	DR 球管		
项目金额	20 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	李丽君	副主任医师	天水市第四人民医院
专家论证意见	由于该球管的技术独占性，与主机系统的深度绑定性、对医疗设备安全性和可靠性的严格要求，以及知识产权和售后服务唯一保障性，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的情形，故建议采取单一来源方式（由西门子医疗系统有限公司或其授权单位）处采购。 专家签字：李丽君 日 期：2025.8.20		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年8月20日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院西门子 DR 球管采购项目		
采购内容	DR 球管		
项目金额	20 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	王世祿	副主任医师	天水市第一人民医院
专家论证意见	拟采购的X射线球管为原有设备核心部件，设备对此核心部件球管有严格的精准性和匹配性要求，根据《医疗器械注册与备案管理办法》，更换非原厂配件需重新注册整机，原厂配件可确保设备参数与注册信息一致，进而保障设备的有效性和安全性。 该球管为西门子DR，在中国总代理为“西门子医疗系统有限公司”负责在中国的销售和服务，根据《采购法》第三十一条，建议采用单一来源方式采购西门子DR。 专家签字：王世祿 日 期：2025.8.20		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 8 月 20 日

使用单位	天水市第四人民医院		
项目名称	天水市第四人民医院西门子 DR 球管采购项目		
采购内容	DR 球管		
项目金额	20 万元		
专家信息	姓 名	职 称	工 作 单 位
	王 强	副主任医师	天水市第三人民医院
专家论证意见	天水市第四人民医院需更换西门子DR球管。因DR由西门子医疗系统有限公司生产，由于技术保护需要与原厂相机相匹配兼容等各方面的原因，其它厂家球管无法兼容，使用原厂球管可保证现使用的DR正常工作，因此建议采用单一来源方式采购。由西门子医疗系统有限公司提供服务。 专家签字：王 强 日 期：2025.8.20		