

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名：丁波
	职称：主治医师
	工作单位：胶东保障部队960医院
项目信息	项目名称：皋兰县人民医院血液透析用水处理系统耗材采购项目
	供应商名称：西安和赢欣秀医疗科技有限公司
专家论证意见	本次项目拟采购的血液透析用水处理系统,该设备所需的核心耗材包括硬砂滤料、椰壳活性炭滤料、阳离子交换树脂及反渗透膜。原厂设备所用硬砂滤料材质坚硬、耐磨、抗腐蚀,化学成分以氧化硅为主,含量不低于92%。颗粒均匀,无粉尘,密度适中。椰壳活性炭滤料被吸附值大于100g/g。颗粒均匀,机械强度高,吸附力强。阳离子交换树脂类型为弱酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,出厂形态为Ⅲ型,其全交换容量(Ⅲ型)不低于1.9eq/L湿树脂。反渗透膜为膜元件膜基率稳定在92%或以上。膜元件具有高盐率、高产水量和运行压力的特点。 为了充分发挥设备性能,提高设备安全稳定性,符合国家相关质量与卫生标准,并满足医院临床严格要求达到GB19280-2015血液透析用水处理系统相关标准,具有唯一性,要与原设备相互配套使用,西安和赢欣秀医疗科技有限公司为西北地区唯一合法授权商,该项目经采用单一来源方式进行采购。
专家签字	丁波

日期:2025年9月16日

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名： 
	职称：副高
	工作单位：兰州市第一人民医院
项目信息	项目名称：皋兰县人民医院血液透析用水处理系统耗材采购项目
	供应商名称：西安和赢欣秀医疗科技有限公司
专家论证意见	该医院用的血液透析用水处理系统的重庆澳凯在医疗科技股份有限公司生产的圣德利品牌反渗透机设备。产品型号ISO10-2R0-1。西北地区的唯一授权商为西安和赢欣秀医疗科技股份有限公司。该设备所需的核心耗材包括石英砂滤料、椰壳活性炭滤料、RO膜、反渗透膜及内衬管路。该设备所用的石英砂滤料材质坚硬、耐磨、抗磨蚀、化学稳定性好、含硅量不低于90%、颗粒均匀、无粉尘、无杂质、椰壳活性炭滤料吸附值1000mg/g、颗粒均匀、机械强度高、吸附能力强。出厂型为5寸内(NM)型、其交换容量(全型)不低于1.9eq/L、该树脂膜、内衬管路、反渗透膜及内衬管路稳定性在99%以上、膜之体在长期使用中、高产水量和低运行压力、该机专用耗材。该项目必须采用单一来源进行采购。
专家签字	

日期2025年9月16日

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 丁锁军
	职称: 高工
	工作单位: 甘肃省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 皋兰县人民医院血液透析用水处理系统耗材采购项目
	供应商名称: 西安和赢欣秀医疗科技有限公司
专家论证意见	考虑到贵院现用的血液透析用水处理系统为重庆澳凯尔医疗科技股份有限公司生产的圣德利品牌制水设备 产品型号: SDLD-2R0-1, 西北地区的唯一授权商为西安和赢欣秀医疗科技有限公司。该设备所需的核心耗材包括石英砂滤料、椰壳活性炭滤料、阳离子交换树脂及反渗透膜, 含量不低于99%。椰壳活性炭滤料碘吸附值大于1000mg/g等技术参数要求, 专机专用耗材, 具有唯一性, 无法替代, 只能采取单一来源的方式采购。
专家签字	丁锁军

日期: 2025年9月16日