

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名 王超峰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 白银市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 白银市中心医院放射科 DR (EvoluTio) 球管与移动式 DR (DRXR-1) 探测器维修更换采购项目	
	供应商名称: 陕西奥博森电子科技有限公司	
专业人员论证意见	拟采购的DR球管与移动式探测器维修更换项目原设备为进口产品。为确保设备正常使用,设备采购过程中须与原设备匹配,以确保设备兼容、符合政府采购进口产品相关规定,故申请采用单一来源采购。	
专业人员签字	王超峰	日期: 2025 年 9 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王军	
	职称：副教授	
	工作单位：兰州大学	
项目信息	项目名称：白银市中心医院放射科 DR（EvoluTio）球管与移动式 DR（DRXR-1）探测器维修更换采购项目	
	供应商名称：陕西奥博森电子科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目维修设备为锐珂医疗生产产品，需更换球管和探测器均为进口产品，且更换和调试需有机器服务密钥，需具有原厂授权。陕西奥博森电子科技有限公司是锐珂公司西北地区的唯一授权维修代理商，具有唯一性和不可替代性，该项目只能采用单一来源采购方式，由陕西奥博森电子科技有限公司实施，符合单一来源采购有关规定。	
专业人员签字	王军	日期：2025 年 9 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 邵新	
	职称： 正高	
	工作单位： 兰大一院	
项目信息	项目名称： 白银市中心医院放射科 DR（EvoluTio）球管与移动式 DR（DRXR-1）探测器维修更换采购项目	
	供应商名称： 陕西奥博森电子科技有限公司	
专业人员论证意见	该项目采购为白银市中心医院放射科 DR 球管与移动式 DR 探测器，以上为 DR 主要配件，须与原设备匹配确保配件的规格、型号、性能等技术参数与原设备相符合。此次配件更换需要机器的兼容性，铅，具有不可替代性，只能采购原厂配件，因此只能采用单一来源方式采购。由唯一授权陕西奥博森电子科技有限公司负责实施。	
专业人员签字	邵新	日期：2025 年 9 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。