

# 白银市平川区中医医院医用耗材采购项目

## 遴选文件

项目编号：PCQZYYY-YYHC-2025001

采购单位：白银市平川区中医医院

2025 年 9 月

# 目 录

- 第一章 遴选公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 开标、评标及定标
- 第四章 评分办法
- 第五章 采购需求
- 第六章 合同条款及格式
- 第七章 附件

# 第一章 遴选公告

白银市平川区中医医院近期拟公开遴选以下医用耗材，兹邀请符合资格的供应商参加本次遴选活动。

本次遴选活动遵照《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》（国卫医发〔2019〕43号）、《甘肃省公立医疗机构高值医用耗材阳光采购实施方案》（甘药采发〔2016〕6号）等及我院相关制度执行。

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号：PCQZYYY-YYHC-2025001
- 2、项目名称：白银市平川区中医医院医用耗材采购项目
- 3、医用耗材遴选内容：（详见采购内容第五章）
- 4、服务期限：1年。使用满意可续签合同。

## 二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：

1)提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；

2)提供2023年度或2024年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；

3)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；

4)提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料（免税企业提供证明材料）和缴纳社会保障金的证明材料；

5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、信用查询：供应商须为未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准。采购人（代理机构）对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时将相关网页截屏打印并保存）。

3、本项目的特定资格要求：供应商须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

4、供应商须承诺，产品报价须为“药品和医用耗材招采管理子系统”最低价格，现场查询高于招采子系统最低价，则取消投标资格；在供产品报价不得高于现供货价；实行实时价格联动机制；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取遴选文件：

1、时间：2025年9月24日~2025年9月26日

2、地点：甘肃经济信息网自行下载或者报名后发送到报名邮箱号；

3、报名方式：有意参加投标者，报名表填写准确发送到报名邮箱867940818@qq.com，于2025年9月24日~2025年9月26日。

备注：报名的供应商须提供真实、合法相关资质及其他必要材料；提供虚假材料的供应商将被终止本次参与资格并承担相应责任。未报名不得参加投标。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间：2025年10月11日9时（北京时间，逾期不予受理）

2、开标时间：2025年10月11日9时（北京时间，逾期不予受理）

3、开标地点：白银市平川区中医医院二楼会议室注：请各投标商仅限授权代表一人在开标现场提交投标文件，逾期提交的投标文件，不予受理。

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、投标商必须按对所投包次所列品目品名、规格、生产厂家全部响应，且每一品目只能选择一个品牌进行响应，否则为无效投标。

2、报名参加遴选的医用耗材须为“药品和医用耗材招采管理子系统”平台目录内品种。

3、因医用耗材集中带量采购，相应品种配送资格自动取消，按照带量采购执行。

七、采购项目联系人及电话：

1. 采购人信息

名称：白银市平川区中医医院

联系人：李老师

电话：18794396566

监督人：杨老师

电话：188930488815

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃星立招标咨询有限公司

地 址：甘肃省白银市平川区润景园环湖东路 82 号

联 系 人：王工

联系方式：17794345027

## 第二章 投标人须知

下述关于要采购的内容的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料为准。

| 条款号 | 条款名称   | 内 容 规 定   |
|-----|--------|---|
| 2.1 | 综合说明   | 1) 项目名称：白银市平川区中医医院医用耗材采购项目<br>2) 招标内容：（具体内容详见采购需求）。<br>3) 采购预算：/<br>4) 招标方式：公开遴选<br>5) 评标方法：综合评分法。  |
| 2.2 | 采购人    | 1) 单位名称：白银市平川区中医医院<br>2) 联系人：李老师<br>3) 联系电话：18794396566   |
| 2.3 | 代理机构   | 1) 单位名称：甘肃星立招标咨询有限公司<br>2) 联系人：王敬<br>3) 联系电话：17794345027  |
| 2.4 | 付款方式   | 按合同约定。  |
| 2.5 | 资格审查资料 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：<br>1) 提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；<br>2) 提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；<br>3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；<br>4) 提供投标截止日期前 12 个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料（免税企业提供证明材料）和缴纳社会保障金的证明材料；<br>5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没 |

|      |            |   |
|------|------------|---|
|      |            | <p>有重大违法记录的书面声明。</p> <p>2、信用查询:供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准。采购人(代理机构)对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与政府采购活动,同时将相关网页截屏打印并保存)。</p> <p>3、本项目的特定资格要求:供应商须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。</p> <p>4、供应商承诺:产品报价须为“药品和医用耗材招采管理子系统”最低价格,现场查询高于招采子系统最低价,则取消投标资格;在供产品报价不得高于现供货价;实行实时价格联动机制;</p> <p>5、本项目不接受联合体投标。</p> <p>投标项目提供的文件、证书必须在有效期内,复印件必须加盖投标人公章。</p> |
| 2.6  | 投标文件递交截止时间 | <b>2025年10月11日9时00分</b>   |
| 2.7  | 服务期限       | 1年。使用满意可续签合同。   |
| 2.8  | 投标有效期      | 60天。  |
| 2.9  | 投标保证金      | 无   |
| 2.10 | 投标文件构成     | <p>1. 投标函(式样见第七章附件)</p> <p>2. 法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书<br/>(1) 法定代表人(单位负责人)身份证明<br/>(2) 授权委托书</p> <p>3. 资格审查资料</p>  |

|       |            |  |
|-------|------------|--|
|       |            | <p>(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料</p> <p>(2) 信用查询</p> <p>(3) 本项目的特定资格要求</p> <p>(4) 供应商承诺</p> <p>(5) 本项目不接受联合体投标</p> <p>4. 报价表</p> <p>5. 技术参数偏离表</p> <p>6. 技术资料</p> <p>按照所投包次所列品目顺序, 每个品目按以下顺序依次提供相关证件的复印件资料:</p> <p>(1) 产品资质:</p> <p>①医疗器械注册证或备案证;</p> <p>②生产企业营业执照;</p> <p>③生产许可证(进口产品提供国内总代理商营业执照、《医疗器械经营许可证》或二类医疗器械备案凭证);</p> <p>④检验报告(产品注册检验报告封面、首页和照片页);</p> <p>(3) 产品说明书; 产品技术彩页;</p> <p>(4) 投标人认为需要提供的其他文件和资料。</p> <p>7. 配送服务承诺</p> <p>8. 其他资料</p> <p>9. 投标人认为需要提供的其他文件和资料。</p> |
| 2. 11 | 投标文件的份数和密封 | <p>投标文件份数:</p> <p>投标商制作投标文件(有分包按分包制作、无分包按整包制作), A4 纸张胶制装订成册。开标现场提交正本 1 份, 副本 1 份。</p> <p>未按该要求制作分装标书的, 投标文件将被拒绝, 对投标人产生的不利因素由其自行承担。</p> <p>投标文件的密封</p> <p>投标人的投标文件(包括正、副本)用信封(合装一起密封), 并在信封上标明“项目名称”、“招标编号”、“包号”、“投标商名称”(盖公章)。有多个标段(包)的, 投标文件按标段(包)分别密封包装。</p>   |

|      |             |   |
|------|-------------|---|
|      |             | <p>为方便招标人唱标，投标人请另做一份由投标人法定代表人或被授权人签字、盖投标人公章的书面投标报价表，单独密封于一小信封内，（密封要求参考投标文件密封要求），同投标文件一同单独递交。</p> <p>投标文件电子版、分项报价明细表 excel 版拷贝 U 盘，用公司名称命名 U 盘，单独密封于一小信封内，（密封要求参考投标文件密封要求），同投标文件一同单独递交。</p>  |
| 2.12 | 是否接受联合体投标   | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受  |
| 2.13 | 答疑会         | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开      召开时间：<br>召开地点：  |
| 2.14 | 现场考察        | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织<br><input type="checkbox"/> 组织      考察时间：<br>考察集中地点：  |
| 2.15 | 是否退还投标文件    | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是   |
| 2.16 | 招标信息的发布     | 本项目时间安排以甘肃省经济信息网发布信息为准。   |
| 2.17 | 需要落实的政府采购政策 | <p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 <u>15%</u> 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中</p> |

|      |                     |   |
|------|---------------------|---|
|      |                     | <p>小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业</p> |
| 2.18 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 制造业   |
| 2.19 | 招标代理费               | <input checked="" type="checkbox"/> 本项目的招标代理费由中标人支付<br><input type="checkbox"/> 本项目的招标代理费由采购人支付<br><input type="checkbox"/> 本项目的招标代理费不收取  |
| 2.20 | 其他                  | <p>1、为保障项目招标工作的顺利开展，凡符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，方可参加投标。</p> <p>2、合同转让和分包：除生产企业自己不直接配送而委托其他经营或流通企业进行配送外，乙方不得以任何形式将合同转包或再次分包。</p> <p>3、请投标人务必详细阅读本招标文件的全部内容，减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风险由投标人自行承担。</p>  |

## 第三章 开标、评标及定标

### 一、开标：

1. 开标地点：白银市平川区中医医院二楼会议室
2. 开标时间：2025年10月11日9时00分
3. 开标：

(1) 采购单位将于本招标文件规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人代表必须参加开标会议。

(2) 投标人代表为法定代表人的，投标时应出示其身份证原件和《法定代表人资格证明书》（式样见第七章附件）；非法定代表人的，除出示其身份证原件外，还须持有《法定代表人授权委托书》（式样见第七章附件）

(3) 开标会议在有关监督部门及投标人的监督下，由采购单位或代理机构组织并主持，除投标截止时间后递交的投标文件外，由投标人代表和监督人检查投标文件是否符合招标文件的密封要求，未按招标文件要求密封的，将被视为无效投标文件。

(4) 开标后，按照递交投标文件的逆顺序，公开宣读有效投标人的开标一览表所有内容，以及采购人认为必要的其他内容。

(5) 采购人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

(6) 公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

### 二、评标：

#### 1. 评标工作组根据下列原则进行评标

- (1) 综合分析投标人的各项指标，不以单项指标的优劣评选中标单位；
- (2) 对所有投标人的投标评估时，采用相同的程序和标准；
- (3) 保守投标人的商业秘密；
- (4) 不对各落标方解释落标原因，不退还投标文件；
- (5) 评标过程中，评标工作组可以要求投标人对投标文件中不明确的地方进行必要的澄清、说明或答辩，投标人必须进行澄清、说明，但不得对投标文件的内容进行实质性修改；
- (6) 投标人不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标文件，取消其投标资格；
- (7) 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，在评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行有违公正的活动，否则将被取

消投标资格；

## 2. 评标委员会

采购人组织评标，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评委会，由采购人代表和评标专家共同组成，评委会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

(1) 评委会成员人数不少于3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(2) 评委会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

(3) 评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 3. 组织

(1) 评委会：由采购人代表和专家组成评委会。

(2) 采购人：由采购人或招标代理机构组成开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

(3) 监督部门：医院内审部门，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

## 4. 评标程序

项目按照开标—资格审查—评审三个环节进行。

## 5. 投标文件的初审

(1) 初审分为资格审查和符合性审查

① 资格审查。评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

② 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1) 投标文件是否按照招标文件的规定编制、标注、密封、封装；
- 2) 投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；
- 3) 投标文件是否按照招标文件规定的格式填写相关内容；
- 4) 投标报价是否在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；
- 5) 投标文件是否对招标文件提出的商务、技术等要求作出实质性响应；
- 6) 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
- 7) 投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

①评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容,而不依据外部的证据。

②投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

### (2) 投标文件的校核

投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

②大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

④总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部令(第87号)第五十一条第二款的规定,经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

### (3) 无效投标

投标文件属下列情况之一的,应在资格审查、符合性审查时按照无效投标处理:

①投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的(不缴纳);

②投标文件未按规定编制、标注;

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

④投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的;

⑤投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的,或提供的证件不齐或无效;

⑥投标文件未按照招标文件规定的格式填写,或者填写的内容不全,或者辨认不清产生歧义,或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的;

⑦投标文件中以两个及两个以上的方案进行投标的(招标文件另有规定的除外);

⑧投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的;

⑨投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的,或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的;

⑩投标文件附有采购人不能接受的条件;

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

投标有效期不足 60 天的；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- 6) 招标文件规定的其他无效投标条件。

### 三、定标

评标委员会综合产品技术因素、价格和服务承诺等因素进行评价并确定中标单位。详见评分办法。

### 四、合同授予

#### 1. 签订合同

中标单位在甘肃省经济信息网公布期满后，与采购人签订合同。

#### 2. 履行合同

(1) 中标单位与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同顺利完成。

(2) 在合同履行过程中，如果发生合同纠纷，双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

#### (3) 其他情况

双方在履行合同过程中，出现质量问题，应及时积极解决，确保临床科室的日常使用，否则甲方有权立即停止中标方的供货资格。

### 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（招标文件有特殊说明的除外）；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。在招标采购中，出现出现影响采购公正的违法、违规行为的，予以废标。

## 六、投标纪律要求

投标人有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条至七十四条情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消，并依法追究法律责任。

## 七、资格审查

投标人在投标文件中按采购文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并提供原件备查。若提供的资格证明文件不实，将导致其投标或中标资格被取消。

## 八、质疑和投诉

详细规定见《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

## 第四章 评分办法

1. 由评标委员会，负责本项目的评标工作。

2. 评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务质量、报价及对招标文件的符合性及响应性。

3. 评审方法：综合评分法：评审专家根据综合报价、技术、服务水平、履约能力、售后服务等因素进行评分，各参与企业的总得分为每个评委评分的汇总得分，如果两个参与人的综合评分相同时，取报价低者。

### 评分标准和细则

| 序号 | 评分因素          | 评分细则   |
|----|---------------|--|
| 1  | 价格部分<br>50分   | 报价得分=(遴选基准价/报价)*50;<br>遴选基准价=满足基本性能要求的最低报价; 有多个规格型号的产品报价=所有规格型号报价的平均数            |
| 2  | 技术要素<br>40分   | 在符合基本性能要求的基础上, 根据产品的安全性、技术先进性、性能稳定性、临床适用性等多方面因素进行评分                              |
| 3  | 配送服务能力<br>10分 | 据配送及售后服务承诺情况进行评分, 配送及售后服务承诺完整、培训、跟台、紧急配送等响应程度高得10分; 响应程度较高得7分; 响应程度差得4分; 未提供不得分。 |

### 拟中选原则

| 同项目类别产品有效申报厂家数 | 同项目类别拟中选厂家数 |
|----------------|-------------|
| 1-2            | 谈判议价        |
| 3              | 中选厂家数≤2家    |
| 4个及以上          | 中选厂家数≤3家    |

#### 4. 评标报告

(1) 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容:

- ①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;
- ②投标人名单和评标委员会成员名单;
- ③评标方法和标准;
- ④开标记录和评标情况及说明, 包括无效投标人名单及原因;
- ⑤评标结果, 确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;
- ⑥其他需要说明的情况, 包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正, 评标委员会成员的更换等。

(2) 评标报告由评委会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委

员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- ①分值汇总计算错误的；
- ②分项评分超出评分标准范围的；
- ③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- ④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

## 第五章 采购需求

### 一、报价要求

1. 报价为申报企业的实际供应价，应包含税费、配送费等所有费用。
2. 相关配套费用由投标人负责。

### 二、配送时间

按照采购人的计划订单、按期保质保量供货，产品有质量问题的应积极主动解决；其他服务根据采购人或临床科室的实际需求，由中标方提供。

### 三、交货要求

1. 交货期：根据医院订单交货
2. 交货地点：白银市平川区中医医院院内指定地点
3. 提供制造商完整的随机资料，有冷链要求的，包括完整的冷链记录等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

### 四、付款方式：按合同签订支付

### 五、培训要求

供应商负责临床科室的免费应用培训，直至确保科室人员能熟练掌握。

### 六、验收方法及标准

严格按照国家/行业标准进行验收。

### 七、售后要求

1. 配送的产品名称、规格、包装、组成成分等须完全满足卫生行政部门要求。投标人必须按照《医疗器械管理条例》等法律法规的要求，提供符合国家、省、市有关医疗器械管理规定的各种证件和产品资质文件供采购人备案。
2. 中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，并提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
3. 投标人对所供货物质量负全责，货物必须为符合医疗器械质量标准要求且标识规范清楚的合格产品。因产品证照或质量问题引发的医疗事故或纠纷，均由投标人承担全部损失。
4. 投标人应严格遵守国家有关法律法规，接受上级有关部门对相关资质证件的审查和质量抽检，发生因质量问题的罚没处理以及抽检费均由投标人承担。
6. 产品过期或近有效期无偿退换承诺；有效期内质量发生变化退换承诺等。

### 八、服务期限及费用

- ①服务期限：1年。使用满意可续签合同。
- ②服务费用：根据采购人实际采购数量结算
- 九、医用耗材遴选内容

### 第一包：定制义齿类医用耗材

| 序号 | 耗材名称    | 规格           | 主要参数、用途            |
|----|---------|--------------|--------------------|
| 1  | 定制式固定义齿 | 全瓷嵌体、桩核、贴面   | 主要用于恢复牙齿外部形态       |
| 2  | 定制式固定义齿 | 金属合金烤瓷冠、桥    | 主要用于死髓牙及缺失牙的保护及修复  |
| 3  | 定制式固定义齿 | 全瓷冠、桥        | 主要用于保护死髓牙及修复缺失牙    |
| 4  | 定制式固定义齿 | 金属冠、桥        | 主要用于保护死髓牙及修复缺失牙    |
| 5  | 定制式活动义齿 | 金属铸造支架可摘局部义齿 | 主要用于多颗牙齿缺失，起连接固位作用 |
| 6  | 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿   | 主要起连接固位作用          |
| 7  | 定制式活动义齿 | 弯制支架可摘局部义齿   | 主要用于固位作用           |
| 8  | 定制式活动义齿 | 弹性义齿         | 主要用于牙齿缺失临时修复       |
| 9  | 定制式活动义齿 | 树脂牙          | 主要用于活动义齿修复缺失牙      |
| 10 | 定制式矫治器  | 活动矫治器        | 主要用于儿童错颌畸形的早期矫治    |
| 11 | 定制式矫治器  | 固定矫治器        | 主要用于儿童错颌畸形的早期矫治    |
| 12 | 定制式保持器  | 保持器          | 主要用于保持牙列完整及保护      |

### 第二包：口腔类一次性医用耗材

| 序号 | 耗材名称          | 规格                  | 主要参数、用途                          |
|----|---------------|---------------------|----------------------------------|
| 1  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml<br>(0.5mm*38mm) | 无菌注射器带针，常用规格，适用于皮下、肌肉、静脉注射等医疗操作。 |

|    |                 |                  |   |
|----|-----------------|------------------|---|
| 2  | 牙科充填器           | 25mm #25         | 用于根管治疗后的严密充填，具多种锥度<br>与工作尖设计的牙髓专业器械             |
| 3  | 磷酸锌水门汀          | 粉/液              | 压缩强度 $\geq 70\text{MPa}$ ，用于冠、桥等修复体的<br>永久粘接。   |
| 4  | 钨钢车针            | 6*1              | 用于口腔治疗中牙齿的钻削、切削，具有<br>高硬度、耐用的特点。                |
| 5  | 牙科石膏            | 1kg/袋，15 袋/<br>件 | 抗压强度 $\geq 35\text{MPa}$ ，用于牙冠桥、种植体等<br>牙科模型制作。 |
| 6  | 一次性使用口<br>腔涂药棒  | M6500SF          | 用于口腔修复体清洁、粘接面处理，具不<br>同粗细与硬度的专业辅助器械             |
| 7  | 复合碘抑菌液          | 20ml/瓶           | 复合碘消毒液，有效碘含量 0.5%-1%，用于<br>皮肤、黏膜术前消毒            |
| 8  | (I 型) 抑菌<br>液   | 20ml/瓶           | 20ml/瓶，用于口腔消毒抑菌。                                |
| 9  | 生物(II 型)消<br>毒液 | 20ml/瓶           | 20ml/瓶含甲醛甲酚，用于口腔感染根管消<br>毒。                     |
| 10 | 通用型自粘接<br>树脂水门汀 | 透明色              | 双固化，用于冠、桥、嵌体及桩核的粘接，<br>无需预处理，操作简便。              |
| 11 | 牙科超硬石膏          | 1kg 黄色           | 超硬石膏 低混水比，高硬度低膨胀，用于<br>制作精密口腔修复模型。              |
| 12 | 牙科用磷酸酸<br>蚀剂    | 5ml/支            | 用于牙齿修复前酸蚀处理牙釉质和牙本质<br>的 37%磷酸凝胶制剂。              |
| 13 | 牙科用毛刷           | MA01 小号          | 用于口腔修复体清洁、粘接面处理，具不<br>同粗细与硬度的专业辅助器械             |
| 14 | 吸唾管             | 弱吸               | 用于口腔治疗中吸取唾液、冷却水及碎屑，<br>保持术野清晰的柔性塑料管             |
| 15 | 窝沟封闭剂           | 1g/支             | 用于预防恒牙及乳牙龋齿，具有良好的流<br>动性和耐磨性。                   |

|    |           |   |  |
|----|-----------|---|--|
| 16 | 牙胶尖       | GPAP-ISO                                    | 用于根管充填，与封闭剂配合严密封闭根管系统的牙科材料                       |
| 17 | 咬合纸       | G- 110mm×21mm                               | 厚度 0.03-0.1mm，红蓝双色，用于检测口腔牙齿咬合接触点。                |
| 18 | 根管锉       | K 锉 6*1                                     | 用于根管预备成形，具有特定锥度、切刃和弹性的不锈钢或镍钛器械。                  |
| 19 | 医用隔离面罩    | FF01  | 用于防止飞沫喷溅，保护医护人员与患者面部的一次性防护用品。                    |
| 20 | 脱脂棉球      | I 型：<br>0.1g-1.5g、II 型：(不包含 1.5g) 1.5g-3.0g | 5g/包，符合药典标准，用于临床伤口消毒、清洗及外科换药。                    |
| 21 | 流体树脂      | 2g/支  | 用于窝沟封闭、小面积 I、III、V 类洞充填及衬垫，高流动性，操作简便。            |
| 22 | 金刚砂车针     | S0-20                                       | 用于牙体硬组织高效切割，具有不同粒度、形态的金刚砂涂层切削器械。                 |
| 23 | 木馏油抑菌液    | 20ml/瓶                                      | 用于牙髓失活、根管消毒，具有防腐镇痛作用的传统牙科药物。                     |
| 24 | 齿科藻酸盐印模材料 | 普通凝固型                                       | 粉剂，凝固时间 30-60 秒，用于口腔修复取模。                        |
| 25 | 口腔材料注射头   | HP  | 医用聚丙烯材质，无菌独立包装，用于精确输送印模材等牙科材料。                   |
| 26 | 抑菌剂       | 粉剂 15g/瓶、液剂 10ml/瓶                          | 液剂 10ml/瓶、粉剂 15g/瓶，含氢氧化钙/碘仿/氧化锌，用于根管抑菌消毒。        |
| 27 | 无砷失活抑菌剂   | 1g/支  | 用于牙髓失活，不含砷化物，使用更安全的牙科药物制剂。                       |
| 28 | 暂时填充材料    | 15g   | 用于短期封闭窝洞，保护牙髓，操作简便，易于去除。                         |
| 29 | 灭菌包装袋     | (20-500)mmx (20-200000)                     | 用于医疗器械灭菌后无菌屏障保存，符合 EN 868 或 YY/T 0698 标准的专用包装材料。 |

|    |                                      |                                  |                                    |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 30 | 口腔用一次性注射针                            | 30G                              | 无菌，27G-30G 多种规格，适用于口腔科局部麻醉注射。      |
| 31 | 根管润滑剂                                | 5g/支                             | 用于根管治疗，润滑、清理碎屑，增强清洗消毒效果。           |
| 32 | 咬合纸                                  | 直条型 200 张/盒                      | 用于检查牙咬合接触点及义齿咬合关系。                 |
| 33 | 玻璃离子水门汀                              | 粉剂 15g，液剂 12g                    | 用于 III、V 类洞及乳牙修复，氟释放，对牙髓刺激小。       |
| 34 | 光固化流动树脂                              | 2g                               | 用于窝沟封闭、III/V 类洞修复及衬垫，高流动性，操作简便。    |
| 35 | 光固化复合树脂                              | 3.5g/支                           | 含纳米陶瓷填料，用于前后牙美学修复，耐磨性强，抛光性佳。       |
| 36 | 机用根管锉                                | M3-Pro 6*1                       | 用于根管预备，镍钛材质，高效切割成形，柔韧抗断裂。          |
| 37 | 齿科用根管充填材料                            | 1ml/支                            | 注射式包装，与牙胶尖配合用于根管永久封闭。              |
| 38 | 光固化窝沟封闭剂                             | Eco-S 1.2g*2                     | 光固化树脂基，单组份，用于恒磨牙窝沟防龋。              |
| 39 | 粘接型玻璃离子水门汀                           | 粉剂 30g，液剂 25g                    | 用于金属/陶瓷修复体及正畸带环的粘结，氟释放。            |
| 40 | 一次性使用口腔器械盒                           | KQH-2                            | 基本配置含口镜、探针、镊子等，用于口腔临床检查与辅助治疗。      |
| 41 | 医疗器械中性多酶清洗剂                          | 2.5L/桶                           | 高效分解蛋白质等有机污染物，适用于医疗器械的手工和机洗，中性无腐蚀。 |
| 42 | 弹性体印模材料                              | 50ml*4                           | 流动性佳，高精度，用于固定修复体等精细印模制取。           |
| 43 | 根管充填材料<br>AH Plus Root Canal Sealing | AH Plus。糊剂 A: 3mL/管，糊剂 B: 3mL/管。 | 环氧树脂基，与牙胶尖配合用于恒牙根管永久封闭，X 线阻射。      |

|    | Material     |                                       |  |
|----|--------------|---------------------------------------|--|
| 44 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂  | 基质 25g, 催化剂<br>25g                    | 双组份调拌, 用于临时冠桥粘接, 具有安抚牙髓作用。   |
| 45 | 咬合记录硅橡胶      | 50ml/支 2 支/盒                          | 双组份高精度材料, 用于精准记录并转移患者牙颌咬合关系。                                       |
| 46 | 弹性体印模材料      | 0 型、3 型                               | 高精度、高弹性, 用于精准制取口腔硬软组织阴模。   |
| 47 | 氢氧化钙糊剂       | 氢氧化钙糊剂:<br>2.5g/支*2+牙科输送<br>头: 15 个/袋 | 氢氧化钙糊剂, 双组份, 强碱性, 用于根管消毒及直接/间接盖髓。                                  |
| 48 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 注射管装:<br>2x2.5g(针头类型 41)              | 用于深龋近髓保护, 强碱性抑菌, 促进修复性牙本质形成。                                       |
| 49 | 通用粘接系统       | 通用粘接剂<br>41282 补充装                    | 3M 通用粘接系统, 单组分光固化, 薄膜厚度 $\leq 25 \mu\text{m}$ , 用于复合树脂充填及间接修复体粘接等。 |
| 50 | 光固化垫底材料      | 1.2ml/支                               | 含羟基磷灰石, 用于牙齿窝洞垫底, X 线阻射并持续释氟。                                      |
| 51 | 根管充填糊剂       | 2g/支                                  | SP 根管充填材料, 环氧树脂或硅酸锆基, X 线阻射, 用于恒牙根管永久封闭, 促进愈合。                     |
| 52 | 牙科粘接剂        | Tetric N-Bond<br>Universal            | 光固化/双固化, 用于树脂、复合体及全瓷、树脂修复体(嵌体、高嵌体、贴面、全冠)的直接与间接粘接。                  |
| 53 | 临时冠桥树脂       | A2 75g/盒 混合<br>头类型 6                  | 用于制作短期临时牙冠、桥体等修复体, 具有良好的机械强度和边缘密封性。                                |
| 54 | 玻璃纤维根管桩      | TFT 10*1                              | 环氧树脂基, X 线阻射, 弹性模量近牙本质, 用于残根残冠桩核修复。                                |
| 55 | 根管充填及修       | IRBPP 4610 U5-                        | 根管充填及修复材料, 以氧化锌碘仿为基  |

|    |             |                         |   |
|----|-------------|-------------------------|---|
|    | 复材料         |                         | 质，用于根管永久封闭及修复穿孔。                          |
| 56 | 复合树脂桩核材料    | 型号：ParaCore<br>装量：5ml/支 | 复合树脂桩核材料，与纤维桩配合使用，用于构建残根残冠核心基底，提供良好粘接与强度。 |
| 57 | 吸潮纸尖        | GAPA-GIT06              | 大锥度吸潮纸尖，用于根管治疗干燥，锥度匹配，吸湿性强，无菌提供。          |
| 58 | 根管充填剂双组份    | 粉 10g/液 10g             | 含氢氧化钙及碘仿，X线阻射，用于根管治疗后充填封闭                 |
| 59 | 碳化钨牙钻       | 5*1                     | 用于高效切割牙体硬组织，制备洞形及修复体，耐高温，寿命长。             |
| 60 | 钢质机用根管器械    | 6*1                     | 不锈钢材质，用于根管初步疏通和扩大，柔韧性佳，强度高                |
| 61 | 生物1%次氯酸钠消毒液 | 250ML                   | 用于根管消毒冲洗，高效广谱杀菌，250ml/瓶装。                 |
| 62 | 丁香油         | 20ML                    | 用于安抚牙髓、暂封及镇痛，具消炎止痛作用，常见于牙髓病治疗。            |
| 63 | 胶质银止血明胶海绵   | 小包装(20块/盒)              | 明胶与胶质银复合，灭菌提供，用于牙槽外科手术止血、预防干槽症及创面覆盖。      |
| 64 | 氯己定抗菌含漱液    | 250ml                   | 用于口腔含漱，有效抑制牙龈卟啉单胞菌等致病菌的抗菌液。               |
| 65 | 光固化树脂       | 4.0g/支                  | 用于牙体缺损修复，经光照射固化的美观充填材料。                   |
| 66 | 一次性隔离膜      | 1卷/盒                    | 用于牙科诊疗中隔离病菌，防止交叉感染的一次性防护用品。               |
| 67 | 一次性使用三用喷枪头  | P7705                   | 用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿的一次性使用喷枪连接头。             |
| 68 | 生物多肽口腔抑菌凝胶  | 0.5g                    | 用于口腔抑菌，缓解溃疡炎症，促进创面愈合的生物多肽凝露。              |

|    |                 |                       |                                    |
|----|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| 69 | 复合树脂充填材料        | 4g/支                  | 用于前后牙洞形充填与修复的光固化复合树脂材料，具有多种颜色可选。   |
| 70 | 牙根管塞尖           | 120 支                 | 用于根管充填，与封闭剂配合严密封闭根管系统的牙科材料。        |
| 71 | 一次性使用牙科冲洗针      | 20 根/盒                | 用于口腔治疗冲洗，去除碎屑，多种规格的一次性无菌医疗器械。      |
| 72 | 聚羧酸锌水门汀         | 30g/15ml              | 用于牙科修复体粘固及垫底，对牙髓刺激性小的亲水性水门汀材料。     |
| 73 | 增强型玻璃离子水门汀（I 型） | 9g/6ml                | 用于牙科修复体粘接及窝洞充填，具有高强度和持续释氟特性的水门汀材料。 |
| 74 | 硬质合金车针          | H33L. 316. 016<br>5*1 | 用于牙体硬组织高效切削，具有高硬度耐磨特性的碳化钨合金器械。     |
| 75 | 树脂水门汀           | 8g                    | 用于修复体粘接、嵌体高嵌体修复的双固化或自粘接型树脂水门汀材料    |
| 76 | VDW 牙科根管锉针      | 6*1                   | 用于根管治疗，具有高弹性与抗折性，适用于钙化及弯曲根管的预备成形。  |
| 77 | 牙科基托蜡           | 每盒 20 片 240g/<br>盒    | 用于义齿修复中制作基托、骀堤及临时固定的模型蜡片。          |
| 78 | 氧化锌丁香酚水门汀       | 10g*2/7.5ml           | 用于牙科临时修复、垫底及根管封闭，具有安抚镇痛作用的温和水门汀。   |
| 79 | 义齿基托树脂-自凝液      | II 型 I 类<br>500ml'    | 用于义齿基托修理及重衬，室温下自行固化的牙科树脂单体液。       |
| 80 | 造牙树脂            | 100g                  | 用于制作义齿人工牙，具有良好耐磨性和色泽稳定性的牙科树脂。      |
| 81 | 印模托盘            | 有孔 大，中，小              | 用于口腔印模制取，具有多种型号规格的牙科承载器械。          |
| 82 | 牙科夹（成型片）        | 10*1                  | 用于牙体邻面洞形充填时形成临时假壁的成型系统。            |

|    |                  |            |                                 |
|----|------------------|------------|---------------------------------|
| 83 | 硅橡胶印模注射枪         | 2: 1/10: 1 | 用于硅橡胶材料注射成型，实现快速均匀填充的专业加压设备。    |
| 84 | 成型片（普通豆瓣）        | 50 个       | 用于牙体邻面洞形充填时形成临时假壁的成型系统组件。       |
| 85 | 吸唾管              | XTG-I（弱吸管） | 用于口腔治疗中吸取唾液、冷却水及碎屑，保持术野清晰的柔性塑料管 |
| 86 | 义齿基托树脂<br>-自凝仿生粉 | 100g       | 用于增强义齿吸附固位，改善佩戴稳定性的生物相容性材料。     |
| 87 | 碘仿抑菌材料           | 20g        | 用于创面抑菌消毒，促进组织愈合的含碘防腐收敛材料。       |
| 88 | 根管测量尺            | 个          | 用于测量根管长度的工具                     |
| 89 | 高速手机             | 把          | 用于去除牙体腐坏组织的工具                   |
| 90 | 低速手机             | 把          | 用于去除牙体腐坏组织的工具                   |
| 91 | 超声洁牙机头           | 5*1        | 洁牙机工作尖                          |
| 92 | 一次性隔离膜           | 卷          | 用于牙科设备的防护                       |
| 93 | 缝隙封闭剂            | 2g/支       | 用于根管治疗中封闭根管的材料                  |
| 94 | 医用胶原蛋白海绵         | 7*15 圆柱型   | 用于拔牙术后拔牙创面抑菌促使生长                |
| 95 | 派克斯根管充填材料        | 1ml        | 用于儿童乳牙根管充填材料                    |

### 第三包：内二科医用耗材

| 序号 | 产品名称                   | 主要参数、规格 | 用途                            |
|----|------------------------|---------|-------------------------------|
| 1  | $\beta$ -羟丁酸测试条（电化学法）  | 盒       | 用于快速检测床旁患者各项检验指标，为临床提供重要的检测依据 |
| 2  | C 肽测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 盒       |                               |

|    |                                  |                    |                                  |
|----|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 3  | N 末端 B 型钠尿肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 盒                  |                                  |
| 4  | 超敏心肌肌钙蛋白 I 测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）   | 盒                  |                                  |
| 5  | 肌红蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）          | 盒                  |                                  |
| 6  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）       | 盒                  |                                  |
| 7  | 胰岛素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）           | 盒                  |                                  |
| 8  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（硼酸亲和色谱法）             | 盒                  |                                  |
| 9  | 持续葡萄糖监测系统                        | 盒                  | 用于实时、动态监测患者葡萄糖（血糖）水平变化。          |
| 10 | 一次性使用胰岛素泵用输注管路                   | 盒                  | 用于持续输注胰岛素，与患者皮下组织的关键通道，保障输注过程安全。 |
|    | 一次性使用胰岛素泵用储药器                    | 盒                  |                                  |
| 11 | 热敏打印纸                            | 57 × 30 × 60/<br>卷 | 打印结果。（送）                         |
| 12 | 一次性使用吸头                          | 5.5 × 50<br>200ul  | 医疗检测中移取液体<br>（送）                 |
| 13 | 一次性使用微量采血吸管                      | 5ul                | 采集微量血液标本（送）                      |
| 14 | 一次性末梢采血器                         | 安全锁卡<br>式          | 采集人体末梢部位的微量血液样本（送）               |
| 15 | 一次性末梢采血器                         | 安全锁卡<br>式          |                                  |
| 16 | 滤芯吸头                             | 加低吸附剂              | 防止样本交叉污染（送）                      |
| 17 | 一次性无菌中心静脉导管                      | 双腔 7Fr-20          | 用于患者胸穿，抽取积液缓解病情                  |

|    |                |        |                     |
|----|----------------|--------|---------------------|
| 18 | 一次性 3M 透明敷贴    | 贴      | 进行无菌操作，降低感染风险       |
| 19 | 3M 电极片         | 包      | 用于动态心电设备连接。辅助医生判断   |
| 20 | 一次性避光连接管       | 支      | 对光线敏感的药物提供保护        |
| 21 | 呼吸湿化治疗仪管路      | 个      | 安全输送经湿化和温化后的气体、吸入通道 |
| 22 | 呼吸湿化治疗仪鼻塞导管    | 个      |                     |
| 23 | 中药磁药包（胃敷包、咳嗽包） | 个      | 外用调理胃肠道、呼吸系统不适      |
| 24 | 一次性无菌腹腔引流导管    | 弯型 8Fr | 安全排出腹腔内异常积液、积血或气体   |

#### 第四包：内镜室医用耗材

| 序号 | 产品名称         | 规格型号              | 单位 | 备注 |
|----|--------------|-------------------|----|----|
| 1  | 一次性使用活体取样钳   | 胃镜下钳取活检用          | 个  |    |
| 2  | 一次性使用活体取样钳   | 肠镜下钳取活检用          | 个  |    |
| 3  | 一次性使用活体取样钳   | 胃肠镜下钳取活检用         | 个  |    |
| 4  | 一次性使用活体取样钳   | 支气管镜下钳取活检用        | 个  |    |
| 5  | 一次性使用止血夹装置   | 消化内镜引导下夹合消化道内软组织  | 个  |    |
| 6  | 一次性使用细胞刷     | 支气管镜下刷取细胞<br>样品用  | 个  |    |
| 7  | 一次性使用内窥镜异物钳  | 消化内镜下辅助治疗或取异物用    | 个  |    |
| 8  | 一次性使用内窥镜用异物钳 | 支气管镜下辅助治疗或取异物用    | 个  |    |
| 9  | 一次性内镜用注射针    | 消化内镜下人体消化道内液体药物注射 | 个  |    |

|    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|---|--|
| 10 | 一次性使用电圈套器          | 消化内镜下切除消化道粘膜层<br>单发或多发性息肉能被不同口径的电<br>凝电切圈套器套取 | 个 |  |
| 11 | 一次性使用痰液采集器<br>纤之镜型 | 25ml  | 个 |  |
| 12 | 口垫                 |   | 包 |  |
| 13 | 戊二醛浓度指示卡           |   | 瓶 |  |

### 第五包：消毒类产品医用耗材

| 序号 | 耗材名称   | 规格              | 主要参数、用途   |
|----|--------|-----------------|---|
| 1  | 84 消毒液 | 500g 瓶          | 使用范围：用于物体表面和环境等的消毒                                      |
| 2  | 速干水消毒液 | 500ml/瓶         | 1.乙醇 70-80%<br>2.保温滋润护肤成份<br>3.使用范围：外科手消毒、卫生手消毒         |
| 3  | 酒精     | 75% 500ml/<br>瓶 | 1.乙醇 70-80%<br>2.添加保温滋润护肤成份<br>3.使用范围：一般物体表面消毒，卫生手和皮肤消毒 |
| 4  | 酒精     | 95%<br>500ml/瓶  | 1.乙醇 95±5%<br>2.使用范围：完整皮肤和一般物体表面的消毒。                    |
| 5  | 酒精     | 100ml 瓶         | 1.乙醇 95±5%<br>2.使用范围：完整皮肤和一般物体表面的消毒。                    |

|    |                                |                |  |
|----|--------------------------------|----------------|--|
| 6  | 过氧化氢<br>低温等离子体<br>灭菌过程指示<br>标签 | 片              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.符合 GB18282.1 的一类指示物；</li> <li>2.采用合成纸，不吸附过氧化氢；</li> <li>3.颜色由蓝色变为红色；</li> <li>4.六项基本信息；</li> <li>5.有效期不少于 18 个月；</li> <li>6.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质；</li> <li>7.生产企业通过 ISO9001/13485 认证。</li> </ol> |
| 7  | 碘伏                             | 500ml 瓶        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.有效碘含量 0.45-0.55%</li> <li>2.使用范围：皮肤黏膜消毒。</li> </ol>   |
| 8  | 碘伏                             | 100ml 瓶        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.有效碘含量 0.45-0.55%</li> <li>2.使用范围：皮肤黏膜消毒。</li> </ol>   |
| 9  | 双氧水                            | 500ml 瓶        |  |
| 10 | 戊二醛                            | 2500ml 桶       | 使用范围：用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌  |
| 11 | 消毒凝胶                           | 500ml/瓶        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乙醇 55-65%</li> <li>2.使用范围：外科手消毒，卫生手消毒。</li> </ol>   |
| 12 | 压力蒸汽<br>灭菌化学指示<br>卡            | 盒              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.产品检验标准符合 GB18282.1-2015 对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告</li> <li>2.产品应用于 132℃，4min 的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合 WS310-2016 对灭菌参数的要求</li> <li>3.产品双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落</li> <li>4.产品有效期应不低于 24 个月</li> <li>5.生产企业通过 ISO 质量体系认证</li> </ol>   |
| 13 | 邻苯二甲<br>醛消毒液                   | 5L/桶, 2<br>桶/箱 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 邻苯二甲醛含量应为 0.5%-0.6% (w/v) ；</li> <li>2. 对于内镜高水平消毒时间≥5 分钟；</li> </ol>   |

|    |             |  |  |
|----|-------------|--|--|
|    |             |  | <p>3. 一般医疗器械（无需杀灭芽孢）<math>\geq 5</math> 分钟；</p> <p>4. 一般医疗器械（高水平消毒）<math>\geq 3</math> 小时；</p> <p>5. 用于软、硬式内镜的和一般医疗器械的消毒；</p> <p>6. 急性经口为实际无毒级，对皮肤无刺激，不对骨髓嗜多染红细胞无致微核作用，并出具盖有 CMA 章的第三方毒理性检测报告；</p> <p>7. 可连续使用 14 天，最低有效浓度为 0.3%（w/v）；</p> <p>8. 具备消毒产品卫生安全评价报告</p> <p>9. 手工或全自动内镜洗消机均可使用；</p> <p>10. 有效期至少为 24 个月；</p> <p>11. 配套浓度测试试纸。</p>   |
| 14 | 过氧乙酸<br>消毒液 | <p>A 液：<br/>5L/桶</p> <p>B 液：<br/>50ml/瓶</p> <p>2 套/箱</p> | <p>1.过氧乙酸浓度应为 0.30%-0.35%；</p> <p>2.充分活化后 pH 值应为 5-7（25℃）；</p> <p>3.内镜高水平消毒时间<math>\geq 5\text{min}</math>，内镜灭菌时间<math>\geq 10\text{min}</math>；</p> <p>4.最低使用浓度应<math>\geq 1000\text{ppm}</math>；</p> <p>5.在确保浓度合格前提下，最多可连续使用 14 天；</p> <p>6.产品在说明书要求的储存条件下，有效期不应少于 12 个月，</p> <p>7.产品具有 CMA 认证权威机构检测报告，包括理化检测（浓度、pH 值，稳定性、外观性状、腐蚀性测定）；毒理检测（毒性检测，微核检测，皮肤刺激性检测）；消毒灭菌检测（芽孢杀灭检测、模拟内镜高水平消毒及灭菌检测、连续使用性检测、配合新华 RiderB 系列洗消设备高水平消毒及灭菌检测），并可提供卫生安全评价报告；</p> <p>8.产品消毒灭菌效果合格，与内镜生物培养结果一致；</p> <p>9.配有专用过氧乙酸浓度测定试纸。</p> |

|    |                               |        |  |
|----|-------------------------------|--------|--|
| 15 | 过氧化氢<br>低温等离子体<br>灭菌化学指示<br>卡 | 盒      | <p>1.符合 ISO11140-1 的四类指示物；</p> <p>2.可以粘贴；</p> <p>3.与生物指示物做对比；</p> <p>4.颜色由蓝色变为红色；</p> <p>5.有效期不少于 18 个月；</p> <p>6.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质；</p> <p>7.生产企业通过 ISO9001/13485 认证。</p>   |
| 16 | 内镜专用<br>多酶清洗剂                 | 2.5L/桶 | <p>1.产品配方含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、果胶酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂。</p> <p>2.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜；</p> <p>3.应适用于手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗。</p> <p>4.使用比例：机洗应<math>\geq</math>1:200，手洗应<math>\geq</math>1:100。</p> <p>5.产品获有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，有符合《医用清洗剂卫生要求》的证明文件；对生物膜的去除率<math>&gt;90\%</math>，符合强效生物膜去除型清洗剂对生物膜去除率的要求。</p> <p>6.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求，并提供第三方报告：</p> <p>a) 对菌血悬液中细菌的去除率大于 99.00%；且 ATP 的下降率为大于 99.00%，符合去除要求。</p> <p>b) 对人工模拟污染物的去除率为大于 95.00%，符合去除要求。</p> <p>c)对模拟污染物中蛋白质的去除率大于 90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大于 90.00%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于 80.00%，符合去除要求。</p> <p>7.对不锈钢、铜的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铝有</p> |

|    |                |             |   |
|----|----------------|-------------|---|
|    |                |             | <p>轻度腐蚀，符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中对金属安全性的要求。</p> <p>8.不含荧光增白剂，甲醇含量<math>\leq 1\text{mg/g}</math>，甲醛含量<math>\leq 0.1\text{mg/g}</math>，重金属含量（1%溶液以铅计）<math>&lt; 1\text{mg/kg}</math>，砷含量（1%溶液以砷计）<math>&lt; 0.05\text{mg/kg}</math>，液体无菌落数检出，并提供第三方检测报告。</p> <p>9 表面活性剂的降解度<math>&gt; 95\%</math>，符合环保的要求，并提供第三方检测报告。</p> <p>10.产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次破损皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应并提供第三方检测报告。</p> <p>11.有效期至少为 2 年。</p> |
| 17 | 酒精湿巾           | 60 片/包      | <p>1. 乙醇含量 75-85%</p> <p>2.使用范围：医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁杀菌。</p>   |
| 18 | 洗手液            | 500ml/<br>瓶 | <p>1.使用范围：手部清洁和抗菌。</p>  |
| 19 | 含氯消毒片          | 100 片/<br>瓶 | <p>2. 有效氯含量 <math>500\text{mg} \pm 50\text{mg/片}</math></p> <p>2.使用范围：环境表面、物品消毒。</p>  |
| 20 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 片           | <p>1.产品符合 ISO 11140-1 2014 中对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告</p> <p>2.产品应用于 121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测</p> <p>3.产品所用药片不含铅，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果</p> <p>4.产品有效期不低于 24 个月（检测报告可佐证）</p>  |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 21 | 压力蒸汽灭菌<br>化学指示胶粘<br>带 |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.符合 GB18282.1-2015 一类指示物标准</li> <li>2.产品指示油墨为无铅配方</li> <li>3. 颜色由绿色变为黑色</li> <li>4.产品有效期不低于 24 个月</li> <li>5. 生产企业通过 ISO 质量体系认证</li> <li>6.包装采用独立密封防潮包装</li> <li>7.管芯采用 PE 材质，无纸屑产生</li> </ol>                                       |
| 22 | 压力蒸汽<br>灭菌化学指示<br>标签  | 片 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品检验标准符合 GB18282.1-2015 对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求</li> <li>2. 标签面材为美光纸，纸张强度高</li> <li>3. 指示油墨由黄色变为黑色合格，灭菌温度 121℃~134℃ 范围通用</li> <li>4. 产品含有六项灭菌信息，可配合针式标签打印机打印，也可手写使用</li> <li>5. 产品有效期不低于 24 个月</li> <li>6. 生产企业通过 ISO 质量体系认证</li> </ol> |
| 23 | B-D 试验包               | 个 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.产品符合 GB18282.4-2009 对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求，有卫生安全评价报告</li> <li>2.产品含有 B-D 标准测试图，用于 134℃、3.5min 预真空压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽渗透性能测试</li> <li>3.有效期不低于 24 个月</li> <li>4.与 4kg 标准测试包做对比</li> </ol>   |

|    |                               |   |   |
|----|-------------------------------|---|---|
| 24 | 压力蒸汽<br>灭菌效果监测<br>快速生物指示<br>剂 | 支 | <p>1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合 GB18281.1 和 GB18281.3 标准中的芽孢含量、D 值以及存活-杀灭特性要求。</p> <p>2、生物指示剂为自含式，方便使用。</p> <p>3、3 小时内可出具生物监测结果。</p> <p>4、可提供具有 CMA 的第三方检测报告。</p> <p>5、具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。</p> <p>7、生产企业通 ISO9001/13485 认证。</p> <p>8、产品有效期 <math>\geq 24</math> 个月。</p>  |
| 25 | 过氧化氢<br>低温等离子体<br>灭菌生物指示<br>剂 | 支 | <p>1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测；</p> <p>2.产品应符合 GB18281.1 和 GB/T33417 标准中芽孢含量、D 值以及存活-杀灭特性的相关要求；</p> <p>3.产品应具有带 CMA 认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D 值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告；</p> <p>4.产品应在 48 小时内出具生物监测结果；</p> <p>5.有效期应 <math>\geq 18</math> 个月；</p> <p>6.产品应为自含式；</p> <p>7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响；</p> <p>8.产品指示瓶身应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。</p> |

|    |                                 |        |   |
|----|---------------------------------|--------|---|
| 26 | 过氧化氢<br>低温等离子体<br>灭菌器过氧化<br>氢卡匣 | 套      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢56%-60%</li> <li>2.产品 pH 值应为 0.5-3.0</li> <li>3.产品在 54℃14 天测试情况下浓度下降率应≤2%</li> <li>4.产品有效期应≥12 个月</li> <li>5.产品应为卡匣式设计，胶囊数量≥12</li> <li>6.产品内部单个胶囊净含量应为 5.0ml</li> <li>7.产品应标配 RFID 电子智能识别系统。</li> <li>8.在卫生部门进行备案，具有产品卫生安全评价报告</li> <li>9.适配山东新华灭菌器</li> </ol>   |
| 27 | 润滑防锈剂                           | 2.5L/桶 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品应为医用水溶性润滑剂；</li> <li>2. 产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色；</li> <li>3. 使用比例：机洗应≥1:300，手洗应≥1:20；</li> <li>4. 有效期至少为 24 个月；</li> <li>5.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。</li> <li>6. 产品不含荧光增白剂，甲醇含量&lt;1mg/g，甲醛含量&lt;0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）&lt;0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）&lt;1mg/kg，并提供第三方检测报告；</li> <li>7. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味，并提供第三方检测报告；</li> <li>8. 产品表面活性剂降解度应≥90%，并提供第三方检测报告；</li> <li>9. 产品细菌菌落总数&lt;100CFU/mL，并提供第三方检测报告；</li> <li>10. 多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发</li> </ol> |

|    |       |        |   |
|----|-------|--------|---|
|    |       |        | 型超敏反应，产品对 L-929 细胞无细胞毒性并出具第三方检测报告。  |
| 28 | 多酶清洗剂 | 2.5L/桶 | <p>1.产品组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、高效润湿剂、表面活性剂、缓蚀剂等，含 4 种生物酶。</p> <p>2.适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。</p> <p>3.稀释比例：手洗应<math>\geq</math>1:200，机洗应<math>\geq</math>1:400。</p> <p>4.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定。</p> <p>5.产品符合《T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求》中清洗效果的要求（提供第三方检测报告）：</p> <p>a) 对菌血悬液中细菌的去除率大于 99.50%；且 ATP 的下降率为大于 99.50%，符合去除要求。</p> <p>b) 对人工模拟污染物的去除率为大于 97.00%，符合去除要求。</p> <p>c) 对模拟污染物中蛋白质的去除率大于 90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大于 80%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于 60%，符合去除要求。</p> <p>d) 对人工制备生物膜细菌的去除率大于 90%，生物膜 ATP 的减少值大于 90%。</p> <p>6.对不锈钢、碳钢的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铜和铝有轻度腐蚀，符合《T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求》中对金属安全性的要求。</p> <p>7.不含荧光增白剂，甲醇含量<math>\leq</math>1mg/g，甲醛含量<math>\leq</math>0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）<math>&lt;</math>1mg/kg，砷含量（1%溶液以砷计）<math>&lt;</math>0.05mg/kg，液体无菌落数检出，并提供第三方检测报告。</p> |

|    |                         |                             |  |
|----|-------------------------|-----------------------------|--|
|    |                         |                             | <p>8. 表面活性剂的降解度&gt;95%，符合环保的要求，可提供第三方检测报告。</p> <p>9.产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次破损皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应并提供第三方检测报告。</p> <p>10.有效期至少为 2 年。</p>  |
| 29 | 过氧化氢<br>低温等离子体<br>灭菌包装袋 | 宽度<br>75-400mm,<br>长度: 100m | <p>一、根据 WS628，应提供卫生安全评价报告，评价内容如下</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.包装材料的无菌有效期鉴定应为 180 天。</li> <li>2.透气材料和非透气材料的质量测定。</li> <li>3 过氧化氢灭菌因子穿透性能应合格。</li> <li>4.具有过氧化氢指示物，包装材料指示物符合 GB18282 对一类指示物的要求。</li> <li>5.过氧化氢灭菌过程对灭菌标识无影响。</li> <li>6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。</li> <li>7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染染料。</li> <li>8.过氧化氢灭菌因子残留量符合 GB/T32309 的要求。</li> <li>9.包装材料的有效期应不低于 24 个月。</li> </ol> <p>二、根据 GB/T 19633，应满足以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.生产企业应具有 ISO9001 和 ISO13485 质量体系认证。</li> <li>2.包装材料应无皮肤刺激、致和潜在细胞毒性，并提供第三方验证报告。</li> <li>3.透气材料的物理和化学特性应符合 YY/T0698.9 的要求，并提供第三方验证报告。</li> </ol> |

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
|    |               |   | <p>4.在包装材料有效期内的不透气材料性能，包装材料结构与设计，指示物面积，灭菌前后的密封强度应符合 YY/T0698.5 的要求，并提供第三方验证报告。</p> <p>三、其他</p> <p>1.包装材料的生产环境应为十万级净化车间。</p> <p>2.重金属符合 GB 4806.7 的要求，并提供第三方检测报告。</p> <p>3.提供溶剂残留检测报告</p>  |
| 30 | 压力蒸汽<br>灭菌包装袋 | 片 | <p>1.包装材料的无菌有效期鉴定应为 180 天，（需提供 180 天自然老化证明）。</p> <p>2.透气材料和非透气材料的质量测定，其中透气材料部分质量不低于 70g/m<sup>2</sup>。</p> <p>3.压力蒸汽（121℃，134℃），灭菌因子穿透性能应合格。</p> <p>4.具有压力蒸汽指示物，指示物符合 GB18282 对一类指示物的要求。</p> <p>6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。</p> <p>7.包装材料应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性，并提供第三方验证报告。</p> <p>8.包装材料的生产环境应为十万级净化车间。</p> <p>9.卷袋管芯采用塑料材质，减少落絮产生。</p> <p>10.包装材料的有效期应不低于 32 个月。</p> <p>11.规格:宽度 55-400mm，长度 100m。</p> |

|    |           |            |   |
|----|-----------|------------|---|
| 31 | 封口测试纸     | 盒<br>高温/低温 | <p>1.用于每日对封合压力蒸汽、过氧化氢纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。</p> <p>2.压力蒸汽封口温度 180°C-200°C,过氧化氢封口温度 110°C-130°C</p> <p>3.应采用塑料膜与测试纸集成的设计。</p> <p>4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域,用于信息填写</p>   |
| 32 | 医用灭菌包装无纺布 | 张          | <p>一、材料特性,按 GB/T 19633 中的项目评价如下:</p> <p>1.【微生物屏障】微生物屏障试验中湿性条件下,干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。根据 YY/T 0681.10 检测后的 LRV 值<math>\geq</math>1.6,并提供第三方验证报告。</p> <p>2.【生物相容性和毒理学特性】具备认可实验室根据 GB/T 16886 出具评价报告,应无皮肤刺激、致敏,应无潜在细胞毒性,并提供第三方验证报告。</p> <p>3.【物理和化学特性】符合 YY/T 0698.2 最新要求,其中抗静水压等级达到 1 级以上。可证实压力蒸汽(121°C, 134°C)、过氧化氢灭菌后同样符合 YY/T 0698.2 要求。并提供第三方验证报告。</p> <p>4.【与预期灭菌过程相适应】适用于 121°C 及 134°C 压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌,且灭菌因子穿透性合格。按照 GB/T 16886.7 环氧乙烷灭菌因子残留量平均值<math>&lt;</math>0.4ug/g、符合 GB/T 32309 过氧化氢残留量<math>\leq</math>30mg/kg H<sub>2</sub>O、符合 YY/T 0679 甲醛残留应<math>\leq</math>200ug。并提供第三方验证报告。</p> <p>5.【灭菌前及灭菌后的贮存寿命】产品有效期<math>\geq</math>36 个月,无菌有效期 180 天(加速及自然放置),并提供第三方报告。</p> <p>6.生产企业通过 ISO 9001, ISO13485 质量体系认证,</p> |

|    |                                |             |  |
|----|--------------------------------|-------------|--|
|    |                                |             | <p>认证范围覆盖医用灭菌包装产品的设计、制造和售后服务。</p> <p>二、规格（300mm-1500mm），支持定制。克重包括50g。</p> <p>三、十万级净化车间生产，并提供第三方检测报告</p>  |
| 33 | 除胶剂                            | 500ml/<br>瓶 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有效去除各类残胶；</li> <li>2. 操作简单，除胶快速高效；</li> <li>3. 对处理物体表面无腐蚀；</li> <li>4. 原料均为医用级别，无毒无刺激；</li> <li>5. 用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶；</li> <li>6. 有效期至少为 2 年。</li> </ol>  |
| 34 | 牙科手机<br>清洗润滑剂                  | 250ml/<br>瓶 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 卓越的润滑性能，有效延长手机使用寿命；</li> <li>2. 不影响任何灭菌因子的穿透；</li> <li>3. 主要用于口腔科高、低速手机的手工润滑保养；</li> <li>4. 原料均为医用级别，无毒无刺激；</li> <li>5. 有效期至少为 36 个月。</li> </ol>   |
| 35 | 过氧化氢<br>低温等离子体<br>灭菌化学指示<br>胶带 | 卷           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合 GB18282.1 的一类指示物；</li> <li>2. 采用合成纸，不吸附过氧化氢；</li> <li>3. 颜色由蓝色变为红色；</li> <li>4. 去除底纸，粘贴方便；</li> <li>5. 有效期不少于 18 个月；</li> <li>6. 不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质；</li> <li>7. 生产企业通过 ISO9001/13485 认证。</li> </ol> |

## 第六包：一次性医用耗材

| 序号 | 耗材名称                 | 规格      | 主要参数、用途 |
|----|----------------------|---------|---------|
| 1  | 一次性使用静脉采血针           | 个       |         |
| 2  | 一次性使用胃管              | 18#     |         |
| 3  | 一次性使用无菌注射针.          | 4.5# 支  |         |
| 4  | 一次性使用无菌注射针.          | 12# 支   |         |
| 5  | 呼吸湿化治疗仪-鼻塞导管         | 套       |         |
| 6  | 气管切开插管套件             | 套       |         |
| 7  | 一次性无菌旋塞              | 个       |         |
| 8  | 一次性使用静脉血样采集容器        | 紫 支     |         |
| 9  | 一次性使用避光输液器           | A3-7# 支 |         |
| 10 | 一次性吸引管               | (洗胃) 套  |         |
| 11 | 一次性使用无菌导尿管           | 个       |         |
| 12 | 一次性压力传感器             | 套       |         |
| 13 | 引流袋                  | 1000ml  |         |
| 14 | 非吸收性外科缝线             | 2-0#    |         |
| 15 | 吸氧面罩                 | 个       |         |
| 16 | 一次性使用鼻氧管             | 单头      |         |
| 17 | 医用外科口罩               | 个       |         |
| 18 | 呼吸湿化治疗仪-加热呼吸管路套<br>装 | 套       |         |
| 19 | 一次性中心静脉置管换药包         | 套       |         |
| 20 | 一次性使用肠道冲洗袋           |         |         |
| 21 | 医用氧气雾化面罩             | 个       |         |
| 22 | 1ml 一次性注射器           |         |         |
| 23 | 20ml 一次性注射器          |         |         |
| 24 | 2ml 一次性注射器           | 5.5#    |         |
| 25 | 50ml 一次性注射器          | 12#     |         |

|    |               |           |  |
|----|---------------|-----------|--|
| 26 | 5ml 一次性注射器    | 7#        |  |
| 27 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） |           |  |
| 28 | 一次性薄膜手套       | 盒         |  |
| 29 | 一次性闭式胸腔引流器    | 1600ml 只  |  |
| 30 | 一次性采血针        |           |  |
| 31 | 一次性床单         | 120*260 块 |  |
| 32 | 一次性导尿管        | 12# 支     |  |
| 33 | 一次性电极片        |           |  |
| 34 | 一次性负压引流器      | 1000ml 只  |  |
| 35 | 一次性肝素帽        |           |  |
| 36 | 一次性肛门管        |           |  |
| 37 | 一次性留置针        | 24G 支     |  |
| 38 | 一次性留置针伏帖      | 块         |  |
| 39 | 一次性纱布块        |           |  |
| 40 | 一次性输血器        |           |  |
| 41 | 一次性输液瓶口贴      |           |  |
| 42 | 一次性输液器        | C0.7*22   |  |
| 43 | 一次性输液器        | C0.6*21   |  |
| 44 | 一次性输液器        | C0.55*19  |  |
| 45 | 一次性输液帖        |           |  |
| 46 | 一次性输液头皮针      | 5.5#      |  |
| 47 | 一次性胃管         | （洗胃机）     |  |
| 48 | 一次性胃管         | 硅胶 18#    |  |
| 49 | 一次性吸痰管        | 封闭式 支     |  |
| 50 | 一次性吸痰管        | 包         |  |
| 51 | 一次性真空贮血管      | （生化）      |  |
| 52 | 一次性真空贮血管      | （血凝）      |  |
| 53 | 一次性真空贮血管      | （血常规）     |  |

|    |          |         |  |
|----|----------|---------|--|
| 54 | 一次性真空贮血管 | (血沉)    |  |
| 55 | 一次性止血带   |         |  |
| 56 | 一次性治疗巾   | 50*60   |  |
| 57 | 84 泡腾片   | 瓶       |  |
| 58 | 绷带       | 8*6     |  |
| 59 | 持针器      | 18cm 把  |  |
| 60 | 持针器      | 14cm 把  |  |
| 61 | 弹力帽      |         |  |
| 62 | 丁氰手套     | (M)     |  |
| 63 | 凡士林      | 500g 盒  |  |
| 64 | 敷料镊子     | 20cm 把  |  |
| 65 | 敷料镊子     | 25cm 把  |  |
| 66 | 敷料镊子     | 18cm 把  |  |
| 67 | 服药杯      | 50ml 个  |  |
| 68 | 红外线温度计   | 个       |  |
| 69 | 监护仪探头.   | 个       |  |
| 70 | 肋骨带      | 条       |  |
| 71 | 利器盒      | 5L 个    |  |
| 72 | 利器盒      | 2L 个    |  |
| 73 | 棉签       | 1*3 包   |  |
| 74 | 纱布       | 10 米 包  |  |
| 75 | 手术刀柄     | 3 号 把   |  |
| 76 | 双腔导尿管    | 16 号 支  |  |
| 77 | 双氧水      | 500ml 瓶 |  |
| 78 | 体温表      | 10PZ 支  |  |
| 79 | 听诊器      | 双用 个    |  |
| 80 | 弯盘       | 中号 个    |  |
| 81 | 血压计      | 台       |  |

|     |          |             |  |
|-----|----------|-------------|--|
| 85  | 血氧仪      | 个           |  |
| 86  | 压缩雾化器    | 台           |  |
| 87  | 氧气袋.     | 50L/个       |  |
| 88  | 氧气流量表    | 台           |  |
| 89  | 氧气吸入器    | 套           |  |
| 90  | 药棉       | 500g 卷      |  |
| 91  | 医用胶带     |             |  |
| 92  | 医用乳胶手套   | 7号          |  |
| 93  | 止血钳      | 20cm 把      |  |
| 94  | 止血钳      | 18cm 个      |  |
| 95  | 止血钳      | 16cm（直全齿） 把 |  |
| 96  | 止血钳      | 24cm(直全齿) 把 |  |
| 97  | 止血钳      | 14cm(直全齿) 把 |  |
| 98  | 止血钳      | 12.5cm弯 把   |  |
| 99  | 止血钳      | 18cm直有钩 把   |  |
| 100 | 止血钳      | 16cm（弯全齿） 把 |  |
| 101 | 止血钳      | 14cm弯全齿 把   |  |
| 102 | 组织剪      | 18cm（弯） 把   |  |
| 103 | 组织剪      | 16cm（弯） 把   |  |
| 104 | 组织剪      | 16cm(直) 把   |  |
| 105 | 组织剪      | 16cm(直尖) 把  |  |
| 106 | 组织镊      | 14cm 把      |  |
| 107 | 液体石蜡     | 500ml/瓶     |  |
| 108 | 一次性换药包   | HYA-0       |  |
| 109 | 一次性扩阴器   |             |  |
| 110 | 一次性床单    | 260x120     |  |
| 111 | 带线缝合针    | 7*17        |  |
| 112 | 一次性口咽通气道 | 9号          |  |

|     |                |     |  |
|-----|----------------|-----|--|
| 113 | 医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线 |     |  |
| 114 | 电子血压计          | 手臂式 |  |
| 115 | 卢戈氏碘           |     |  |
| 116 | 醋酸             |     |  |
| 117 | 宫内节育器          | 中号  |  |

第七包：内一科医用耗材

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 主要参数、用途       |
|----|------|----|---------------|
| 1  | 咬嘴   |    | 肺功能检查用一次性耗材   |
| 2  | 电极片  |    | 膈肌起搏器治疗用一次性耗材 |

第八包：中医医用耗材

| 序号 | 耗材名称 | 规格          | 主要参数、用途                       |
|----|------|-------------|-------------------------------|
| 1  | 针灸针  | 0.25 *25 mm | 针灸针可以针刺穴位，达到除病驱邪、疏通经络、调节阴阳的作用 |
| 2  | 针灸针  | 0.25*40 mm  | 针灸针可以针刺穴位，达到除病驱邪、疏通经络、调节阴阳的作用 |
| 3  | 针灸针  | 0.25 *50 mm | 针灸针可以针刺穴位，达到除病驱邪、疏通经络、调节阴阳的作用 |
| 4  | 针灸针  | 0.25 *75 mm | 针灸针可以针刺穴位，达到除病驱邪、疏通经络、调节阴阳的作用 |
| 5  | 针灸针  | 0.35 *50 mm | 针灸针可以针刺穴位，达到除病驱邪、疏通经络、调节阴阳的作用 |
| 6  | 火针   |             | 通过烧红针体刺入特定部位，利用热力刺激发挥功效       |

|    |                 |              |  |
|----|-----------------|--------------|--|
| 7  | 中医封包综合治疗仪-复合磁疗包 |              | 本产品适用于颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、关节炎、外伤肿痛、腰肌劳损、胃脘疼痛、支气管哮喘、月经不调、盆腔炎、乳腺增生等病症的治疗与辅助治疗。  |
| 8  | 纯艾柱             |              | 艾柱烟熏具有温经散寒、行气通络、扶阳固脱、祛湿排毒、防病保健等功效。   |
| 9  | 艾绒              | 500g/袋       | 艾绒具有温经散寒、活血止痛、温经止血、散寒止痛、调节免疫功能、抗菌消炎、改善睡眠等功效。   |
| 10 | 艾灸条             |              | 艾柱烟熏具有温经散寒、行气通络、扶阳固脱、祛湿排毒、防病保健等功效。   |
| 11 | 玻璃火罐            | 1 2 3 4 号    | 玻璃拔火罐的作用包括温经散寒、通络活血、舒筋活络、调节脏腑机能、刺络放血等。   |
| 12 | 透气胶带            | 7cm*7cm      | 透气胶带主要 原材料由医用级透气胶带组成，三伏贴专用。  |
| 13 | 耳穴贴（王不留行籽耳穴贴）   |              | 通过贴压耳穴，激发人体经络传导功能，调节脏腑阴阳平衡，缓解疼痛、改善睡眠、稳定情绪，对焦虑、失眠、头痛等症状具有辅助治疗效果。  |
| 14 | 艾艾贴             |              | 用于小面积颜面部艾灸   |
| 15 | 刮痧精油            |              | 用于刮痧按摩，拔罐使用  |
| 16 | 艾灸盒             | 单孔、两孔、三孔孔、六孔 | 艾灸盒是通过燃烧艾叶和艾条，起到艾灸温经散寒的作用，主要用于治疗寒痹、寒邪闭阻的疾病。艾灸的治疗作用首先是药物本身，另外是燃烧之后产生的热力，可以促进药物的作用于肌体。艾灸可以起到活血化瘀的作用，也可以起到益气通络的作用。艾灸是可以起到保健的作用，艾灸盒本身没有作用，作用是通过艾灸来实现的。 |
| 17 | 莲花火龙罐           | 小号 中号        | “火龙罐”是集推拿、刮痧、艾灸于一体，结合揉，碾，推，按，点，摇，闪，震，烫，熨十种手法的中医特种治疗工具  |

|    |                |  |   |
|----|----------------|--|---|
| 18 | 莲花火龙罐<br>配套用艾柱 |  | 艾柱烟熏具有温经散寒、行气通络、扶阳固脱、祛湿排毒、防病保健等功效         |
| 19 | 竹罐             |  | 由竹罐和自然加热装置组成，以水煮的方 2 式产生负压罐的装置            |
| 20 | 特定电磁波<br>治疗仪   |  | 发射特定波长电磁波，用于人体组织，达到促进血液循环、缓解疼痛、加速组织修复等效果。 |

第九包：中药饮片

| 序号 | 名称    | 规格    | 单位 | 执行标准         |
|----|-------|-------|----|--------------|
| 1  | 阿胶    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 2  | 艾绒    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 3  | 艾叶    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 4  | 巴戟天   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 5  | 炒白扁豆  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 6  | 白豆蔻   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 7  | 白附子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 9  | 白果仁   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 10 | 白花蛇舌草 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 11 | 白芨    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 12 | 白芥子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 13 | 白茅根   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 14 | 白前    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 15 | 白芍    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 16 | 白术    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 17 | 白鲜皮   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 18 | 白芷    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 19 | 百部    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 20 | 百合    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|    |      |       |    |              |
|----|------|-------|----|--------------|
| 21 | 柏子仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 22 | 败酱草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 23 | 板蓝根  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 24 | 半夏   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 25 | 半枝莲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 26 | 薄荷   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 27 | 萆薢   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 28 | 萆薢   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 29 | 篇蓄   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 30 | 鳖甲   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 31 | 槟榔   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 32 | 冰片   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 33 | 补骨脂  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 34 | 苍耳子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 35 | 炒苍耳子 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 36 | 苍术   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 37 | 草豆蔻  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 38 | 草乌   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 39 | 侧柏叶  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 40 | 柴胡   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 41 | 蝉蜕   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 42 | 白芍   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 43 | 炒白芍  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 44 | 车前草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 45 | 车前子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 46 | 沉香   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 47 | 陈皮   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 48 | 赤芍   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|    |      |       |    |              |
|----|------|-------|----|--------------|
| 49 | 赤石脂  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 50 | 赤小豆  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 51 | 炒川楝子 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 52 | 川木通  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 53 | 川牛膝  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 54 | 川乌   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 55 | 川芎   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 56 | 椿皮   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 57 | 磁石   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 58 | 刺蒺藜  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 59 | 刺猬皮  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 60 | 刺五加  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 61 | 醋鳖甲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 62 | 醋龟甲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 63 | 醋五灵脂 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 64 | 大腹皮  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 65 | 大黄   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 66 | 代赭石  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 67 | 丹参   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 68 | 胆南星  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 69 | 淡豆豉  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 70 | 淡竹叶  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 71 | 当归   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 72 | 党参   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 73 | 地枫皮  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 74 | 地肤子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 75 | 地骨皮  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 76 | 地龙   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |      |       |    |                    |
|-----|------|-------|----|--------------------|
| 77  | 地榆   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 78  | 丁香   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 79  | 豆蔻   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 80  | 独活   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 81  | 杜仲   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 82  | 盐杜仲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 83  | 煅磁石  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 84  | 莪术   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 85  | 法半夏  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 86  | 番泻叶  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 87  | 防风   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 88  | 防己   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 89  | 麸炒白术 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 90  | 麸炒枳实 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 91  | 佛手   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 92  | 茯苓   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 93  | 茯神   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 94  | 浮小麦  | 选货/统货 | kg | 甘肃省中药炮制规范（2022 年版） |
| 95  | 覆盆子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 96  | 甘草   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 97  | 干姜   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 98  | 葛根   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 99  | 钩藤   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 100 | 狗脊   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 101 | 枸杞子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 102 | 谷精草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 103 | 谷芽   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 104 | 骨碎补  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |

|     |     |       |    |              |
|-----|-----|-------|----|--------------|
| 105 | 瓜蒌  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 106 | 贯众  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 107 | 广藿香 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 108 | 鬼箭羽 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 109 | 桂枝  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 110 | 海金沙 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 111 | 海螵蛸 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 112 | 海藻  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 113 | 旱莲草 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 114 | 蒿本  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 115 | 诃子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 116 | 合欢花 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 117 | 合欢皮 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 118 | 何首乌 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 119 | 荷叶  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 120 | 黑顺片 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 121 | 红参  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 122 | 红花  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 123 | 红藤  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 124 | 厚朴  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 125 | 胡黄连 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 126 | 胡椒  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 127 | 斛寄生 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 128 | 虎杖  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 129 | 琥珀  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 130 | 花椒  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 131 | 滑石  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 132 | 化橘红 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |      |       |    |              |
|-----|------|-------|----|--------------|
| 133 | 槐花   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 134 | 黄柏   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 135 | 黄精   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 136 | 黄连   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 137 | 黄芪   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 138 | 黄芩   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 139 | 火麻仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 140 | 藿香   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 141 | 鸡内金  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 142 | 炒鸡内金 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 143 | 鸡血藤  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 144 | 蒺藜   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 145 | 姜黄   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 146 | 僵蚕   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 147 | 炒僵蚕  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 148 | 焦山楂  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 149 | 焦神曲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 150 | 芥子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 151 | 金钱草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 152 | 金银花  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 153 | 金樱子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 154 | 荆芥   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 155 | 荆芥穗  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 156 | 韭菜子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 157 | 桔梗   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 158 | 菊花   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 159 | 橘核   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 160 | 橘红   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |      |       |    |                    |
|-----|------|-------|----|--------------------|
| 161 | 卷柏   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 162 | 决明子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 163 | 苦参   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 164 | 苦杏仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 165 | 炒苦杏仁 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 166 | 款冬花  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 167 | 昆布   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 168 | 莱菔子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 169 | 荔枝核  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 170 | 连翘   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 171 | 莲子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 172 | 良姜   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 173 | 灵芝   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 174 | 刘寄奴  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 175 | 炒六神曲 | 选货/统货 | kg | 甘肃省中药炮制规范（2022 年版） |
| 176 | 龙胆   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 177 | 龙骨   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 178 | 龙眼肉  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 179 | 芦根   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 180 | 芦荟   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 181 | 鹿角霜  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 182 | 路路通  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 183 | 络石藤  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 184 | 麻黄   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 185 | 麻黄根  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 186 | 马齿苋  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 187 | 麦冬   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |
| 188 | 麦芽   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版       |

|     |      |       |    |              |
|-----|------|-------|----|--------------|
| 189 | 炒麦芽  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 190 | 蔓荆子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 191 | 芒硝   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 192 | 猫爪草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 193 | 没药   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 194 | 密蒙花  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 195 | 蜜款冬花 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 196 | 蜜麻黄  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 197 | 蜜枇杷叶 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 198 | 蜜桑白皮 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 199 | 蜜远志  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 200 | 墨旱莲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 201 | 牡丹皮  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 202 | 牡蛎   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 203 | 木瓜   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 204 | 木香   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 205 | 木贼   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 206 | 牛蒡子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 207 | 牛膝   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 208 | 牛子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 209 | 女贞子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 210 | 炮姜   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 211 | 佩兰   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 212 | 枇杷叶  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 213 | 平贝母  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 214 | 蒲公英  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 215 | 蒲黄   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 216 | 蕲蛇   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |     |       |    |              |
|-----|-----|-------|----|--------------|
| 217 | 千年健 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 218 | 前胡  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 219 | 芡实  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 220 | 茜草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 221 | 羌活  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 222 | 秦艽  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 223 | 秦皮  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 224 | 青蒿  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 225 | 青皮  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 226 | 青箱子 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 227 | 瞿麦  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 228 | 忍冬藤 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 229 | 肉苁蓉 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 230 | 肉豆蔻 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 231 | 肉桂  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 232 | 乳香  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 233 | 三棱  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 234 | 三七  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 235 | 桑白皮 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 236 | 桑寄生 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 237 | 桑螵蛸 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 238 | 桑叶  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 239 | 桑枝  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 240 | 沙参  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 241 | 砂仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 242 | 山慈菇 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 243 | 山豆根 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 244 | 山药  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |      |       |    |              |
|-----|------|-------|----|--------------|
| 245 | 麸炒山药 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 246 | 山芋肉  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 247 | 山楂   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 248 | 山茱萸  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 249 | 蛇床子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 250 | 蛇衣   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 251 | 射干   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 252 | 伸筋草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 253 | 神曲   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 254 | 升麻   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 255 | 生地黄  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 256 | 石菖蒲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 257 | 石膏   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 258 | 石斛   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 259 | 石决明  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 260 | 石韦   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 261 | 柿蒂   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 262 | 首乌藤  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 263 | 熟地黄  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 264 | 水牛角  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 265 | 水蛭   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 266 | 苏叶   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 267 | 苏子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 268 | 酸枣仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 269 | 炒酸枣仁 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 270 | 锁阳   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 271 | 台乌   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 272 | 太子参  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |       |       |    |              |
|-----|-------|-------|----|--------------|
| 273 | 烫狗脊   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 274 | 桃仁    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 275 | 天冬    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 276 | 天花粉   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 277 | 天麻    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 278 | 天竺黄   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 279 | 葶苈子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 280 | 通草    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 281 | 透骨草   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 282 | 土鳖虫   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 283 | 土茯苓   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 284 | 菟丝子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 285 | 瓦楞子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 286 | 王不留行  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 287 | 炒王不留行 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 288 | 威灵仙   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 289 | 乌梅    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 290 | 乌梢蛇   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 291 | 乌药    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 292 | 吴茱萸   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 293 | 蜈蚣    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 294 | 五加皮   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 295 | 五灵脂   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 296 | 五味子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 297 | 西洋参   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 298 | 稀莩草   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 299 | 豨莶草   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 300 | 细辛    | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |      |       |    |              |
|-----|------|-------|----|--------------|
| 301 | 夏枯草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 302 | 夏天无  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 303 | 仙鹤草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 304 | 仙茅   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 305 | 香附   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 306 | 香薷   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 307 | 小茴香  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 308 | 薤白   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 309 | 辛夷   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 310 | 续断   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 311 | 玄参   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 312 | 旋覆花  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 313 | 血竭   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 314 | 血余炭  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 315 | 延胡索  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 316 | 盐杜仲  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 31  | 盐沙苑子 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 318 | 阳起石  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 319 | 夜交藤  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 320 | 饴糖   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 321 | 益母草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 322 | 益智仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 323 | 薏苡仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 324 | 茵陈蒿  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 325 | 银柴胡  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 326 | 淫羊藿  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 327 | 油松节  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 328 | 鱼腥草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |      |       |    |              |
|-----|------|-------|----|--------------|
| 329 | 玉竹   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 330 | 郁金   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 331 | 郁李仁  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 332 | 元胡   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 333 | 远志   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 334 | 皂角刺  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 335 | 泽兰   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 336 | 泽泻   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 337 | 赭石   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 338 | 浙贝母  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 339 | 珍珠母  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 340 | 知母   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 341 | 栀子   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 342 | 枳壳   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 343 | 枳实   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 344 | 制何首乌 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 345 | 炙冬花  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 346 | 炙甘草  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 347 | 炙黄芪  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 348 | 炙麻黄  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 349 | 中药袋  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 350 | 猪苓   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 351 | 猪牙皂  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 352 | 竹茹   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 353 | 竹叶   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 354 | 紫草   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 355 | 紫花地丁 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 356 | 紫石英  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

|     |      |       |    |              |
|-----|------|-------|----|--------------|
| 357 | 紫苏   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 358 | 紫苏梗  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 359 | 紫苏子  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 360 | 炒紫苏子 | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 361 | 紫菀   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 362 | 棕榈炭  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 363 | 祖师麻  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 364 | 重楼   | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |
| 365 | 杜仲炭  | 选货/统货 | kg | 《中国药典》2025 版 |

### 第十包：门诊医用耗材

| 序号 | 耗材名称         | 规格         | 主要参数、用途  |
|----|--------------|------------|--|
| 1  | 阴道电极（麦澜德）    | MLD V2     | 主要用于妇科电生理治疗  |
| 2  | 理疗电极片        | 长方形、正方形    | 主要用于配合理疗仪通过传到电信号缓解疼痛、肌肉康复以及日常保健                        |
| 3  | 一次性使用阴道电极    | MLD V1     | 主要用于医疗场景下的盆底肌功能相关治疗与评估                                 |
| 4  | 医用棉签         | 20cm       | 因长度较长，主要用于深入人体特定腔道或较深部位的清洁、消毒与护理                       |
| 5  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号（半透明调节式） | 主要作用是在妇科医疗操作者，安全撑开阴道壁，暴露阴道和宫颈部位，为后续检查、治疗或手术提供清晰视野与操作空间 |
| 6  | 宫内节育器        | 中号         | 主要作用是通过局部物理或化学作用阻止受孕                                   |
| 7  | 体外吸引连接管      | 平稳、条纹螺纹    | 主要作用是在医疗操作中，连接负压吸引设备与吸引头器具，实现液体或污物的安全传输与收集             |
| 8  | 卢戈氏碘         | 30ml       | 主要用于外用消毒和口服辅助两类  |
| 9  | 醋酸           | 500ml      | 主要作用局部杀菌和防腐、化学剥脱与皮肤病治疗以及调节体液酸碱平衡。                      |

## 第六章 合同条款及格式

中标供应商根据本模版签订合同，合同中所列条款，参加投标即视为认可。

### 白银市平川区中医医院医用耗材、试剂购销协议

甲方：白银市平川区中医医院

乙方：

为了明确双方的权益和义务，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，经友好协商特签订此购销协议，共同遵守以下条款：

#### 一、耗材、试剂清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号/有效期 | 单位 | 单价<br>(元) |
|----|------|------|------|----------|----|-----------|
| 1  |      |      |      |          |    |           |
| 2  |      |      |      |          |    |           |
| 3  |      |      |      |          |    |           |
| 4  |      |      |      |          |    |           |
| 5  |      |      |      |          |    |           |
| 6  |      |      |      |          |    |           |
| 7  |      |      |      |          |    |           |
| 8  |      |      |      |          |    |           |
| 9  |      |      |      |          |    |           |
| 10 |      |      |      |          |    |           |

(说明：单价参考甘肃省药品和医用耗材招采管理子系统调整)

#### 二、质量保证：

1、乙方必须按《医疗器械监督管理条例》、《辐射安全管理规定》等相关法规提供公司及供货产品的相关有效合法真实的资格、资质等证明文件。

2、乙方保证供货为原产厂家全新耗材、试剂、放射源（需附《密封放射源证书》），其质量、功能及性能达到产品注册、技术资料所述要求，安全、有效。

3、乙方须保障库存产品的有效期，及时并无条件更换近效期产品，放射源需在审批有效期内运输到达本医院。

4、乙方向甲方供货的同时，应提供医疗器械相关的生产批准文、检验报告书、商标注册证、医疗器械使用说明书、标签、临床资料等原件见附件。

5、乙方提供的结算发票应是“证照”所在地的发票，其发票印章上的企业名称必须与“证照”企业名称完全一致。

6、甲方有责任从乙方收集包括产品质量、服务质量和医疗器械的信息，并及时反馈给乙方，以便乙方不断提高产品质量和服务。

### 三、供货要求:

1、乙方必须按甲方采购计划,在规定时间内将所需货物在规定时间内送到指定地点,不能影响临床使用;若遇紧急情况,需及时响应,并在2小时内将所需货物送到指定地点;放射源必须按甲方《放射源转让审批表》规定时间内,将所需货物送到指定地点;发票等其他资料也需在规定时间内送到指定地点。

2、供货产品包装、标识规范,最小包装上需注明产品的生产日期、保质期与使用说明,一次性无菌物品必须注明产品灭菌日期、失效日期;放射源包装、标识按《辐射安全防护管理办法》执行。

3、乙方所提供的产品应出具相关的质检报告,并配合甲方进行质量检测,且承担无菌物品检测的相关费用。放射源需出具相关的检测报告,安全等级执行GB4075-2009-C53211。

4、乙方所提供的产品出现短缺问题,需提前一个月告知甲方,并积极配合甲方予以解决。

5、乙方提供的产品临近失效日期,须立即与甲方协商更换最新批次产品。

### 四、付款方式:

产品经使用部门验收无质量、安全问题后,按收到乙方发票为准,执行付款流程。

### 五、违约责任:

1、若乙方延迟供货,或产品出现质量问题、价格高于子系统最低价等,乙方应积极配合甲方予以解决、承担相应责任,并对事件引起的直接、间接损失进行赔偿,甲方可暂停乙方供货或终止该协议。

2、乙方如未履行本协议,或向甲方提供假冒、伪劣医疗器械,甲方将拒绝支付货款,有权将假冒伪劣医疗器械移送监督部门处理并要求乙方赔偿甲方所受经济损失及名誉上的损失,必要时诉诸法律处理。

3、若乙方提供的资料中有虚假部分,则取消该协议中所有产品的供应权,并对引起的直接、间接损失进行赔偿。

### 六、争议解决:

协议未尽事宜或协议履行过程中产生的任何争议与纠纷,双方均应通过友好协商的方式解决。若协商不成,提交白银仲裁委员会申请仲裁,以法律途径解决。

### 七、协议生效:

1、签订协议期间,乙方须配合甲方在甘肃省药品和医用耗材招采管理子系统(以下简称“子系统”)进行产品价格查询确认。

2、本协议经双方签字(章)并加盖单位公章后生效。。

### 八、协议终止:

1、本协议有效期限两年:XX年XX月XX日起,XX年XX月XX日止。双方满意可续签合同。如医院检验科新增设备,医院可单方面解除合同,重新组织耗材招标。

2、协议期内乙方出现质量事故或因无法供货而影响临床使用,甲方可终止购销协议。

3、遇物价、国家政策、法规调整,已不再适宜继续使用的耗材、试剂,甲方有权终止协议。

4、若甲方组织上述耗材统一招标、遴选时,则该协议自动终止。5、若乙方无法满足协议内相关规定,则该协议自动终止。

### 九、售后承诺:

1、向医院提供合法真实资质资料。

2、在使用过程中出现质量问题,接到医院通知后及时作出答复并派销售技术人员到场协助处理。

3、对于售后产品出现的质量问题,及时以书面形式把质量问题上报院方;通过检验证明

医用耗材存在质量问题，进行医用耗材质量检验的费用由公司承担。

4、因乙方产品质量问题造成甲方医疗纠纷或经济损失，由乙方负责退货并承担相应的经济 and 法律责任。

#### 十、医疗卫生机构耗材、试剂廉洁协议：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销医用设备、医用耗材等医药产品。

2、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定专人作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用设备、耗材产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销协议，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕）

8、本协议作为耗材、试剂购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等的法律效力。

十一、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，并从签订之日起生效。

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 供方：（章）<br>地址：<br>电话：<br>邮编： | 需方：（章）<br>地址：<br>电话：<br>邮编： |
| 法定代表人：<br>（或委托代理人）<br>签字日期： | 法定代表人：<br>（或委托代理人）<br>签字日期： |
| 经办人：<br>签字日期：               | 经办人：<br>签字日期：               |
| 开户行：<br>账号：                 | 开户行：<br>账号：                 |

## 第七章 附件

### 投 标 函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目招标文件（招标项目编号：\_\_\_\_\_），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，单项/每人份的投标价以人民币为单位，详见开标一览表和详细报价表。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_\_日内配合临床科室完成项目的预试验/试用或派临床技术人员指导项目的实施，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前 3 年在经营活动中没有重大违法记录。

4. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担由此带来的任何风险和责任。

6. 我方为本项目提交的投标文件 2 份（一正一副）。

7. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（盖章）：                      法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：                              邮政编码：

联系电话：                              传 真：

日 期：     年 月 日

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

姓名：XXXXXXXX 性别：XXX 年龄：XXX 职务：XXXXXXXX

系 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

# 法定代表人授权书

致：白银市平川区中医医院

本人 XXXXXXX（姓名）系 XXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 XXXXXX（姓名）为我方代理人，参与项目编号为 XXXXXXX 的“白银市平川区中医医院 XXXXXXX 项目”投标活动，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

投标人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或签章）

身份证号码：XXXXXXXXXXXX

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

身份证号码：XXXXXXXXXXXX

XXXX 年 XX 月 XX 日

## 无违法记录声明（格式）

白银市平川区中医医院：

本投标人现参与\_\_\_\_\_项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中更没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法人代表（委托代理人）：\_\_\_\_\_（签字或签章）

年 月 日

## 白银市平川区中医医院医用耗材报价表

| 项目序号 | 项目名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品编号(组件) | 医保编码(22位) | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 报价(元) | 每测试单价(元) |
|------|------|---------|------|------|----------|-----------|----|------|----|-------|----------|
|      |      |         |      |      |          |           |    |      |    |       |          |
|      |      |         |      |      |          |           |    |      |    |       |          |
|      |      |         |      |      |          |           |    |      |    |       |          |
|      |      |         |      |      |          |           |    |      |    |       |          |
|      |      |         |      |      |          |           |    |      |    |       |          |
|      |      |         |      |      |          |           |    |      |    |       |          |

注：

- 1、请严格按照投标邀请填写项目序号和项目名称，否则开标现场无法分项目打分。
- 2、单价相同规格型号有多个可填写在一起，如 5#/7#。
- 3、此表不能出现任何合并单元格的情况，否则开标现场无法筛选。
- 4、报价不高于招采子系统最低价，若经查高于招采子系统最低价，则取消投标资格。
- 5、该表提供的信息将作为签订合同的依据，如有错误或漏写，后果严重且责任自负，提交后不得随意更改。
- 6、该表须在投标文件中装订一份；另须单独密封一份，开标现场和投标文件一起递交，用于唱标。

企业名称(加盖红章)：

签名：

联系电话：

日期：        年        月        日

## 白银市平川区中医医院医用耗材最终报价表

| 项目序号 | 项目名称 | 产 品 注<br>册 证 名 | 注册证号 | 规 格 型<br>号 | 产 品<br>编 号 (组<br>件) | 医 保 编 码<br>(22 位) | 品 牌 | 生 产 厂 家 | 单 位 | 初 次 报 价<br>(元) | 每 测 试 初<br>次 报 价<br>(元) | 最 终 报 价<br>(元) | 每 测 试 最<br>终 报 价<br>(元) |
|------|------|----------------|------|------------|---------------------|-------------------|-----|---------|-----|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|      |      |                |      |            |                     |                   |     |         |     |                |                         |                |                         |
|      |      |                |      |            |                     |                   |     |         |     |                |                         |                |                         |
|      |      |                |      |            |                     |                   |     |         |     |                |                         |                |                         |
|      |      |                |      |            |                     |                   |     |         |     |                |                         |                |                         |
|      |      |                |      |            |                     |                   |     |         |     |                |                         |                |                         |
|      |      |                |      |            |                     |                   |     |         |     |                |                         |                |                         |
|      |      |                |      |            |                     |                   |     |         |     |                |                         |                |                         |

注：

- 1、请严格按照投标邀请填写项目序号和项目名称，否则开标现场无法分项目打分。
- 2、单价相同规格型号有多个可填写在一起，如 5#/7#。
- 3、此表不能出现任何合并单元格的情况，否则开标现场无法筛选。
- 4、该表提供的信息将作为签订合同的依据，如有错误或漏写，后果严重且责任自负，提交后不得随意更改。
- 5、报价不高于招采子系统最低价，若经查高于招采子系统最低价，则取消投标资格。
- 6、请将此表除最终报价外其他信息填写完整后（与报价表保持一致），打印并加盖公章后自行携带，不用装订在投标文件中，也不用单独密封，遴选现场谈价后将最终报价填写完整后提交。

企业名称(加盖红章)：

签名：

联系电话：

日期：        年        月        日

## 技术参数偏离表

| 耗材名称 | 遴选文件技术参数要求 | 投标实际技术参数 | 备注 | 偏离情况 |
|------|------------|----------|----|------|
|      |            |          |    |      |
|      |            |          |    |      |
|      |            |          |    |      |
|      |            |          |    |      |

投标人：\_\_\_\_\_

(签章)

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

年 月 日

## 配送或售后服务承诺

| 序号 | 项目               | 承诺内容 |
|----|------------------|------|
| 1  | 紧急配送或特殊规格市外调货    |      |
| 2  | 正常供应周期, 日常产品质量问题 |      |
| 3  | 培训或跟台服务          |      |
| 4  | 近效期换货            |      |
| 5  | 其他内容             |      |