

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	采购西门子数字减影血管造影机视频分配盒项目
拟采购产品金额	110000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院采购西门子数字减影血管造影机视频分配盒项目
二、申请理由	
我院手术室 DSA 设备视频分配盒故障，设备型号：Artis Q Floor，经医学装备办公室工程师检测，视频分配盒故障导致图像无法传输，需进行更换。视频分配盒属血管机的重要配件，一旦损坏，造影手术则无法顺利进行，会造成巨大损失。 鉴于此次采购的视频分配盒必须保证与血管机设备精准的匹配，因此具有复杂性、专门性、特殊性的要求，且配件和更换服务只有西门子公司独家提供。为保障设备正常运转，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，申请单一来源方式进行采购。 拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司	
三、专家论证意见	
该院手术室 DSA 设备视频分配盒故障，配件与更换必须保证与血管机设备精准匹配，因此具有复杂性、专门性、特殊性的要求，配件及更换只有西门子公司独家提供，以保障设备正常运转，造影手术顺利进行。申请进行单一来源方式进行采购。经论证，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，可行单一来源方式进行采购。 专家签字：张鸿雁 2025 年 9 月 30 日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	采购西门子数字减影血管造影机视频分配盒项目
拟采购产品金额	110000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院采购西门子数字减影血管造影机视频分配盒项目
二、申请理由	
我院手术室 DSA 设备视频分配盒故障，设备型号：Artis Q Floor，经医学装备办公室工程师检测，视频分配盒故障导致图像无法传输，需进行更换。视频分配盒属血管机的重要配件，一旦损坏，造影手术则无法顺利进行，会造成巨大损失。 鉴于此次采购的视频分配盒必须保证与血管机设备精准的匹配，因此具有复杂性、专门性、特殊性的要求，且配件和更换服务只有西门子公司独家提供。为保障设备正常运转，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，申请单一来源方式进行采购。 拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司	
三、专家论证意见	
该院手术室 DSA 设备视频分配盒故障，配件更换必须保证与血管机设备精准匹配，具有复杂性、专门性、特殊性的要求，配件更换只有西门子公司能够提供服务，为保障设备正常运转，造影手术顺利进行，经论证，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，建议行单一来源方式进行采购。 专家签字：[Signature] 2025 年 8 月 30 日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	采购西门子数字减影血管造影机视频分配盒项目
拟采购产品金额	110000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院采购西门子数字减影血管造影机视频分配盒项目
二、申请理由	
我院手术室 DSA 设备视频分配盒故障，设备型号：Artis Q Floor，经医学装备办公室工程师检测，视频分配盒故障导致图像无法传输，需进行更换。视频分配盒属血管机的重要配件，一旦损坏，造影手术则无法顺利进行，会造成巨大损失。 鉴于此次采购的视频分配盒必须保证与血管机设备精准的匹配，因此具有复杂性、专门性、特殊性的要求，且配件和更换服务只有西门子公司独家提供。为保障设备正常运转，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，申请单一来源方式进行采购。 拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司	
三、专家论证意见	
经审查医院对于手术室设备视频分配盒，需与现有血管机精确匹配，具有复杂性、专门性、特殊性要求，本律师依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，提供如下法律意见：一、该采购具有实质性唯一采购来源，论证技术、兼容性等客观原因，必须单一采购。二、履行严格的法定程序，由三名以上无利害关系专家出具详细论证意见，在省级以上指定媒体进行公示，5个工作日内公示无异议后，报请财政部门批准实施。 2025 年 9 月 30 日	