

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨培军
	职称:	副生化技师
	工作单位:	定西市疾控中心
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该项目拟采购的尿液分析仪配套使用试剂、耗材,用于该单位的Mejer-700Ⅱ型尿液化学分析仪。该试剂由深圳美价臣生物科技有限公司生产,所用试剂、耗材为专机专用。目前国内其它厂家的试剂、耗材无法配套使用。必须采购原厂试剂、耗材,须采用单一来源采购方式,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨培军	日期2025年9月26日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张广平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的尿液化学分析仪(Mejet-700I型)配套的F化学试纸条,干化学浓缩清洗液为深圳市美侨医疗科技有限公司生产的专用试剂,其它厂家的产品无法替代,故须采购原厂产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张广平	日期 25年9月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张庆东
	职称:	工程师
	工作单位:	定西市第二人民医院
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	采购单位拟采购的化学试剂条、化学浓缩清洗液用于该单位的尿液化学分析仪,该设备由深圳市美倚医疗科技有限公司生产,该设备为封闭式系统,须采购原厂生产试剂条配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增勇	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 辽阳市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的尿液沉渣分析仪配套使用试剂耗材。用于该单位的Mejer-1700型尿液沉渣分析仪。该设备由深圳市美信医疗科技有限公司生产。所用试剂为专用试剂。目前国内其它厂家的试剂无法配套使用。必须采购原厂试剂。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨增勇	日期 2025年 1 月 26 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 隋. 军	
	职称: 工程师	
	工作单位: 辽阳市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的尿液沉渣分析仪(Lhejer-1700型)配套的尿液分析用染色液为深圳市美侨医学科技有限公司生产的专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故经采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	隋. 军	日期 25 年 9 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张庆东
	职称:	工程师
	工作单位:	定西市第二人民医院
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	采购单位拟采购的尿液分析用染色液用于该单位的尿液沉渣分析仪(Meier-1700型),该设备为深圳美倚医疗科技有限公司生产,该设备为封闭系统,须采购原厂生产的染色液配套使用.符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条之规定	
专业人员签字	张庆东	日期 2025年 9 月 26 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨红芳
	职称:	副主任医师
	工作单位:	辽阳市疾控中心
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该项目拟采购的尿液分析仪配套试剂、耗材。用于该单位的 AVE-752 尿液分析流水线。该设备由爱威科技股份有限公司生产。所用试剂、耗材为专机专用。目前国内其他厂家的试剂、耗材无法配套使用，必须采购原厂（试剂、耗材。须采用单一来源采购方式，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨红芳	日期 2025 年 9 月 26 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 第四人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的尿液分析流水线LAVE-7521配套的干化学试纸条,有形成分试剂包、有形成分分析仪反应物,清洗液为爱威科技股份有限公司生产的专用试剂,其它厂家的产品无法替代故须采购原厂产品。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨小平	日期 25年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的平化学试剂条等试剂用于尿液分析流水线(AVE-752), 该设备由爱威科技股份有限公司生产, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨瑞芳
	职称:	副主任医师
	工作单位:	定西市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该项目拟采购的血液制剂、血细胞分析用稀释液等试剂、耗材。用于该单位的血常规血液细胞分析仪(BC-7500CS)该设备为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产。为封闭式试剂、耗材系统。目前国内其它厂家的试剂、耗材无法配套使用。须采用原试剂、耗材。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨瑞芳	日期 2025年 9月 26日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭, 平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动血液细胞分析仪(CBC-7500)配套的检验试剂, 由于该设备为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产, 试剂属专用, 其它厂家的产品无法替代, 故必须采用单一来源方式采购, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	郭, 平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的全自动血液细胞分析仪(BC-7500CS)配套检测试剂, 该设备由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨信军
	职称:	副主任医师
	工作单位:	定西市职培中心
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该项目拟采购的凝血酶时间(CTT)等9个试剂、耗材,用于该单位的凝血仪凝血分析仪(CX-9000),由于该试剂为专用试剂、耗材,国内其它厂家试剂、耗材无法配套使用,须采购原厂深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的试剂、耗材。必须采用单一来源采购方式,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨信军	日期 2025年9月26日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈, 小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的凝血分析仪(CX-5000)凝血酶时间(TT)测定试剂盒, 活化部分凝血活时间(APTT)测定试剂盒等检测试剂系深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产, 属于垄断专用, 其它厂家的无法替代, 故必须采购原厂生产的试剂, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈, 小平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的全自动凝血分析仪(CX-900)配套的凝血酶原时间(TT)测定试剂盒、活化部分凝血激酶时间(APTT)测定试剂盒等检测试剂,因该设备系深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产,该设备为封闭式系统,须采购原厂配套试剂,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025年 9月 26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	柯培华
	职称:	副主任医师
	工作单位:	长春市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该试剂属于进口的乙型肝炎病毒表面抗原试剂、耗材,用于该单位的全自动化学发光免疫分析仪(CL-8000i),该设备生产商为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产。试剂、耗材为进口体系,国内其它厂家试剂、耗材,无法配套使用,必须使用进口试剂、耗材。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	柯培华	日期 2025年 09月 26日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张. 平	
	职称: 工 程 师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动化学发光免疫分析仪(CCL-8000)及配套试剂系深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产,属于专用,其它厂家的产品无法替代,故必须采购原厂产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,单一来源方式采购。	
专业人员签字	张. 平	日期: 25年1月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的2型肝炎病毒抗原等试剂,用于该单位的全自动化发光免疫分析仪(CL-8000i),该设备由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产,该设备为封闭系统,须采购原厂生产的试剂配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增军	
	职称: 实验室管理中心	
	工作单位: 副主任医师	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的气相色谱仪 (BS-2800M), 配套使用试剂、耗材、标准品。用于该单位的 BS-2800M 气相色谱仪。该设备由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产, 目前国内其试剂、耗材无法配套使用, 必须采购原厂试剂、耗材, 须利用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨增军	日期 2021 年 9 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 曹. 洋	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动生化分析仪(BS-2800iX)及配套临床化学校准血清、临床化学校准血清等试剂, 由于该设备系封闭系统, 为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独家生产, 属主机专用, 其他厂家的产品无法替代. 故必须采用单一来源方式采购. 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	曹. 洋	日期 25 年 1 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的全自动生化分析仪(BS-2800M)配套的临床化学校准血清、等检验试剂,该设备由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产,该设备为封闭系统,须采购原厂生产的试剂配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨信芳	
	职称: 副主治医师	
	工作单位: 长春市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该采购项目拟采购的血气电解质分析仪用测试剂。用于该单位的血气电解质分析仪 (Vitagas-5E), 该试剂为专用试剂, 由深圳市康立生物医学仪器有限公司生产。必须使用原厂试剂, 同国内其他厂家试剂无法配套使用。须使用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨信芳	日期 2015年 9月 26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张仁平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 哈尔滨市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的血气电解质分析仪(Vitaeas-5E)配套的血气电解质分析仪用测定试剂、凝块过滤器系深圳市康立生物医学技术有限公司生产,属于专用,无其他替代产品,故必须采用单一来源方式采购,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张仁平	日期: 25年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的测定试剂、凝块过滤器用于该单位的血气电解质分析仪 (Vitaplas-5E), 该设备为深圳市康立生物医疗有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025年 9月 26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 定西市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动免疫印迹仪及配套用的试剂、耗材, 用于该单位的全自动免疫印迹仪 (EUROLINE MasterPlus A), 该仪器为欧蒙(杭州)医学诊断诊断有限公司生产, 为试剂、耗材封闭体系, 目前国内其他厂家无法配套使用。因此拟采购原厂试剂、耗材。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨培军	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭, 仁平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 长春市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动免疫印迹仪(EUROline Master Plus-A)配套的吸入性 & 食物性过敏原, 特异性 IgE 抗体检测试剂盒, 抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒等试剂, 为欧蒙(杭州)医学实验诊断有限公司生产的专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 必须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	郭, 仁平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测等试剂盒, 该单位使用的全自动免疫印迹仪 (EUROL ineMaster Plus A) 系欧蒙 (杭州) 医学实验诊断有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第十条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 定西市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的气自动生化流水线及物工作站配套使用试剂、耗材,用于该单位的气自动生化流水线,物工作站(AutoW0110)、该试剂由郑州安图生物工程有限公司生产,同制国内其它厂家的试剂-耗材无法配套使用,必须用原厂试剂、耗材,须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨增平	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动生殖道分泌物工作站(Auto NoMo)配套的阴道炎五联检测试剂盒 II(干化学酶法), IIP头, 阴道炎五联检测质控系统, 系郑州安图生物工程股份有限公司独家生产, 属主机专用, 其它厂家的产品无法替代, 故必须采购原厂生产的试剂, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张小平	日期: 2024 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的阴道交互联控等试剂用于该单位的全自动生殖道分泌物工作站(AutoWoMo), 该设备系郑州安图生物工程股份有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨瑞军
	职称:	副文化药师
	工作单位:	定西市肿瘤医院
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该项目拟采购的血培养系统配套使用试剂、耗材。用于该单位的骨髓血培养系统(BBt112)、该设备为珠海迪尔生物工程有限公司生产,为试剂、耗材封闭体系。目前国内其它厂家试剂无法配套使用。必须采购原厂试剂、耗材。须采用单一来源采购方式,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨瑞军	日期 2015 年 9 月 26 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭江	
	职称: 工程师	
	工作单位: 长春市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的自动血培养系统(CDLBt112)配套的厌氧血培养瓶、需氧血培养瓶,系珠海迪尔生物工程股份有限公司^{股份}专机专用试剂,其他厂家的产品无法替代,故必须采购原厂产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	郭江	日期 25 年 9 月 21 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的厌氧血培养瓶、需氧血培养瓶用于全自动血培养系统(DLBT112), 该系统为珠海迪尔生物工程有限公司生产, 该系统为封闭式系统, 须采购由原厂生产的厌氧血培养瓶、需氧血培养瓶配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 定西市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的糖化血红蛋白分析仪配套使用试剂、耗材。用于该单位的糖化血红蛋白分析仪(CH50)。该设备由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产为专机专用试剂、耗材。同前国内其他厂家试剂、耗材无法配套使用,必须单独购买原厂试剂、耗材。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨增军	日期 2025 年 1 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的糖化血红蛋白分析仪CH50配套的糖化血红蛋白分析用洗脱液A、糖化血红蛋白校准品等试剂,为深圳迈瑞生物电子股份有限公司生产的专用试剂,其它厂家的无法替代,故必须采购原厂产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈小平	日期: 25年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的洗脱液A, 糖化血红蛋白校准品等检验试剂用于该单位的糖化血红蛋白分析仪(H50), 该设备由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培芳	
	职称: 副技师	
	工作单位: 长春市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的流式细胞仪配套试剂、耗材, 用于该单位的Zeny Cell 11206A1流式细胞仪。该设备为专用专用试剂、耗材。目前, 国内其他厂家的试剂、耗材无法配套使用。必须采购原下: 深圳唯公生物科技股份有限公司的试剂、耗材。必须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨培芳	日期 2025年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 滨州市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的流式细胞仪(Casy cell 206 AI)配套的CD45检测试剂盒, 辅液试剂为深圳唯公生物科技有限公司生产的志机专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈小平	日期 2019年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杜庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的CD45检测等试剂,用于该单位的流式细胞仪(Easy Cell11206A1),该设备由深圳唯奇生物科技有限公司生产,该设备为封闭式系统,须采购原厂生产的试剂配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杜庆东	日期 2025年 9月 26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培芳	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 宝应市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的真空血清学鉴定系统配套试剂、耗材, 用于该单位的自动真空血清学鉴定系统(LHB-100E) 该设备由丹娜(天津)生物科技股份有限公司生产。试剂、耗材为专用, 必须年采购原厂试剂、耗材, 须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条之规定。	
专业人员签字	杨培芳	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭. 平	
	职称: 2 采量 师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动真菌血清学鉴定系统(HB-100E)配套的真菌(1-3)-β-D 葡聚糖酶测试试剂盒(显色法), 低吸附头等试剂为丹娜(天津)生物科技股份有限公司生产的专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故必须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	郭. 平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 张庆东	
	职称： 工程师	
	工作单位： 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称： 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称： /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的真菌(1-3)-B-D葡萄糖检测等试剂用于该单位的自动真菌血清学鉴定系统(HB-100E),该系统为封闭式系统,须采购由生产厂家丹娜(天津)生物科技股份有限公司生产的原厂试剂配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定	
专业人员签字	张庆东	日期 2025年 9 月 26 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨瑞峰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 定西医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目所采购的自动生物检测系统(配套使用试剂), 用于该单位的EX51000全自动生物检测系统。该系统由中元亿吉生物技术股份有限公司生产使用的试剂, 教材为专机专用。目前国内其它厂家的试剂教材无法配套使用。必须采购原厂试剂教材。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨瑞峰	日期 2020 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈. 平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 长春市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动微生物质谱检测系统(EVS1000)配套的质谱系统基质溶液试剂盒等试剂为中元汇吉生物技术有限公司生产的专用试剂, 其它厂家生产的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈. 平	日期 2024 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的质谱系统基质溶液等试剂用于该单位的自动微生物质谱检测系统(EXS1000), 该系统由杭州吉生物技术有限公司生产, 该系统为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 辽西市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的电解质分析仪及配套试剂、耗材, 用于该单位的K-L电解质分析仪。该设备由扬州康众高科技有限公司生产, 试剂、耗材为专机专用。目前国内其它厂家的试剂、耗材无法配套使用, 必须采购原厂试剂、耗材。须使用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨增军	日期 2025年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的电解质分析仪(Ck-L)配套的电极内充液、酶每盒白液等试剂为梅州康立高科技有限公司生产的专用试剂,其它厂家的产品无法替代。故须采购原厂产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条之规定。	
专业人员签字	陈小平	日期 2025年8月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 在庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的电极内充液等检验试剂用于该单位的电解质分析仪(K-L), 该设备由梅州康立高科技术有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用. 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定.	
专业人员签字	在庆东	日期 2025年 9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨瑞华	
	职称: 高级技师	
	工作单位: 长春市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的生化发光试剂、试剂、耗材, 用于该单位的全自动生化发光分析仪(VZ-200), 该设备由北京, 贝尔生物工程股份有限公司生产。试剂、耗材均为封闭。目前国内其他厂家的试剂、耗材无法配套使用, 必须采购原厂试剂、耗材。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨瑞华	日期 2025年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈子平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动化学发光分析仪(CV1-200)配套的单纯疱疹病毒(HI) IgM抗体测定试剂盒, 风疹病毒IgM抗体测定试剂盒等试剂为北京贝尔生物工程股份有限公司专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈子平	日期 21年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的单克隆抗体病毒(II)IgM抗体测定等试剂用于该单位的全自动化学发光分析仪(VS-200),该设备由北京贝尔生物工程股份有限公司生产,该设备为封闭式系统,须采购原厂生产的试剂配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025年1月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨瑞芳	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 宝应县疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目所采购的一次性精子计数池, 用于该单位的精子质量分析仪 (BE20N S3-3)。由于该设备的耗材为整机专用, 目前国内其他厂家无法配套使用, 必须使用原厂: 上海北昂医药材料股份有限公司的产品。须采用单一来源采购方式。符合《政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨瑞芳	日期 2025年 09月 26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈, 仁平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 洛阳市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	长春中医药大学附属拟采购的精子质量分析仪(BEION S3-3)配套的一次性精子计数池系上海北昂医药科技股份有限公司独家生产,属于主机专用,其他厂家生产的产品无法替代使用,故必须采用上海北昂医药科技股份有限公司生产的配套产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定:“只能从唯一供应商处采购”的单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	陈, 仁平	日期 2025年 9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的精子质量分析仪(CBEION S3-3)配套的一次性精子计数池, 该设备是上海北昂医药科技股份有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的一次性精子计数池, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定	
专业人员签字	张庆东	日期 2025年 9月 26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨瑞芳	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 定西市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目所采购的全自动血型仪(BT-70)使用的ABO血型正反定型、Rh血型检测卡、Tious透明胶珠、广谱抗人球蛋白卡、琼脂稀释板。由于该单位使用的血型仪(BT-70)是上海同普生物技术有限公司生产, 设备为专用试剂必须采用原厂试剂, 须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨瑞芳	日期 2025年09月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动血型仪(BT-70)配套的A/B/O血型正反定型及Rh血型检测卡, T1000透明吸头等试剂均为上海润普生物技术有限公司生产, 供应, 属主机专用, 其它家的产品无法替代使用, 必须采用原厂试剂, 经采用单一来源方式采购, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈小平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的全自动血型仪(BT-70)配套的ABO血型正反定型卡, T1000透明吸头, 血型检测试剂, 因全自动血型仪BT-70系上海润普生物技术有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂配套试剂, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨培军
	职称:	副主治医师
	工作单位:	定西市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该项目拟采购的凝血酶原时间测定试剂盒，用于该单位的血检单为图仪（Haema 7x）。由于该试剂的试剂为专用，目前国内其它厂家的试剂无法配套使用。必须采购原厂：深圳普科田生物医学技术有限公司的试剂。经采用单一来源采购方式，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨培军	日期2025年9月26日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 陈小平	
	职称： 2 医师	
	工作单位： 宜昌市人民医院	
项目信息	项目名称： 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称： /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的血液凝固分析仪（HaeMaTx）配套的活化凝血检测试剂盒（凝固法），因该设备的试剂为专用，其它厂家的产品无法替代，必须采购深圳麦科田生物医学技术有限公司生产的配套试剂，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈小平	日期 2024年 9 月 26 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的血栓弹力图仪活化凝血检测试剂盒, 用于该单位的血栓弹力图仪 (HaematX) 该设备为深圳麦科田生物医疗科技股份有限公司生产, 该设备为封闭系统, 须采购原厂试剂盒配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定	
专业人员签字	张庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 长春市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的基俊分析仪已套件用试剂、耗材,用于该单位的WV/PA160气相色谱仪。该设备由四川凯文特生物技术有限公司生产,所用试剂、耗材为专机专用,目前国内其他品牌试剂、耗材无法配套使用,必须采购原厂试剂、耗材,须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨培军	日期 2015年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈广平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动粪便分析仪(CWH/FA/60)配套的便隐血(FOB)检测试剂盒,便隐血质控品等检测试剂为四川沃文特生物技术有限公司生产的专用试剂,其它厂家生产的无法替代,故须采购原厂产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈广平	日期: 25年9月25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的便通酶 (FOB) 等检测试剂用于该单位的全自动类便分析仪 (WWT/FA160), 该设备为四川沃文特生物技术有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用. 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定	
专业人员签字	张庆东	日期 2025年 8月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 定西市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的微生物鉴定药敏分析仪配套使用试剂耗材,用于该单位的 BD Phoenix TM M50 全自动微生物鉴定药敏分析仪配套使用。该设备由碧迪医疗器械有限公司生产,所使用的试剂耗材为专机专用。目前国内无法配套使用,必须采购原厂试剂耗材。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨晓军	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 阮, 小平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的会自动微生物鉴定药敏分析仪(LBP Phoenix™ M50)配套的接种培养液、药敏接种培养液等试剂为碧迪^{苏州}医药器械有限公司生产的主机专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	阮, 小平	日期 2025 年 10 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的接种培养基等检测试剂用于该单位的全自动微生物鉴定药敏分析仪(CBD phoenix™ M50), 该设备为碧迪医疗器械有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025年 9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 宝西市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的荧光定量分析仪配套使用试剂、耗材,用于该单位的Cetem 1600 荧光定量分析仪。该设备由基蛋生物科技股份有限公司生产所用试剂、耗材为专机专用,目前国内其它厂家的试剂、耗材无法配套使用必须采购原厂试剂、耗材,须使用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨培军	日期 2025年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈, 仁平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 通化市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的荧光免疫定量分析仪(Getein/600)配套的超敏肌钙蛋白I检测试剂盒、肌红蛋白检测试剂盒等试剂为基蛋生物科技股份有限公司生产的专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈, 仁平	日期 25 年 7 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的超敏肌钙蛋白I等检测试剂用于该单位荧光免疫定量分析仪(Gotem 1600),该设备为基蛋生物科技股份有限公司生产,该设备为封闭系统,须采购原厂生产的试剂配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 长春市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的生化分析仪为进口产品, 碱性清洗液, 抗菌无磷清洗剂, 用于该单位的日立7180型生化分析仪的维护保养工作使用。上述配件及耗材为进口产品, 国内尚无同类产品, 且国内生产的产品无法满足使用要求。因此, 必须采购原厂配件及耗材。必须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨培军	日期: 2015年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张广平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动生化分析仪(日立7180型)配套日立7180专用光源灯、酸性清洗液等试剂为日立仪器(苏州)有限公司生产的专用产品,其他厂家的无法替代,故须采购原厂产品,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张广平	日期 25 年 1 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的专用光源、酸性清洗液等检测试剂用于该单位的全自动生化分析仪, 该设备为日立仪器(苏州)有限公司生产, 上述光源及酸性清洗液为专机专用产品, 须采购原厂生产的产品配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨培军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 长春市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的化学发光免疫分析仪试剂盒, 用于该单位的 Liaison XL type 2210, Liaison XL, LAS 全自动化学发光免疫分析仪。该设备由罗氏诊断医疗设备有限公司生产。所用试剂、耗材为专用。目前国内其它厂家的试剂、耗材, 无法匹配该设备使用。必须采购原厂试剂。须经国家单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨培军	日期 2025 年 7 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭广平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动化学发光免疫分析仪(Liaison XL, type 2210, LIAISON XL LAS)配套的促乳素测定试剂盒、睾酮测定试剂盒等检测试剂为索灵诊断医疗设备(上海)有限公司生产的专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故必须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	郭广平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 在庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的促乳素等试剂盒用于该单位的全自动化学发光免疫分析仪(Liaison XL type 2210, LIAISON XL LAS), 该设备为封闭式系统, 该设备为索灵诊断医疗设备有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的试剂盒配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定	
专业人员签字	在庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 辽阳市疾控中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的人ABO和Rh血型试剂球卡。用于该单位TD2-12位连离心机检测人血ABO血型正反定型和Rh(D)型。该设备由天津德安祥生物技术有限公司生产, 目前国内其他厂家的试剂无法配套使用, 必须采购原厂试剂。须使用单一来源采购方式, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨增军	日期 2025年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈, 丁平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的低速离心机(TD2-12)配套的ABO血型正/反定型和Rh(D)血型测试卡为天津德祥生物技术有限公司独家生产的专用试剂, 其他厂家的产品无法替代, 必须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	陈, 丁平	日期: 2015年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东
	职称: 工程师
	工作单位: 定西市第二人民医院
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称: /
专业人员论证意见	采购单位拟采购的鱼型测试卡用于该单位低速离心机(CD2-12) ,该设备为天津德祥生物技术有限公司生产,须采购原厂生产的测试卡配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定
专业人员签字	张庆东 日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增军
	职称: 副主任医师
	工作单位: 长春市疾控中心
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称: /
专业人员论证意见	该项目拟采购的抗人球蛋白检测卡, 用于该单位的K37-24试剂卡孵育器, 该设备由天津德祥生物技术有限公司生产。目前国内其它厂家的试剂无法配套使用, 必须采购原厂试剂。须采用单一来源采购方式。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。
专业人员签字	杨增军 日期: 2015年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭广平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的试剂卡孵育器(K31-24)配套的抗人球蛋白(抗IgG)检测卡为天津德祥生物技术有限公司生产的主机专用产品, 其它厂家的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	郭广平	日期: 2025年8月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的抗人球蛋白(抗IgG)检测卡用于该单位的检测卡孵育器(K37-24), 该设备为天津德祥生物技术^{有限}公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产检测卡配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	李庆东	日期 2025年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨增军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 长春市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目采购内容为长春中医药大学附属医院基因分型检测试剂盒, 用于该单位的YN-1145型全自动核酸扩增仪。该试剂由业能生物技术有限公司生产, 试剂为专机专用。目前国内其它厂家的试剂无法配套使用, 必须使用原厂试剂。须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	杨增军	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭. 仁平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的全自动核酸杂交仪(LN-H48)配套的人乳头瘤病毒基因分型(25型)检测试剂盒等为企业生物技术(深圳)有限公司生产的吉凯通用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	郭. 仁平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的人乳头瘤病毒基因分型(23型)等检测试剂用于该单位的全自动核酸杂交仪(HT-1148),该设备为亚能生物技术(深圳)有限公司生产,该设备为封闭式系统,须采购原厂生产的试剂配套使用,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定	
专业人员签字	张庆东	日期 2025 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨瑞芳
	职称:	副主任医师
	工作单位:	长春市肿瘤医院
项目信息	项目名称:	长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目
	供应商名称:	/
专业人员论证意见	该项目拟采购的细胞保存液,为该单位使用的Y-2PA液基薄层细胞制片机配套使用。目前国内其它厂家的试剂无法配套使用,必须采购原厂试剂,必须采用单一来源采购方式。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专业人员签字	杨瑞芳	日期 2015 年 9 月 26 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 靳, 小平	
	职称: 工 程 师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	该项目拟采购的液基薄层细胞制备机(LJ-2PA)配套的细胞保存液为湖北锦派医药科技有限公司生产的专用试剂, 其它厂家的产品无法替代, 故须采购原厂产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	靳, 小平	日期 25 年 9 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆东	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 长春中医药大学附属医院定西医院医用耗材配送项目	
	供应商名称: /	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的细胞保存液用于该单位的液基薄层细胞制片机(JY ZPA), 该设备为湖北锦源医疗科技有限公司生产, 该设备为封闭式系统, 须采购原厂生产的细胞保存液配套使用, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张庆东	日期 2025 年 8 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。