

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	丁锁军
	职称:	高工
	工作单位:	肿瘤医院
项目信息	项目名称:	后装放射源
	供应商名称:	国药医科达医疗科技有限公司广州分公司
专业人员论证意见	考虑到申请采购的后装放射源,适用于医科达 Flexitron HDR 后装治疗机配套使用放射源,软硬件的匹配兼容性、具有唯一性,无法替代。只能采取单一来源的方法采购,且较为合理。	
专业人员签字	丁锁军	日期: 2025.9.26

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	谢圣安
	职称:	工程师
	工作单位:	兰大二院
项目信息	项目名称:	后装放射源
	供应商名称:	国药医科达医疗科技有限公司广州分公司
专业人员论证意见	放射源名称: 铱-192放射源, 只是适用于医科达 Flexitron HDR 后装治疗机。铱-192放射源尺寸: 长 3.5mm, 直径 0.6mm; 包壳尺寸: 长 4.6mm, 直径 0.86mm。国内尚无生产以上尺寸的放射源, 只能单一来源采购。 预算合理	
专业人员签字	谢圣安	日期: 2025.9.26

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	闫加元
	职称:	高工
	工作单位:	甘肃省信息中心
项目信息	项目名称:	后装放射源
	供应商名称:	国药医科达医疗科技有限公司广州分公司
专业人员论证意见	本项目采购的后装放射源要求具有唯一-的设备可识别的序列号、唯一-的国家编码,因此采购内容具有唯一-性,只能采用单一来源方式进行采购,才能与现有设备匹配使用。	
专业人员签字	闫加元	日期: 2025.9.26

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张学兰
	职称:	主任医师
	工作单位:	甘肃省人民医院
项目信息	项目名称:	后装放射源
	供应商名称:	国药医科达医疗科技有限公司广州分公司
专业人员论证意见	申请采购的后装放射源为钨-192放射源,适用于医用直线加速器Flexitron HDR后装治疗机,具有唯一的设备识别序列号,唯一的国家编码,设备具有唯一性,必须采用单一来源采购方式获取。预算在合理范围内。	
专业人员签字	张学兰	日期: 2025.9.26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王新苗	
	职称: 律师	
	工作单位: 北京德恒(兰州)律师事务所	
项目信息	项目名称: 后装放射源	
	供应商名称: 国药医科达医疗科技有限公司广州分公司	
专业人员论证意见	申请采购的项目为原使用设备的配套设备, 为保证原使用设备能够正常安全运转, 采用单一来源采购方式不违反我国现行法律、行政法规的禁止性规定。	
专业人员签字	王新苗	日期: 2025.9.26

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。