

单一来源论证专家签到表

招 标 单 位		兰州大学第二医院 (第二临床医学院)	项 目 名 称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）神经外科超声刀手柄及配件	
论 证 时 间		2025 年 11 月 08 日 09 时 30 分	论 证 地 点	兰州市城关区和平新村 127 号 元富大厦 16 楼	
序 号	姓 名	从 事 专 业	专 业 职 称	工 作 单 位	联 系 电 话
1	张永成	设备、信息技术	副教授	兰州大学	13896658881
2	李波	医学	工程师	兰州城关区	13919809719
3	魏建刚	通讯设备	高级工程师	省医院中心	18993498218
4					
5					
6					
7					

单一来源采购论证表

项目名称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）神经外科超声刀手柄及配件		
采购单位	兰州大学第二医院（第二临床医学院）	采购数量	2 套
预算金额	75.00 万元	资金来源	自筹资金
单一来源采购依据	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
拟定的唯一供应商	供应商名称：甘肃巨多医疗技术有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区雁南街道高新雁有路 449 号 10 层 1008 室		
单一来源采购原因	科室现用设备为史赛克超声外科吸引系统，产品由控制台、操作柄、超声头、管路套件(包括冲洗/抽吸管路和过滤器)、脚踏开关、抽吸罐套件(包括抽吸罐及其衬袋)、消毒用托盘、台车和扳手。因原配套史赛克手柄已老化、故障不能继续使用，该手柄与科室现有设备为原厂配套设计，与设备是不可分割使用的，涉及专属接口、系统协议，其他品牌配件无法适配，会导致设备故障或功能失效。超声外科吸引系统配备的操作柄，为专机专用配套产品，国内国际均没有可替代的产品，具有唯一性和不可替代性，因甘肃巨多医疗技术有限公司为史赛克配件的指定供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式进行采购。		

专家论证意见表

姓名	郭得田	职称/职务	副主任医师
单位	省医院中心	为省/市采购库	否
从事专业	超声设备	联系电话	18993298218

该神经外科超声刀手柄及配件为专机专用配套产品，为现用设备接口等匹配，产品具有唯一性，故建议在明确甘肃巨多医疗技术有限公司为史赛克配件区域唯一供应商前提下采用单一来源方式采购。

专家签名：郭得田 8/11

单一来源采购论证表

项目名称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）神经外科超声刀手柄及配件		
采购单位	兰州大学第二医院（第二临床医学院）	采购数量	2 套
预算金额	75.00 万元	资金来源	自筹资金
单一来源采购依据	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
拟定的唯一供应商	供应商名称：甘肃巨多医疗技术有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区雁南街道高新雁有路 449 号 10 层 1008 室		
单一来源采购原因	科室现用设备为史赛克超声外科吸引系统，产品由控制台、操作柄、超声头、管路套件(包括冲洗/抽吸管路和过滤器)、脚踏开关、抽吸罐套件(包括抽吸罐及其衬袋)、消毒用托盘、台车和扳手。因原配套史赛克手柄已老化、故障不能继续使用，该手柄与科室现有设备为原厂配套设计，与设备是不可分割使用的，涉及专属接口、系统协议，其他品牌配件无法适配，会导致设备故障或功能失效。超声外科吸引系统配备的操作柄，为专机专用配套产品，国内国际均没有可替代的产品，具有唯一性和不可替代性，因甘肃巨多医疗技术有限公司为史赛克配件的指定供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式进行采购。		

专家论证意见表

姓名	张永合	职称/职务	副教授
单位	兰州大学	为省/市采购库	省采购库、市采购库
从事专业	设备、信息技术	联系电话	13893658881

超声刀手柄及配件为超声刀设备的耗材，用于各科软组织、滑膜切除。因各大生产厂家所售超声刀刀头及配件均不能完全兼容，只能采购厂家配套的刀头及配件，故须采用单一来源方式进行采购。因甘肃巨多医疗技术有限公司为史赛克超声外科系统的唯一代理商，故本项目拟由甘肃巨多医疗技术有限公司负责实施。

专家签名：张永合

单一来源采购论证表

项目名称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）神经外科超声刀手柄及配件		
采购单位	兰州大学第二医院（第二临床医学院）	采购数量	2 套
预算金额	75.00 万元	资金来源	自筹资金
单一来源采购依据	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
拟定的唯一供应商	供应商名称：甘肃巨多医疗技术有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区雁南街道高新雁有路 449 号 10 层 1008 室		
单一来源采购原因	科室现用设备为史赛克超声外科吸引系统，产品由控制台、操作柄、超声头、管路套件（包括冲洗/抽吸管路和过滤器）、脚踏开关、抽吸罐套件（包括抽吸罐及其衬袋）、消毒用托盘、台车和扳手。因原配套史赛克手柄已老化、故障不能继续使用，该手柄与科室现有设备为原厂配套设计，与设备是不可分割使用的，涉及专属接口、系统协议，其他品牌配件无法适配，会导致设备故障或功能失效。超声外科吸引系统配备的操作柄，为专机专用配套产品，国内国际均没有可替代的产品，具有唯一性和不可替代性，因甘肃巨多医疗技术有限公司为史赛克配件的指定供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式进行采购。		

专家论证意见表

姓名	袁波	职称/职务	主任医师
单位	甘肃省人民医院	为省/市采购库	是
从事专业	超声	联系电话	13919809719

现有设备为史赛克超声外科吸引系统超声刀手柄及配套配件（管路套件、脚踏开关等）为原厂专属配套设计，与设备不可分割、不可替代，其他品牌配件无法适配，更非原厂配件会导致故障或功能失效。
 该配件国内、国际均无同类替代产品，具有唯一性和不可替代性，甘肃巨多医疗技术有限公司是史赛克配件的指定供应商。
 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，必须采用单一来源的方式进行采购。

专家签名：

袁波