

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	下肢关节被动练习仪
需求数量	1台（套）
预算单价	1.6万元
预算总价	1.6万元
应用场景及使用功能	膝关节、髋关节、踝关节功能障碍的康复训练。
配套设施	下肢固定架及绑带（包含在预算内）
售后服务	具有良好的售后服务，有专业的维修机构和技术人员，24小时内能够响应，免费保质≥2年，
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） □有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	关节角度活动范围：伸展角度最大调节范围：0-110°，级差3°，允差20%；屈曲角度最大调节范围3-120°，级差3°，允差20%。
2	角度运行速度：含1.5°～2.5°/秒；多档可调节。
3	训练时间：240min可设，级差10min；时间可调节。
4	训练支架调节范围：大腿支架可调范围0-150mm；小腿支架可调范围0-140mm；
5	脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角：60°，允差±10%
6	固定系统： 大腿处绑带：720mm*90mm； 小腿处绑带：570mm*90mm； 脚踝处绑带：140mm*30mm，允差±10%。
7	噪音：≤65分贝
8	安全保护：紧急停止按钮