

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	全自动免疫分析仪 (快速检测POCT设备)
需求数量	1台(套)
预算单价	3万元
预算总价	3万元
应用场景及使用功能	便携式急性心肌损伤标志物及感染标志物的急诊检测。
配套设施	/
售后服务	1.保修≥2年；2.负责使用培训；3.维修响应时间≤2h，到场时间≤24h；4.易损件、耗材报价自货物交付使用之日起5年内按不高于“投标报价单价”供货。
其他要求	供应商承担LISS系统连接费用
配套医用耗材（试剂）需求	☐ 无配套一次性耗材（试剂） ☒ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☒ 封闭）（普通参数） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。

一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）

序号	耗材名称	简称	计量单位	预估年使用量	备注
1	C反应蛋白检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
2	血清淀粉样蛋白A检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
3	降钙素原检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
4	白介素-6检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
5	N-末端脑利钠肽前体检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
6	肌钙蛋白I/T检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
7	肌红蛋白检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
8	肌酸激酶同工酶检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
9	超敏C反应蛋白测定试剂盒		盒	5	100/200人份/盒
10	D-二聚体检测试剂盒		盒	5	100/200人份/盒

二、技术参数

序号	科室制定参数
1	方法学：干式荧光免疫法
2	★检测速度：检测时间均≤15分钟
3	样本类型：适用于血清/血浆/全血
4	测试模式：自动检测
5	样本位数数量：≥10个样本位
6	试剂位数数量：≥5个试剂位
7	▲可测试项目的检测范围要求：≥10个（包括急性心肌损伤标志物及感染标志物）
8	支持USB/网口/LIS信息传输
9	▲仪器质量控制，提供免费质控品（原厂或第三方）
10	具备条码扫描功能
11	CV≤10%，R≥0.99