

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	康复床
需求数量	2台（套）
预算单价	23000元
预算总价	46000元
应用场景及使用功能	脑卒中引起肢体障碍；下肢功能障碍；康复站立辅助；髋/膝关节置换、脊柱手术后体位管理
配套设施	无
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，2小时内能够响应，24小时到场，免费保修≥2年
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	尺寸：长 ≥1950mm，宽 ≥800mm
2	高度范围：含 ≥260mm，允许 ± 50mm.
3	体位调节：背部升降至少0-70° ；整体倾斜15° 。
4	承重：静态承重 ≥200kg；动态承重 ≥150kg
5	安全防护：防跌落护栏、角度限位。
6	脚踏板控制角度可调节