

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	微波治疗机
需求数量	1台（套）
预算单价	70000元
预算总价	70000元
应用场景及使用功能	物理治疗，用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收
配套设施	主机、体表辐射器、电源线、脚踏开关（包含在预算内）
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，2小时内能够响应，24小时到场，免费保质≥2年
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	工作频率：2450MHz±30MHz
2	输出功率：理疗 含0-40w
3	治疗时间：含1-30分钟；可设定
4	辐射器类型：含2种以上辐射器
5	治疗模式：连续波、脉冲波
6	主机一体化推车机柜
7	具备自动保护装置