

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	四肢联动康复训练仪
需求数量	1台（套）
预算单价	158000元
预算总价	158000元
应用场景及使用功能	1、可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练； 2、早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力，为偏瘫和截瘫病人提供了早期的有氧训练； 3、可通过髌膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜； 4、心脏康复（提高心脏病患者体力活动能力和功能水平，改善心肌供氧，减少心绞痛发作）。
配套设施	无
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，2小时内能够响应，24小时到场，免费保质≥2年
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	训练模式：包含被动训练、主动训练模式
2	步频范围：含5-210步/分
3	阻力等级：≥10级，可调节。
4	座椅旋转角度：至少90°
5	座椅前后调节范围：≤340mm
6	把手/手柄调节：含0-290mm
7	功率范围：至少0-800W