

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	颈腰椎多功能牵引床
需求数量	1台（套）
预算单价	40000元
预算总价	40000元
应用场景及使用功能	急、慢性腰椎损伤，腰椎间盘突出，腰痛，放射性腿脚麻木、行走无力引起的腿脚肌肉萎缩；外伤性颈椎骨折、错位、脱位
配套设施	牵引椅、颈椎吊杆、固定带、颈套（包含在预算内）
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和技术人员，2小时内能够响应，24小时到场，免费保修≥2年，
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	√无配套一次性耗材（试剂） ☐ 有配套一次性耗材（试剂）（ ☐ 开放 ☐ 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
1	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	腰椎牵引力范围：0-990N
2	颈椎牵引力范围：0-300N
3	腰椎牵引行程：至少0-200mm
4	颈椎牵引行程：0-300mm
5	牵引时间：0-9min内设定，级差1min
6	间歇时间：0-9min内设定，级差1min
7	上下折动作范围：-10° ~+30°，允差±2°
8	左右旋转动作范围：左右各25°，允差±2°
9	左右旋转动作速度：165° /min
10	内置牵引模式：≥6种
11	热疗系统:床面加热温度。
12	治疗处方管理：≥15种