

政府采购进口产品申请表

申请单位	兰州市第二人民医院
申请文件名称	兰州市第二人民医院2025年第一批超长期特别国债资金支持医疗设备更新项目实施方案
申请文号	市三院发【2025】73号
采购项目名称	超声乳化仪
采购项目金额	45万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目
采购项目所属项目金额	106万
项目使用单位	兰州市第二人民医院
项目组织单位	
申请理由	目前眼科白内障手术已从复明手术转换到屈光手术，随着居民生活水平日益提高，对于术后效果要求日益严格。患者希望术后得到更加敏锐的视力，为此需要更高超的手术水平和技术领先的新设备，提高白内障术中安全，增强眼科诊疗水准，为眼科患者提供更好的医疗服务。眼科超声乳化治疗仪，是开展白内障手术的必备设备。目前在开展白内障超声乳化手术的医院，在使用的超声乳化治疗仪全部都是进口设备，进口设备在手术中可以智能精确控制，能大大提高手术的安全性和效率。国产设备采用传统的气液耦合液流系统，安全性无法满足手术需求，国产设备还是传统超声，乳化效率低，手术时间长，术后角膜水肿几率大，患者满意度低。综上所述，特申请采购进口设备，以便满足业务工作需求。  年 月 日

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	超声乳化仪
拟采购产品金额	45万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目
采购项目所属项目金额	106万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
目前眼科白内障手术已从复明手术转换到屈光手术，随着居民生活水平日益提高，对于术后效果要求日益严格。患者希望术后得到更加敏锐的视力，为此需要更高级的手术水平和技术领先的新设备。提高白内障手术中安全，增强眼科诊疗水准，为眼科患者提供更好的医疗服务。眼科超声乳化治疗仪，是开展白内障手术的必备设备。目前在开展白内障超声乳化手术的医院，在使用的超声乳化治疗仪全部都是进口设备，进口设备在手术中可以智能精确控制，能大大提高手术的安全性和效率。国产设备采用传统的气液耦合液流系统，安全性无法满足手术需求，国产设备还是传统超声，乳化效率低，手术时间长，术后角膜水肿几率大，患者满意度低。综上所述，特申请采购进口设备，以便满足业务工作需求。	
三、进口产品所属行业主管部门意见	
 盖 章 2025 年 11 月 14 日	

附件3

表3-4

进口论证会议签到表

项目名称：兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目

采购产品：超声乳化仪

采购单位：兰州市第二人民医院

论证时间：2025年11月13日下午14:30分


论证地点：甘肃华锦昱恒项目管理咨询有限公司会议室

姓名	签到时间	专业（职称）	联系电话	省（市）库	单位名称
马利平	14:20	医疗 设备科	18993062060	省市库	兰州市中医院
张雪兰	14:20	医疗 主任医师	13139290969	省市库	省人民医院
唐文燕	14:26	医疗 主任医师	1313894899	省市库	兰大一院
刘丽春	14:30	医疗 医生	13813357859	省市库	甘肃省人民医院
张超	14:30	四级律师	1898326324	省市库	甘肃公环律师事务所

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	超声乳化仪
拟采购产品金额	45万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目
采购项目所属项目金额	106万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
目前眼科白内障手术已从复明手术转换到屈光手术，随着居民生活水平日益提高，对于术后效果要求日益严格。患者希望术后得到更加敏锐的视力，为此需要更高超的手术水平和技术领先的新设备，提高白内障术中安全，增强眼科诊疗水准，为眼科患者提供更好的医疗服务。眼科超声乳化治疗仪，是开展白内障手术的必备设备。目前在开展白内障超声乳化手术的医院，在使用的超声乳化治疗仪全部都是进口设备，进口设备在手术中可以智能精确控制，能大大提高手术的安全性和效率。国产设备采用传统的气液耦合液流系统，安全性无法满足手术需求，国产设备还是传统超声，乳化效率低，手术时间长，术后角膜水肿几率大，患者满意度低。综上所述，特申请采购进口设备，以便满足业务工作需要。	
三、专家论证意见	
基于贵会提供的科室功能数量需求，符合法律法规的要求和规定。 建议在后续工作中持续对临床团队，确保采购流程符合规定。 专家签字: 张静雯 2025 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	超声乳化仪
拟采购产品金额	45万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目
采购项目所属项目金额	106万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
目前眼科白内障手术已从复明手术转换到屈光手术, 随着居民生活水平日益提高, 对于术后效果要求日益严格。患者希望术后得到更加敏锐的视力, 为此需要更高超的手术水平和技术领先的新设备, 提高白内障术中安全, 增强眼科诊疗水准, 为眼科患者提供更好的医疗服务。眼科超声乳化治疗仪, 是开展白内障手术的必备设备。目前在开展白内障超声乳化手术的医院, 在使用的超声乳化治疗仪全部都是进口设备, 进口设备在手术中可以智能精确控制, 能大大提高手术的安全性和效率。国产设备采用传统的气液耦合液流系统, 安全性无法满足手术需求, 国产设备还是传统超声, 乳化效率低, 手术时间长, 术后角膜水肿几率大, 患者满意度低。综上所述, 特申请采购进口设备, 以便满足业务工作需求。	
三、专家论证意见	
申请采购的设备超声系统为动力系统, 负压设定范围 0-60mmHg, 抽吸速率范围 0-600cc/min, 超声针头具备直针头、弯针头、斜切口针头, 切口针头且可高温高压重复消毒使用, 超声能量模式≥5种, 具备与 20G、23G、25G 玻切头连接, 手术切口器与同轴微切口 2.2mm、2.4mm、3.0mm 等应用。目前国内产品尚达不到上述需求, 必须采购进口产品。	
专家签字:  2015 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	超声乳化仪
拟采购产品金额	45万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目
采购项目所属项目金额	106万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
目前眼科白内障手术已从复明手术转换到屈光手术, 随着居民生活水平日益提高, 对于术后效果要求日益严格。患者希望术后得到更加敏锐的视力, 为此需要更高超的手术水平和技术领先的新设备, 提高白内障术中安全, 增强眼科诊疗水准, 为眼科患者提供更好的医疗服务。眼科超声乳化治疗仪, 是开展白内障手术的必备设备。目前在开展白内障超声乳化手术的医院, 在使用的超声乳化治疗仪全部都是进口设备, 进口设备在手术中可以智能精确控制, 能大大提高手术的安全性和效率。国产设备采用传统的气液耦合液流系统, 安全性无法满足手术需求, 国产设备还是传统超声, 乳化效率低, 手术时间长, 术后角膜水肿几率大, 患者满意度低。综上所述, 特申请采购进口设备, 以便满足业务工作要求。	
三、专家论证意见	
申请采购的设备超声乳化针头是前直针头, 弯针头, 剥膜针头, 针头可调节高压泵及消毒使用, 超声能量模式25种, 具有20G、23G、25玻切头连接, 手术切口是前轴周轴微切口2.2mm, 2.4mm, 3.0mm等应用, 目前国内产品达不到上述需求, 必须采购进口产品。	
专家签字: 张孝义	
2025 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	超声乳化仪
拟采购产品金额	45万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目
采购项目所属项目金额	106万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
目前眼科白内障手术已从复明手术转换到屈光手术，随着居民生活水平日益提高，对于术后效果要求日益严格。患者希望术后得到更加敏锐的视力，为此需要更高超的手术水平和技术领先的新设备，提高白内障术中安全，增强眼科诊疗水准，为眼科患者提供更好的医疗服务。眼科超声乳化治疗仪，是开展白内障手术的必备设备。目前在开展白内障超声乳化手术的医院，在使用的超声乳化治疗仪全部都是进口设备，进口设备在手术中可以智能精确控制，能大大提高手术的安全性和效率。国产设备采用传统的气液耦合液流系统，安全性无法满足手术需求，国产设备还是传统超声，乳化效率低，手术时间长，术后角膜水肿几率大，患者满意度低。综上所述，特申请采购进口设备，以便满足业务工作要求。	
三、专家论证意见	
申请采购的超声乳化仪技术参数要求 可选择一次性管道和可重复使用管道。超声 乳针头，连续超声能量输出和间隔时间。 可精确控制2ms。气动玻切，切割速度$>1200\text{rpm}$。 平切可以满足同轴微切。国产设备不能 满足临床技术要求，须采购进口设备为宜。 专家签字：马和良 2025 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	超声乳化仪
拟采购产品金额	45万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院眼科学科建设设备升级项目
采购项目所属项目金额	106万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
目前眼科白内障手术已从复明手术转换到屈光手术, 随着居民生活水平日益提高, 对于术后效果要求日益严格。患者希望术后得到更加敏锐的视力, 为此需要更高超的手术水平和技术领先的新设备, 提高白内障术中安全, 增强眼科诊疗水准, 为眼科患者提供更好的医疗服务。眼科超声乳化治疗仪, 是开展白内障手术的必备设备。目前在开展白内障超声乳化手术的医院, 在使用的超声乳化治疗仪全部都是进口设备, 进口设备在手术中可以智能精确控制, 能大大提高手术的安全性和效率。国产设备采用传统的气液耦合液流系统, 安全性无法满足手术需求, 国产设备还是传统超声, 乳化效率低, 手术时间长, 术后角膜水肿几率大, 患者满意度低。综上所述, 特申请采购进口设备, 以便满足业务工作需求。	
三、专家论证意见	
申请采购的设备超声乳化仪, 超声能量输出时间间隔精确达2ms, 超声乳头针多选, 有直针头, 弯针头, 喇叭针头等, 国内产品的性能不能满足临床的需求, 必须采购进口设备。	
专家签字: 刘丽君	
25 年 11 月 13 日	