

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胆道镜
拟采购产品金额	30万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院医用内窥镜更新升级项目
采购项目所属项目金额	616万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
目前,胆管结石呈现高发态势,随着医疗技术的发展及患者对微创治疗理念的提升,电子胆道镜的使用率越来越高,目前科室现有电子胆道镜由于使用年限较长,设备老化严重,影响手术视野;经调研:进口奥林巴斯电子胆道镜采用先端CCD设计,分辨率高,免调焦,大景深,具备特殊光电子染色功能,辅助早期胆道肿瘤的诊断,设备故障率低目前医院现有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌,为了保障设备使用的安全性及售后服务统一性,同时降低采购成本,故申请采购进口奥林巴斯电子胆道镜1条。	
三、专家论证意见	
进口奥林巴斯电子胆道镜产品性能优异,景深3mm-100mm,最大可视距离先端部2.0mm,可以应用之多种手术方式,具有特殊光电子染色技术,即目前具有奥林巴斯之机,国产产品不能满足临床需求,必须采购进口奥林巴斯高清电子胆道镜,符合进口产品采购国家有关规定。	
专家签字: / 2006	
2015 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胆道镜
拟采购产品金额	30万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院医用内窥镜更新升级项目
采购项目所属项目金额	616万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他	
目前, 胆管结石呈现高发态势, 随着医疗技术的发展及患者对微创治疗理念的提升, 电子胆道镜的使用率越来越高, 目前科室现有电子胆道镜由于使用年限较长, 设备老化严重, 影响手术视野; 经调研: 进口奥林巴斯电子胆道镜采用先端CCD设计, 分辨率高, 免调焦, 大景深, 具备特殊光电子染色功能, 辅助早期胆道肿瘤的诊断, 设备故障率低目前医院现有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌, 为了保障设备使用的安全性及售后服务统一性, 同时降低采购成本, 故申请采购进口奥林巴斯电子胆道镜1条。	
三、专家论证意见	
电子胆道镜在胆道结石取出, 肿瘤诊断等微创手术中具有不可替代的作用, 医院原有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌, 性能优异, 国产同类产品无法满足临床需要, 故只能采购进口奥林巴斯电子胆道镜, 同时也符合进口产品采购有关规定。	
专家签字: 邢晓 2025年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胆道镜
拟采购产品金额	30万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院医用内窥镜更新升级项目
采购项目所属项目金额	616万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
目前,胆管结石呈现高发态势,随着医疗技术的发展及患者对微创治疗理念的提升,电子胆道镜的使用率越来越高,目前科室现有电子胆道镜由于使用年限较长,设备老化严重,影响手术视野;经调研:进口奥林巴斯电子胆道镜采用先端CCD设计,分辨率高,免调焦,大景深,具备特殊光电子染色功能,辅助早期胆道肿瘤的诊断,设备故障率低目前医院现有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌,为了保障设备使用的安全性及售后服务统一性,同时降低采购成本,故申请采购进口奥林巴斯电子胆道镜1条。	
三、专家论证意见	
电子胆道镜是提高手术视野清晰度和精确度,有助于提高手术成功率和患者安全。拟采购产品与现有腹腔镜系统配套,避免不匹配导致的手术风险。同类产品无法满足现有设备配套,影响手术质量和设备使用寿命,需要必须采购同类产品进口电子胆道镜,符合国家关于采购进口产品的相关规定。	
专家签字:  2015 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胆道镜
拟采购产品金额	30万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院医用内窥镜更新升级项目
采购项目所属项目金额	616万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
目前,胆管结石呈现高发态势,随着医疗技术的发展及患者对微创治疗理念的提升,电子胆道镜的使用率越来越高,目前科室现有电子胆道镜由于使用年限较长,设备老化严重,影响手术视野;经调研:进口奥林巴斯电子胆道镜采用先端CCD设计,分辨率高,免调焦,大景深,具备特殊光电子染色功能,辅助早期胆道肿瘤的诊断,设备故障率低目前医院现有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌,为了保障设备使用的安全性及售后服务统一性,同时降低采购成本,故申请采购进口奥林巴斯电子胆道镜1条。	
三、专家论证意见	
进口奥林巴斯电子胆道镜具有高分辨率,能够显著提升手术视野清晰度,有助于提高手术成功率,并能保障患者安全。该进口产品须与该医院现有腹腔镜系统兼容,避免因设备不匹配导致的手术延误或患者伤害等风险。国产产品无法满足现有设备配套,必须采购同品牌的进口电子胆道镜。该采购项目符合国家采购进口产品的有关规定。	
专家签字: 胡建宏	
2015 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胆道镜
拟采购产品金额	30万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院医用内窥镜更新升级项目
采购项目所属项目金额	616万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他	
原因阐述: 目前, 胆管结石呈现高发态势, 随着医疗技术的发展及患者对微创治疗理念的提升, 电子胆道镜的使用率越来越高, 目前科室现有电子胆道镜由于使用年限较长, 设备老化严重, 影响手术视野; 经调研: 进口奥林巴斯电子胆道镜采用先端CCD设计, 分辨率高, 免调焦, 大景深, 具备特殊光电子染色功能, 辅助早期胆道肿瘤的诊断, 设备故障率低目前医院现有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌, 为了保障设备使用的安全性及售后服务统一性, 同时降低采购成本, 故申请采购进口奥林巴斯电子胆道镜1条。	
三、专家论证意见	
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等国家相关法律法规规定, 专家对本项目的论证程序合法有效, 且论证产品为外国限制或禁止进口产品, 按照国家相关法律法规规定购买进口产品设备。	
专家签字: 葛朝红	
2025 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品申请表

申请单位	兰州市第二人民医院
申请文件名称	兰州市第二人民医院2025年第一批超长期特别国债资金支持 医疗设备更新项目实施方案
申请文号	市二院发【2025】73号
采购项目名称	高清电子胆道镜
采购项目金额	30万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院医用内窥镜更新升级项目
采购项目所属项目金额	616万
项目使用单位	兰州市第二人民医院
项目组织单位	
申 请 理 由	目前，胆管结石呈现高发态势，随着医疗技术的发展及患者对微创治疗理念的提升，电子胆道镜的使用率越来越高，目前科室现有电子胆道镜由于使用年限较长，设备老化严重，影响手术视野；经调研：进口奥林巴斯电子胆道镜采用先端CCD设计，分辨率高，免调焦，大景深，具备特殊光电子染色功能，辅助早期胆道肿瘤的诊断，设备故障率低目前医院现有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌，为了保障设备使用的安全性及售后服务统一性，同时降低采购成本，故申请采购进口奥林巴斯电子胆道镜1条。  年 月 日

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	第一 高清电子胆道镜
拟采购产品金额	30万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院医用内窥镜更新升级项目
采购项目所属项目金额	616万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
目前，胆管结石呈现高发态势，随着医疗技术的发展及患者对微创治疗理念的提升，电子胆道镜的使用率越来越高，目前科室现有电子胆道镜由于使用年限较长，设备老化严重，影响手术视野；经调研：进口奥林巴斯电子胆道镜采用先端CCD设计，分辨率高，免调焦，大景深，具备特殊光电子染色功能，辅助早期胆道肿瘤的诊断，设备故障率低目前医院现有腹腔镜系统为奥林巴斯品牌，为了保障设备使用的安全性及售后服务统一性，同时降低采购成本，故申请采购进口奥林巴斯电子胆道镜1条。	
三、进口产品所属行业主管部门意见	
王 媛 娟 盖 2025 年 11 月 14 日	