

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 邵勃	
	职称： 正高	
	工作单位： 兰大二院	
项目信息	项目名称：白银市中心医院血液透析机维保服务采购项目	
	供应商名称：甘肃康诚利医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	白银市中心医院20台费森尤斯血液透析机须确保维保期内开展定期维护、故障维修、专业技术支持、备件供应。特别是备件的兼容性、质量的稳定性。须由原设备厂家提供的唯一授权商甘肃康诚利医疗器械有限公司提供相应服务。具有唯一性。只能采用单一来源方式采购。由唯一授权商甘肃康诚利医疗器械有限公司负责实施符合相关政策要求。	
专业人员签字	邵勃	日期： 2025. 年 11 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高丽	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 甘肃省疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 白银市中心医院血液透析机维保服务采购项目	
	供应商名称: 甘肃康诚利医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	白银市中心医院血液透析机维保服务血液透析机为20台贾森尤斯品牌,必须保证在维保期内开展设备维护、正常运行保障和设备故障排除及设备维修等专业技术支持及支持,确保设备正常运行、性能稳定、安全。为保障设备维保服务的专业性、质量稳定性及兼容性,必须由该设备原厂唯一授权维保服务供应商“甘肃康诚利医疗器械有限公司”承担提供血液透析机维保服务,具有唯一性。只能以单一来源方式采购,由唯一授权维保服务供应商“甘肃康诚利医疗器械有限公司”提供相关设备维保服务。符合单一来源采购相关规定、要求。	
专业人员签字	高丽	日期: 2025. 年 11 月 24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王军	
	职称：副教授	
	工作单位：兰州大学	
项目信息	项目名称：白银市中心医院血液透析机维保服务采购项目	
	供应商名称：甘肃康诚利医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟维保20台血液透析机均为费森尤斯品牌，维保效果和要求需达到原厂规定的性能指标，确保设备运行安全、稳定，为保障设备维保的专业性、兼容性及质量的稳定性，须由该设备原厂唯一授权维保服务供应商甘肃康诚利医疗器械有限公司提供相关服务，具有唯一性，只能采用单一来源采购方式，符合单一来源采购有关规定。	
专业人员签字	王军	日期：2025. 年 11 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。