

政府采购进口产品申请表

申请单位	兰州市第二人民医院
申请文件名称	兰州市第二人民医院2025年第一批超长期特别国债资金支持 医疗设备更新项目实施方案
申请文号	市二院发【2025】73号
采购项目名称	高清电子结肠镜4条
采购项目金额	200万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
项目使用单位	兰州市第二人民医院
项目组织单位	
申 请 理 由	随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的电子结肠镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置电子结肠内窥镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。  年 月 日

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜4条
拟采购产品金额	200万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的电子结肠镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置电子结肠内窥镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、进口产品所属行业主管部门意见	
 盖 2025 年 11 月 14 日	

进口产品论证专家签到表

论证时间	姓名	职称	从事专业	所属单位	联系方式	所在专家库 (省/市/库)
2025.11.13	谢良忠	工程师	医疗设备	兰大二院	1511236696	省市库
2025.11.13	丁峻平	高工	医疗设备	省肿瘤医院	13919071136	省市库
2025.11.13	廖文平	副主任医师	造形	省二院	13893410118	省库
2025.11.13	葛朝旭	律师	法律	致德润律所	13919168701	省库
2025.11.13	陈新	主任医师	医学	兰大二院	1391935459	省库

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜4条
拟采购产品金额	200万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的电子结肠镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置电子结肠内窥镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
申请采购高清电子结肠镜，因贵院已有进口品牌主机系统，需要新增电子结肠内窥镜，采购原有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜系统无缝对接，无需额外更换整套设备，保证诊疗连续性，故应采购进口品牌产品。 专家签字：  2025年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜4条
拟采购产品金额	200万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的电子结肠镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置电子结肠内窥镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
需采购的高清电子结肠镜技术要求：视野角度：常规≥170°；具有三路导光束；插入部外径：≤11.8mm；实现窄波光观察视野角度：≥140°。以上技术参数要求，国产仪器均有不足，无法满足实际临床检查的高标准要求，必须采购进口仪器 专家签字：谢宝华 2025年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜4条
拟采购产品金额	200万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的电子结肠镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置电子结肠镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
拟采购的产品：高清电子结肠镜为现有电子结肠镜的配套产品。因使用频繁，镜体已陈旧，但主机仍可正常使用。为节约成本，更好地发挥进口内镜性能稳定、技术参数先进、视野面积$\geq 170^\circ$、具有三路光源、图像清晰良好、系统稳定等特点，必须采购进口高清电子结肠镜，更好地满足临床使用。 专家签字：赵峰 2025年11月12日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜4条
拟采购产品金额	200万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的电子结肠镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置电子结肠镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
申报的产品，由于技术参数具备视野角度$\geq 170^\circ$具有三路导光束；视野角：广角$\geq 170^\circ$度，长焦$\geq 85^\circ$；插入部外径$\leq 11.8\text{mm}$；高清电子治疗型结肠镜视野角度$\geq 140^\circ$等先进的技术参数配置，目前国内产品还尚未满足技术参数要求，必须采购进口产品。	
专家签字： 丁继军 2025年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜4条
拟采购产品金额	200万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的电子结肠镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置电子结肠镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌电子结肠镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等国家相关法律法规规定，专家对本项目的论证程序合法、有效，且论证产品非国家限制或禁止进口产品，可按国家相关法律法规规定购买进口产品设备。 专家签字：  2025 年 11 月 13 日	