

政府采购进口产品申请表

申请单位	兰州市第二人民医院
申请文件名称	兰州市第二人民医院2025年第一批超长期特别国债资金支持 医疗设备更新项目实施方案
申请文号	市二院发【2025】73号
采购项目名称	高清电子胃镜2条
采购项目金额	110万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
项目使用单位	兰州市第二人民医院
项目组织单位	
申 请 理 由	随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的高清电子胃镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置高清电子胃镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌高清电子胃镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。  年 月 日

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜2条
拟采购产品金额	110万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的高清电子胃镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置高清电子胃镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌高清电子胃镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、进口产品所属行业主管部门意见	
高子/14/1 王耀奇 16/4 兰州市卫生健康委员会 盖章 年 月 日	

进口产品论证专家签到表

论证时间	姓名	职称	从事专业	所属单位	联系方式	所在专家库 (省/市库)
2025.11.13	谢金忠	工程师	医疗设备	美大仁德	15117093696	省库
2025.11.13	丁建东	高工	医疗设备	东明县医院	13919071136	省市库
2025.11.13	高伟	副主任医师	医疗	省二院	13813410178	省库
2025.11.13	陈明强	主任医师	医疗	兰大一附	1314935939	省库
2025.11.13	高翔	律师	法律	山东德润律所	13919168701	省库

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜2条
拟采购产品金额	110万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的高清电子胃镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置高清电子胃镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌高清电子胃镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等国家法律法规规定，专家对本项目的论证程序合法、有效，且论证产品为非国家限制或禁止进口产品，符合国家相关法律法规规定的进口产品设备。 专家签字：  2025 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜2条
拟采购产品金额	110万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的高清电子胃镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置高清电子胃镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌高清电子胃镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
拟购入的高清电子胃镜技术参数要求， 视野角：常规$\geq 140^{\circ}$，近焦$\geq 75^{\circ}$；弯曲部角度 上$\geq 210^{\circ}$，下$\geq 210^{\circ}$，左右$\geq 100^{\circ}$；具有副送水 功能，具有≥ 3路导光束。以上参数国产仪 器仍有不足，为满足实际临床检查设备水 平要求，必须采购进口仪器。 专家签字：谢圣安 2025 年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜2条
拟采购产品金额	110万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的高清电子胃镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置高清电子胃镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机，采购现有进口品牌高清电子胃镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
申请采购的项目，因贵院已有进口品牌主机系统，需要新增购置高清电子胃镜，采购原有进口品牌电子胃镜可直接与医院现有内镜主机系统实现无缝对接，无需额外更换整套设备，保障临床诊疗的连续性，故须采购进口品牌产品 专家签字：陈明 2025年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜2条
拟采购产品金额	110万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的高清电子胃镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置高清电子胃镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌高清电子胃镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
申请采购的产品，由于技术参数视野角常规≥140°近焦≥75°；具有≥3路导光束；具有副喷水功能；目前，国产产品还未达到技术参数的配置要求，必须采购进口产品才能满足院方的使用需求。 专家签字： 丁晓军 2025年 11 月 13 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃镜2条
拟采购产品金额	110万
采购项目所属项目名称	兰州市第二人民医院消化内镜学科建设设备更新项目
采购项目所属项目金额	1014万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取； ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取 ☐ 3. 其他	
随着我院消化科消化内镜业务的不断拓展和患者数量的日益增多，消化内科的检查量呈现出迅猛增长的态势，现有的高清电子胃镜因陈旧、数量不足等原因，已无法满足当前的检查需求，需要新增购置高清电子胃镜。科室现有设备为进口品牌主机系统，目前各品牌消化内镜存在技术壁垒，无法跨品牌兼容主机。采购现有进口品牌高清电子胃镜可直接与现有内镜主机无缝对接，无需额外更换整套设备（避免高额额外支出与现有内镜闲置），保障诊疗连续性；若选择其他品牌，不仅无法适配现有设备，还需承担设备替换的额外成本。同时目前国内产品在图像清晰度、操作精密性、系统稳定性等方面暂无法达到同等水平，为保障临床诊疗质量、手术安全及学科技术发展前沿性，采购现有进口品牌产品具备必要性与合理性。	
三、专家论证意见	
拟采购的高清电子胃镜为现有进口品牌主机中的配件。因使用频率高现需更换消化内镜，主机仍可继续使用。为达到消化内镜系统的高兼容性、稳定性，同时发挥所购高清电子镜的辅助作用，降低成本（不需额外增加成本，更换整套设备），故建议采购进口高清电子镜与主机同品牌，更好衔接适配使用。	
专家签字：  2025 年 11 月 13 日	