

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>易福德</u>	
	职称: <u>主任检验师</u>	
	工作单位: <u>武威市中医院</u>	
项目信息	项目名称: Sanity2.0S 全自动医用 PCR 分析系统及循环增强免疫荧光分析仪耗材采购项目	
	供应商名称: 甘肃愉快科贸有限公司 供应商地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路(街)5505号四层Q202	
专业人员论证意见	<p><u>民勤县人民医院拟采购 Sanity2.0S 全自动医院 PCR 分析系统及循环增强免疫荧光分析仪的配套耗材。</u></p> <p><u>上述两套设备均采用原厂配套试剂盒，耗材为设备专用耗材，其试剂配方、反应参数及配套耗材均为原厂定制技术，目前无其他替代方案。</u></p> <p><u>为保证该设备检测结果的精准性、稳定性及临床诊断安全，建议对该批配套耗材采用单一来源采购方式。</u></p>	
专业人员签字	<u>易福德</u>	日期 2025年12月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 祖丽平
	职称: 主任检验师
	工作单位: 武威市第二人民医院
项目信息	项目名称: Sanity2.0S 全自动医用 PCR 分析系统及循环增强免疫荧光分析仪耗材采购项目
	供应商名称: 甘肃愉快科贸有限公司 供应商地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路(街) 5505号四层Q202
专业人员论证意见	<p>民勤县人民医院拟采购 Sanity 2.0S 全自动医用 PCR 分析系统及循环增强免疫荧光分析仪耗材，本项目采购流程程序符合相关规定，采购单位申请理由充分，依据《中华人民共和国政府采购法》经论证，具备竞争性。 </p>
专业人员签字	祖丽平
	日期 2025.12.5

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王文斌	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 兰州医院	
项目信息	项目名称: Sanity2.0S 全自动医用 PCR 分析系统及循环增强免疫荧光分析仪耗材采购项目	
	供应商名称: 甘肃愉快科贸有限公司 供应商地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路(街) 5505号四层Q202	
专业人员论证意见	<p>现为兰州人民医院拟采购 Sanity2.0S 全自动医用 PCR 分析系统及循环增强免疫荧光分析仪耗材采购项目， 上述耗材与设备均为进口件，其他品牌产品无法兼容，不能替代。该仪器原厂的扫描模板、试剂盒以及试剂均需原厂配套，导致采购周期长且价格高。 故建议采用单一来源采购方式，采购周期短且价格低。</p>	
专业人员签字		日期 2025年12月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填