

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名:	卞海利
	职 称:	三级律师
	工作单位:	甘肃党建律师事务所
项目信息	项目名称: 上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)全数字化彩色超声诊断仪(中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置)	
	供应商名称: 甘肃欣睿泽科贸有限责任公司	
专业人员论证意见	<p>经论证采购单位拟采购该项目,为确保项目设备质量、安全和满足设备功能需求,结合实际情况,现向领导提出以下意见:</p> <p>1. 采用单一来源采购的方式采购,符合《中华人民共和国政府采购法》第十二条,第十三条之规定。</p>	
专业人员签字	卞海利	日期: 2025.12.17

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名: 郭建明	
	职 称: 副主任医师	
	工作单位: 上海市中医医院	
项目信息	项目名称: 上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)全数字化彩色超声诊断仪(中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置)	
	供应商名称: 甘肃欣睿泽科贸有限责任公司	
专业人员论证意见	<p>中心静脉插管术是重症医学科、手术室、妇产科等科室的常规操作技术，导管尖端的位置定位直接关系到治疗效果与患者安全。经查询多方均未见研，因为国内仅有无锡泽生生产的Site-rite80型导管心电定位功能，同时查阅了相关文献与模块，完全符合技术唯一性，完全符合采购方案中端科技的功能与技术规范。为提高手术质量，降低安全隐患，建议用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	郭建明	日期: 2025.12.17.

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名：姜波
	职 称：副主任医师
	工作单位：酒泉市第二人民医院
项目信息	项目名称：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）全数字化彩色超声诊断仪（中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置）
	供应商名称：甘肃欣睿泽科贸有限责任公司
专业人员论证意见	现采购原有全数字化彩色超声诊断仪（中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置）的配件，且该设备能够兼容其他同类产品配件较少，目前市场上仅有无锡祥生所生产的 Site-Rite80 型号同时集成了磁导航模块与现采购原有全数字化彩色超声诊断仪（中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置）匹配性较好，且能够完全满足临床提出的功能与技术规范，能够实现对 PICC 导管尖端的精确定位与实时跟踪。并能确保医疗服务的质量与患者安全。故建议单一来源采购方式。
专业人员签字	 日 期：2025年12月17日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名: 李荣
专业人员信息	职 称: 主治医师
专业人员信息	工作单位: 酒泉延安大健康
项目信息	项目名称: 上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)全数字化彩色超声诊断仪中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置 供应商名称: 甘肃欣睿泽科贸有限责任公司
专业人员论证意见	上海市第一人民医院酒泉医院采购的全数字化彩色超声诊断仪中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置是通过磁铁跟踪患者实时确定中心静脉导管尖端的位置, 引导定位外周血管插入中心静脉导管, PLCC 置于导引带, PLCC 置入后可看到导管尖端位置, 此次采购的供应商是厂家唯一授权的经销商, 且有与之配套的完整附件及模块, 符合证此采购为单一来源方式进行。
专业人员签字	李荣
	日期: 2025.12.17

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓 名： 刘细华
	职 称： 主任医师
	工作单位： 上海市第一人民医院
项目信息	项目名称：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）全数字化彩色超声诊断仪（中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置）
	供应商名称：甘肃欣睿泽科贸有限责任公司
专业人员论证意见	<p>该单位 PICC 置管系统操作专业超声系统是由嵌入软件部分组成，而其软件具有独特功能，不兼容其他任何厂家。其提供血管专用频段选择界面，可针对不同的血管部位选取超声参数，便于操作者诊断入道狭窄找准血管，且可通过探头跟踪和患者心电图来实时确定中心静脉导管尖端位置，可适用于引导和定位成人患者外周血管插入的中心静脉导管。</p> <p>由于其融入了强大的软件操作系统，为 PICC 置管工作量身打造，且具有独特性和不可替代性，故建议单一来源采购符合需求的设备。</p>
专业人员签字	 日期：2025. 10. 6.