

采购需求明细表

序号	名 称	规格型号	质量 技术 标准	计量单位	采购 数量	预算 金额 (万元)	备注
一	项目名称						
1	犬伤清洗设备（包含多功能清洗池）	智能温控、具备冲洗床与冲洗池	水压可调节，水流保持在 2L/min 以上，具备过热停机保护	套	1	2.7	

技术标准和服务要求

一、技术要求

（一）具体技术指标要求

1. 水温：具备自动调节和手动调节两种模式，出水温度在30-40℃适宜区间，具备过热停机保护设置；

2. 冲洗管：药液流量及水流量 $\geq 0.8\text{L/Min}$ 可调节；

3. 专用清洗枪：医用钛合金，多嘴喷头（直嘴和扇叶状）适用于不同创口清洗，通过高频脉冲灌冲，清水扬程分三挡（一档：20cm，允差 $\pm 5\text{cm}$ ；二挡：35cm，允差 $\pm 10\text{cm}$ ；三挡：100cm，允差 $\pm 15\text{cm}$ ）；清洗液扬程分三挡（一档：40cm，允差 $\pm 5\text{cm}$ ；二挡：60cm，允差 $\pm 10\text{cm}$ ；三挡：145cm，允差 $\pm 15\text{cm}$ ）；配置专用清洗枪万向支架；

4. 水箱：304 不锈钢；

5. 多功能清洗池：冲洗床与高低冲洗池合二为一，池身外形尺寸： $\geq 1300*700*650$ ；满足临床多体位冲洗需求，排水无积水设计；

6. 具备便携式打印机；

7. 可满足动物咬伤、抓伤、舔舐黏膜或者破损皮肤处的伤口清洁、冲洗。

（二）样品要求

无

（三）实施人员要求

无

（四）生产及安装调试等要求

中标方提供安装、调试等支持。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1、合同生效后，中标方在 10 日内完成安装及调试。

2、中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3、交货地点：甘肃酒泉

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

质保期：自验收合格之日起，整体 1 年。

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（三）报价要求

最高限价 2.7 万元（含税）。

（四）其他项目个性化要求

无

三、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求

1. 具有企（事）业法人资质（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

2. 国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业；

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加军队采购活动前 3 年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200 万元以上）等重大违法记录；

6. 未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期或处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）；

7. 本项目特定资质具备医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（二）投标人需准备资料要求

提供法人资质证明、法定代表人证明、营业执照复印件等资料。

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

实地使用验收。

（二）付款方式

验收合格后 30 个工作日内支付 95%合同款，剩余 5%合同款作为质保金，在质保期满无息退还。

（三）现场踏勘等信息

无

（四）其他信息

中标人根据设备功能负责现场水电连接调试。