

附件:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邓芳
	职称: 正高
	工作单位: 省人民医院
项目信息	项目名称: 兰州市第一人民医院一次性使用负压吸引透镜单一来源采购项目
	供应商名称: 甘肃华源鼎泰医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该负压吸引透镜为蔡司 VISUMAX 800 飞秒激光设备的专用配套耗材, 产品具有唯一性与技术专属性。</p> <p>该耗材已取得国家药监局进口医疗器械注册证, 销售仅由蔡司(上海)管理有限公司及经销商负责, 具备唯一合法供应渠道。</p> <p>飞秒手术对耗材精度、负压稳定性要求极高, 非原厂耗材存在手术安全风险, 为保障手术质量, 患者安全及设备正常运行, 必须采购原厂配套耗材。</p> <p>综上, 该耗材具有不可替代性, 供应渠道唯一, 临床安全必要性。必须采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	邓芳 日期: 2026年3月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李元武
	职称: 副主任药师
	工作单位: 兰州市安宁区人民医院
项目信息	项目名称: 兰州市第一人民医院一次性使用负压吸引透镜单一来源采购项目
	供应商名称: 甘肃华源鼎泰医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>拟采购的飞秒激光角膜屈光治疗机 一次性使用负压吸引透镜耗材是 VISUMAX 800 飞秒激光角膜屈光治疗机 手术设备的专用耗材, 专机专用专用耗材, 每盒耗材包均配备了相应的 License 认证 密码, 耗材及认证密码只由蔡司公司或 其授权经销商。为临床治疗的精度与 安全性、为保障患者手术成功, 必须采购 原厂配套耗材, 供应渠道唯一, 故必须 采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	李元武 日期: 2026年 3 月 31 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王庆博	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	兰大一院	
项目信息	项目名称:	兰州市第一人民医院一次性使用负压吸引透镜单一来源采购项目	
	供应商名称:	甘肃华源鼎泰医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>拟采购的负压吸引透镜为甘肃华源鼎泰医疗器械有限公司生产，一次性使用负压吸引透镜为负压吸引透镜的重要组成部分，系机壳用原形材料，并且原形材料经备相应密封。故申请采用单一来源采购。</p>		
专业人员签字	王庆博	日期:	2026年3月31日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。