

单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：庆阳市中心血站

编号：

一、基本情况			
联系人	陈静	联系电话	0934-8210721
项目名称	庆阳市中心血站机采血小板耗材采购项目		
采购内容	机采血小板耗材（进口），数量 1000 套。		
预算金额	750000.00 元		
供应商	北京安汇泰医疗器械有限公司（北京市门头沟区平安路 20 号院 5 号楼 10 层 1005）		
二、申请理由			
<input checked="" type="checkbox"/> 1、只能从唯一供应商处采购的：			
<input type="checkbox"/> 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：			
<input type="checkbox"/> 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的：			
<input type="checkbox"/> 4、因专利、专有技术等原因具有唯一性：			
<input type="checkbox"/> 5、其他。			
原因阐述：			
<p>我站采购进口机采血小板专用耗材，为对应采血设备原厂专属配套耗材，技术参数高度适配，无兼容替代产品，直接保障采血质量与用血安全。一套产品须包括：225 毫升 Latham 杯，配备 17G 的 SysLoc 穿刺针；独立全血留样袋；真空留样器；两个五天血小板保存袋；一个 1000ML 新鲜冰冻血浆袋；DPM/SPM 细菌过滤器；配备 LRFXL-H 连续式白细胞过滤器；盐水补偿管路。仅限唯一授权供应商供应，申请单一来源采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款规定。综合以上情况，可采取单一来源采购形式。</p>			
专家论证意见：			
<p>拟采购的机采血小板全套耗材均属进口设备配套材料。由于受设备的技术性及耗材兼容性影响，以上材料只能采购原厂产品。该产品在国内授权（本项目）为北京安汇泰医疗器械有限公司，因此只能按单一来源方式采购。</p>			
专家签字：刘弘涛 2026年4月26日			

单一来源政府采购专家论证意见书

申请单位（盖章）：庆阳市中心血站

编号：

一、基本情况			
联系人	陈静	联系电话	0934-8210721
项目名称	庆阳市中心血站机采血小板耗材采购项目		
采购内容	机采血小板耗材（进口），数量 1000 套。		
预算金额	750000.00 元		
供应商	北京安汇泰医疗器械有限公司（北京市门头沟区平安路 20 号院 5 号楼 10 层 1005）		
二、申请理由			
<input checked="" type="checkbox"/> 1、只能从唯一供应商处采购的：			
<input type="checkbox"/> 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：			
<input type="checkbox"/> 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的：			
<input type="checkbox"/> 4、因专利、专有技术等原因具有唯一性：			
<input type="checkbox"/> 5、其他。			
原因阐述：			
<p>我站采购进口机采血小板专用耗材，为对应采血设备原厂专属配套耗材，技术参数高度适配，无兼容替代产品，直接保障采血质量与用血安全。一套产品须包括：225 毫升 Latham 杯，配备 17G 的 SysLoc 穿刺针；独立全血留样袋；真空留样器；两个五天血小板保存袋；一个 1000ML 新鲜冰冻血浆袋；DPM/SPM 细菌过滤器；配备 LRFXL-H 连续式白细胞过滤器；盐水补偿管路。仅限唯一授权供应商供应，申请单一来源采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款规定。综合以上情况，可采取单一来源采购形式。</p>			
专家论证意见：			
<p>拟采购产品为原机专用配套耗材，因专利、专有技术等原因，只有从原厂家授权的供应商处采购才能保证与原机无兼容问题，保障采血与用血安全，建议采用单一来源方式采购。</p>			
专家签字：郭刚			2026年4月26日

单一来源政府采购专家论证意见表

申请单位（盖章）：庆阳市中心血站

编号：

一、基本情况			
联系人	陈静	联系电话	0934-8210721
项目名称	庆阳市中心血站机采血小板耗材采购项目		
采购内容	机采血小板耗材（进口），数量 1000 套。		
预算金额	750000.00 元		
供应商	北京安汇泰医疗器械有限公司（北京市门头沟区平安路 20 号院 5 号楼 10 层 1005）		
二、申请理由			
<input checked="" type="checkbox"/> 1、只能从唯一供应商处采购的：			
<input type="checkbox"/> 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：			
<input type="checkbox"/> 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的百分之十的：			
<input type="checkbox"/> 4、因专利、专有技术等原因具有唯一性：			
<input type="checkbox"/> 5、其他。			
原因阐述：			
<p>我站采购进口机采血小板专用耗材，为对应采血设备原厂专属配套耗材，技术参数高度适配，无兼容替代产品，直接保障采血质量与用血安全。一套产品须包括：225 毫升 Latham 杯，配备 17G 的 SysLoc 穿刺针；独立全血留样袋；真空留样器；两个五天血小板保存袋；一个 1000ML 新鲜冰冻血浆袋；DPM/SPM 细菌过滤器；配备 LRFXL-H 连续式白细胞过滤器；盐水补偿管路。仅限唯一授权供应商供应，申请单一来源采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款规定。综合以上情况，可采取单一来源采购形式。</p>			
专家论证意见：			
<p style="text-align: center;">机采血小板耗材（进口）为采购单位所使用的 MS+ 血细胞分离机（进口）的专用耗材，且该耗材在该区域内的唯一授权经销商为北京安汇泰医疗器械有限公司，为保证该类耗材的质量，建议从唯一授权经销商处单一来源采购进口机采血小板耗材。</p>			
专家签字：朱奎娜		2026 年 4 月 26 日	

单一来源论证专家签到表

项目名称：庆阳市中心血站机采血小板耗材采购项目

论证地点：甘肃昇卓工程项目管理有限责任公司会议室

论证时间：2026年4月26日

姓名	工作单位	专业	联系电话（手机）
刘永涛	市中医院	医疗设备	13909342909
朱丽娜	庆阳市疾控中心	主任检验师	15294423982
郭红	庆阳市人民医院	医疗设备	15109465834