

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张学兵</u>
	职称: <u>主任医师</u>
	工作单位: <u>甘肃省人民医院</u>
项目信息	项目名称: <u>全自动荧光免疫分析仪维保服务项目</u>
	供应商名称: <u>青海博锐康生物科技股份有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>目前科室使用的全自动荧光免疫分析仪维保协议已于2025年6月到期,由于该仪器国产化具有专一性,目前市场上只有原生产企业可进行维护保养,由Wallaco公司授权瑞普生物医学(上海)有限公司为中国的总代理,瑞普生物与青海博锐康生物科技股份有限公司为唯一被授权人,具有一定的专一性,故必须采用单一来源采购方式获取。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <u>张学兵</u> 日期: <u>2026.3.23</u> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁铁军	
	职称: 高工	
	工作单位: 山东省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 全自动荧光免疫分析仪维保服务项目	
	供应商名称: 青岛博雅康生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>考虑到该类产品维保服务项目, 更换的配件要与原主机相互配套, 软件兼容性, 具有唯一性, 无法替代。所以, 只能采取单一来源的方式获得服务。</p>	
专业人员签字	丁铁军	日期: 2026.3.23

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王芳
	职称: 正高级会计师
	工作单位: 甘肃省人民医院
项目信息	项目名称: 全自动荧光免疫分析仪维保服务项目
	供应商名称: 青海博锐康生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>全自动荧光免疫分析仪由于该仪器配件具有专一性,目前,市场上只有原生产企业可进行维护保养,确保设备良好,安全使用,避免诊疗中出现故障及安全风险,故必须由唯一授权服务商提供售后服务,故必须采用单一来源采购方式获取。</p>
专业人员签字	<p>王芳</p>
	日期: 2026. 3. 03

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王新苗	
	职称：律师	
	工作单位：北京德恒(兰州)律师事务所	
项目信息	项目名称：全自动荧光免疫分析仪 ^疫 维保服务项目	
	供应商名称：青海博毓康生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>申请采购的项目为原使用设备的维保服务项目，为保证原用设备的安全、正常使用，采用单一来源方式采购，不违反我国现行法律、行政法规的禁止性规定。</p>	
专业人员签字	王新苗	日期：

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谢志军
	职称: 工程师
	工作单位: 科大二院
项目信息	项目名称: 全自动荧光免疫分析仪维保服务项目.
	供应商名称: 青海博锐康生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该设备为进口设备, 技术含量高, 维修成本昂贵, 维修中所换的配件, 必须与完全匹配, 并必须保证技术参数的一致性, 专一性, 具备了唯一性, 符合单一来源采购要求. 该经营企业为生产企业的唯一授权代理.</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>谢志军</div> <div>日期: 2026. 3. 23</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

