

甘肃省武威肿瘤医院武威重离子中心重离子治疗肿瘤专用装置（碳离子治疗系统）运行维护服务采购项目专家论证名单

姓名	工作单位	职称	签字
马晶坤	市二院	副主任医师	马晶坤
于��	市二院	主治医师	于��
苏心七	金黎明律师事务所	四级律师	苏心七

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>马晶彤</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>武威市二院</u>	
项目信息	项目名称: 甘肃省武威肿瘤医院武威重离子中心重离子治疗肿瘤专用装置(碳离子治疗系统)运行维护服务采购项目	
	供应商名称: 兰州泰基离子技术有限公司	
专业人员论证意见	<p>该企业为国内唯一具备临床该类设备全套资质的生产运维单位,无其他合规替代供应商。该设备为定制化高端医疗设备,其配件、耗材、控制系统、软件均由兰州泰基离子技术有限公司独家生产配套。原厂运维服务具备成熟、应急抢修、定期巡检、设备接维能力,可最大限度保障设备开机率。综合判断,为保障运维服务连续性,规避诊疗中断风险,同意采用单一来源方式采购,向兰州泰基离子技术有限公司采购运行服务。</p>	
专业人员签字	<u>马晶彤</u>	日期: 2026年5月20日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 于天良
	职称: 副高
	工作单位: 武威市医院
项目信息	项目名称: 甘肃省武威肿瘤医院武威重离子中心重离子治疗肿瘤专用装置(碳离子治疗系统)运行维护服务采购项目
	供应商名称: 兰州泰基离子技术有限公司
专业人员论证意见	<p>本次碳离子治疗系统属于高端精密医用治疗装置,其精密程度高,技术集成度高,核心控制程序,硬件更配软件均为兰州泰基离子技术有限公司研发,具有技术先进性;该设备为医用重离子加速器,临床应用中对设备稳定性、剂量精准度、安全防护等级要求高,非原厂维护难以完成设备精准质控、故障排查、安全控制等工作,为保障设备持续使用安全、精准、稳定运行,确保肿瘤治疗质量,建议单一来源采购本次运行维护服务。</p>
专业人员签字	<p>于天良</p> <p>日期: 2026年5月20日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>刘七</u>
	职称: <u>四级律师</u>
	工作单位: <u>金黎明律师事务所</u>
项目信息	项目名称: <u>甘肃省武威肿瘤医院武威重离子中心重离子治疗肿瘤专用装置(碳离子治疗系统)运行维护服务采购项目</u>
	供应商名称: <u>兰州泰基离子技术有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>本人审查本项目采购资料、设备资质文件、供应商资质证明,结合现行法律法规出具法律论证意见:第一,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定,只能从唯一供应商处采购的货物、服务可以采购单一来源采购方式。本案中,兰州泰基离子技术有限公司是国内唯一拥有碳离子治疗系统设计、生产、调试、运维资质的企业,设备核心技术、零部件供应具有法定及事实独占性,无其他合格供应商,符合法定单一来源采购情形。第二,依据《医疗器械监督管理条例》相关规定,高端精密医疗器械维修应当由具备对应资质的生产企业或授权机构承担,且设备无第三方合法授权维修机构,第三方维修不符合医疗器械召回管理要求,存在资质合规风险。第三,本次采购为原有运维服务延续采购,采购目的为保障设备正常运行、医疗服务不间断,采购流程符合政府采购合理性、必要性原则,不存在违反公开招标、违规采购的法律风险。综上,本项目采购主体合法、采购依据充分,采购方式合规,建议依法采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> 日期: 2026年 <u>5</u>月 <u>20</u>日 </div> </div>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员填写。