



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 罗海珍	
	职称: 律师	
	工作单位: 甘肃正鼎律师事务所	
项目信息	项目名称: 西门子全量程化学发光仪专用试剂	
	供应商名称: 甘肃源之康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>在仪器与专用试剂构成封闭式检测系统, 其他品牌试剂无法匹配使用的情况下, 采用单一来源采购方式从唯一供应商处采购符合《中华人民共和国政府采购法》中适用单一来源采购方式的相关规范。</p>	
专业人员签字	罗海珍	日期 2020年 4 月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张兴旺
	职称: 主任检验师
	工作单位: 甘肃省临床检验中心
项目信息	项目名称: 西门子全自动化学发光免疫分析仪
	供应商名称: 甘肃海之康医药器材有限公司
专业人员论证意见	<p>西门子全自动化学发光分析仪采用封闭式系统设计, 专用试剂与仪器硬件、软件及算法深度绑定, 其他品牌试剂无法实现物理连接与信号识别; 临床验证表明原厂试剂的准确性、稳定性及溯源性均显著优于国产品, 且无同等性能替代品。因此, 必须使用配套试剂。</p>
专业人员签字	<p>张兴旺</p> <p>日期: 2026年4月27日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王名伟
	职称: 文保物馆/26
	工作单位: 华中农业大学附属医院
项目信息	项目名称: 西门子全自动化学发光专用试剂
	供应商名称: 甘肅源之流医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>西门子全自动化学发光专用试剂 筒式气流设计, 试剂干燥材料 为去机专用, 为了保障检测/ 结果的准确性, 必须使用配 套试剂。</p>
专业人员签字	<p>王名伟</p>
	日期 2026年 4月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 韩平治	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 甘肃省人民医院检验中心	
项目信息	项目名称： 西门子全自动化学发光分析仪专用试剂	
	供应商名称： 杭州原力伟业生物器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>西门子全自动化学发光分析仪采用封闭系统设计，必须使用专用试剂。目前，国内外全自动化学发光分析仪均采用封闭系统，必须原厂配套试剂。</p>	
专业人员签字		日期 2026年 4 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨建光
	职称: 主任医师
	工作单位: 甘肃人民医院
项目信息	项目名称: 西门子合韵功化子发亮仪专用试剂
	供应商名称:
专业人员论证意见	<p>西门子合韵功化子发亮仪采用老研系, 院设计, 必须配套使用专用试剂才能完成检测。</p>
专业人员签字	<p>杨建光</p>
	日期 2020年 4月 27日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件2

表2-2

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	
拟采购产品名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
拟采购产品金额	见附件
采购项目所属项目名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
采购项目所属项目金额	见附件
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他	
原因阐述:	
<p>本项目所需试剂为西门子全自动化学发光免疫分析仪 ADVIA Centaur Cp 专属封闭系统配套产品,非原厂试剂无法匹配仪器检测程序,无法识别校准与质控参数,会导致检测失败结果偏差。设备原厂专用协议接口,第三方无法兼容。为保证检测结果准确性、一致性和配套性,避免系统不兼容数据无法对接等问题,应采购原厂配套试剂。</p>	
三、专家论证意见	
<p>在国内同类产品功能或主要技术参数无法满足采购单位需求的情况下,采购进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购进口产品管理办法》的相关规定,且该产品不属于我国法律法规限制或禁止进口产品,采购该进口产品不违反我国法律法规禁止性规定。</p>	
<p>专家签字 罗海珍</p>	
<p>2026年 4月 27日</p>	




附件2

表2-2

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他	
原因阐述:	
<p>本项目所需试剂为西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centaur CP专属封闭系统配套产品，非原厂试剂无法匹配仪器检测程序，无法识别校准与质控参数，会导致检测失败，结果偏差。设备原厂专用协议接口，第三方无法兼容。为保证与现有设备的兼容性、一致性和配套性，避免系统不兼容数据无法对接等问题，应该采购原厂配套试剂。</p>	
三、专家论证意见	
<p>本实验室所用西门子全自动化学发光免疫分析仪为进口专用设备，硬件参数、光路系统、反应体系均为原厂定制设计，实行专机专用管理，对试剂配方、缓冲体系、反应阈值、光学检测性能要求较高，无法兼容非原厂、非配套第三方试剂。若混用其他品牌试剂，易引发反应体系不匹配、光学检测干扰、实验重复性下降等问题，直接影响检测准确性与稳定性。为保障检测结果的准确性、稳定性，规范试剂与仪器匹配，保障检测质量可控，结果可信，建议必须使用原厂配套试剂。</p> <p style="text-align: right;">专家签字  魏莲花</p> <p style="text-align: right;">2026. 4. 27 年 月 日</p>	

### 进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他	
原因阐述：  <p>本项目所需试剂为西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centaur CP专属封闭系统配套产品，非原厂试剂无法匹配仪器检测程序，无法识别校准与质控参数，会导致检测失败，结果偏差。设备原厂专用协议接口，第三方无法兼容。为保证与现有设备的兼容性、一致性和配套性，避免系统不兼容数据无法对接等问题，应该采购原厂配套试剂。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">目前，国内外全自动化学发光免疫分析仪均为专属封闭系统，必须使用原厂配套试剂耗材，才能满足临床诊断需要。不建议使用非原厂产品。建议采购原厂配套试剂耗材。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">专家签字 </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">2026 年 4 月 27 日</p>	



附件2

表2-2

### 进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他	
原因阐述：	
<p>本项目所需试剂为西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centaur CP专属封闭系统配套产品，非原厂试剂无法匹配仪器检测程序，无法识别校准与质控参数，会导致检测失败，结果偏差。设备原厂专用协议接口，第三方无法兼容。为保证与现有设备的兼容性、一致性和配套性，避免系统不兼容数据无法对接等问题，应该采购原厂配套试剂。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">西门子全自动化学发光分析仪采用封闭式系统设计，其专用试剂与仪器硬件、软件绑定，其它品牌试剂无法实现物理连接与信号识别；原厂试剂兼容性稳定性显著优于其它品牌。因此必须唯一供货采购</p> <p style="text-align: center;">专家签字 <i>张世通</i></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2026年 4月 27日</p>	

### 进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兰州市第二人民医院
拟采购产品名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
拟采购产品金额	见附表
采购项目所属项目名称	西门子全自动化学发光仪专机专用试剂
采购项目所属项目金额	见附表
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他	
原因阐述：	
<p>本项目所需试剂为西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centaur CP专属封闭系统配套产品，非原厂试剂无法匹配仪器检测程序，无法识别校准与质控参数，会导致检测失败，结果偏差。设备原厂专用协议接口，第三方无法兼容。为保证与现有设备的兼容性、一致性和配套性，避免系统不兼容数据无法对接等问题，应该采购原厂配套试剂。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">西门子全自动化学发光仪专用封闭式系统设计，试剂及耗材为专机专用，为了保持检测结果的准确性，必须使用原厂试剂。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">专家签字 </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">2020年 4 月 27 日</p>	