

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈晓慧	
	职称:	副主任护师	
	工作单位:	武咸市凉州医院	
项目信息	项目名称: 民勤县人民医院血栓弹力图仪试剂采购项目		
	供应商名称: 泰兴市健朗医疗器械有限公司		
	供应商地址: 泰兴市古溪镇横垛社区官横路		
专业人员论证意见	经核查院内血栓弹力图仪前期采购、安装、维保均由本次拟定配送商全程服务, 现有库存试剂, 校准品、实验耗材均为同一厂家同系列产品。本次采购试剂盒属于原有设备配套添购品类, 更换供应商需重新开展全套方法学验证, 清空库存耗材, 造成物资浪费, 同时中断急诊、手术科室凝血检测工作。依据《政府采购法》第三十一条第三款, 为保证原有项目一致性、配套服务完整, 且本次采购金额符合添购比例要求, 市场无其他可兼容供货主体, 综合供货稳定性、应急保障、运维成本考量, 论证同意采用单一来源采购。		
专业人员签字	陈晓慧	日期	

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	顾福德
	职称:	主任检验师
	工作单位:	武进市中医医院
项目信息	项目名称:	民勤县人民医院血栓弹力图试剂采购项目
	供应商名称:	泰兴市健朗医疗器械有限公司
	供应商地址:	泰兴市古溪镇横垛社区官横路
专业人员论证意见	本次采购血栓弹力图(普通杯)检测试剂盒(粘度测试法)为院内现有全自动血栓弹力图原厂配套试剂,仪器内置条码识别程序,粘度检测算法,试剂盒配方,反应杯尺寸,底物面积,为厂家独有专利技术,第三方试剂无匹配参数,混用将导致设备无法识别,凝血指示R, K, MA 数值失真,严重影响术中出血,产科创伤患者凝血评估,存在重大安全隐患。该产品有技术壁垒,以唯一供应商采购,论证同意采用单一来源采购。	
专业人员签字	顾福德	日期

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨改	
	职称:	中技	
	工作单位:	武威市人民医院	
项目信息	项目名称: 民勤县人民医院血栓弹力图试剂采购项目		
	供应商名称: 泰兴市健朗医疗器械有限公司		
	供应商地址: 泰兴市古溪镇横垛社区官横路		
专业人员论证意见	血栓弹力图仪生产厂家为北京乐普, 为医院现有机型已投入临床使用, 配套专用试剂, 试剂品质稳定, 为原厂闭环体系。且泰兴市健朗医疗器械有限公司为北京乐普授权本地区(武威市)唯一合法配送、经销、售后唯一企业, 拥有唯一性。建议实施单一来源采购。		
专业人员签字	杨改	日期	

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

政府采购单一来源论证专家成员名单

姓名	工作单位	技术职称	联系电话
陈晓慧	武威市凉州医院	副主任医师	15769351399
马福贵	武威市中医医院	主任检验师	1899353253
杨改	武威市人民医院	中收	1869355966



持证人签名: 陈晓慧

姓 名 陈晓慧

性 别 女

出生年月 1969.08

出生地点 _____

资格名称 高级卫生防护师

资格级别 副高

评审时间 2017.12

评委会名称 甘肃省卫生专业高级职称评审委员会



甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓 名：盛福德

性 别：男

出生日期：1966年05月27日

身份证号：

工作单位：武威市中医医院



资格名称：主任技师

职称层级：正高级

专 业：临床医学检验临床基础检验

评委会名称：甘肃省卫生系列高级职务任职资格评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2020年12月31日

资格文号：甘人社通〔2021〕56号

管 理 号：62202011050667



唯一在线验证网址：

<http://www.gszcxt.cn/zcxt>

打印时间：2021年03月11日





计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
工业和信息化部



姓名:	杨跃
证件号码:	
性别:	女
出生年月:	1987年12月
级别:	中级
专业:	系统集成项目管理工程师
批准日期:	2021年05月29日
管理号:	31420210562014318382

