

## 二、投标分项报价表

项目名称：河西学院附属张掖人民医院自动体外除颤仪（AED）采购项目

项目编号：HFY-ZBDL(HR)-H20260407007

价格单位：人民币/元

序号	货物名称	技术参数	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	半自动体外除颤仪(AED)	<p>1、除颤技术：★采用双相截断指数波技术，具备自动阻抗补偿功能，根据患者胸壁阻抗自适应调节除颤能量，成人最高除颤能量 360J。</p> <p>2、能量模式：自动分析心律，一键除颤；成人、儿童双模式一键切换，儿童模式无需更换电极片，适配全年龄段患者；默认除颤能量符合国际急救指南标准。</p> <p>3、操作指引：★全流程语音+图文动画双向引导，全程语音提示操作步骤（开机、贴电极片、分析心律、除颤、心肺复苏），无医学基础人员可按提示完成急救；语音音量可调，适配嘈杂公共区域。</p> <p>4、心肺复苏辅助：具备实时 CPR 按压深度、频率反馈功能，通过语音+屏幕提示规范按压操作，贴合高质量心肺复苏质控要求。</p> <p>5、显示界面：★配备彩色显示屏，尺寸 7 英寸，清晰显示心电波形、操作提示、电量状态、电极片状态，强光下可视。</p> <p>6、电池与续航：采用一次性锂电池，待机寿命 5 年，满电状态可支持≥150 次全能量除颤。</p> <p>7、电极片：标配成人一体化多功能电极片，有效期 5</p>	深圳市安保医疗科技股份有限公司	台	7	9600.00	67200.00	分项报价明细包括我公司完成本项目所需的一切费用

		件，具备电极片接触检测、粘贴位置提示功能，避免操作失误；采用医用低致敏、防过敏材质，粘性温和。 8、自检与管理：★开机自动自检，每日/每周定时自动检测设备性能（电池、电极片、主控模块、治疗模块、1J充放电），故障时声光报警；支持存储设备自检及急救事件记录，可导出数据便于质控追溯。 9、环境适配：工作温度-5℃~55℃，工作湿度5%~95%非冷凝。						
2	运输、安装、调试、检测、培训、验收、人工费、保险等一切不可预见的费用	/	/	/	/	包含总价	包含总价	
总计	大写：陆万柒仟贰佰元整		小写(¥) :67200.00元					

注：若不提供投标报价明细表将视为实质性未响应招标文件要求。

供应商名称：甘肃金生科技有限公司（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：孔转弟

日期：2026年07月02日