

3/



庆阳市人民医院2台西门子移动式DR维修项目成交公告

- 一、项目编号：GSHYHD2026-016
- 二、项目名称：庆阳市人民医院2台西门子移动式DR维修项目
- 三、中标（成交）信息

标包	是否 废标	供应商名称	供应商联系地址	中标价 (元)	评审报 价/评审 得分
包1	否	西安多米阳科技 有限公司	陕西省西安市长安区郭杜街办建业二路55号凌云新苑1幢2单元20401室	212500.00	69.66

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	规格型号	数量	单价
西安多米阳科技 有限公司	庆阳市人民 医院2台西 门子移动式 DR维修项目	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

- 五、评审专家名单:李秀、左傲男、闫作骞（采购人代表）。
- 六、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980 号，
国家发改委（2003）857 号文件、（2015）299 号文件的相关规定收取。

收费金额：3180.00 元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：庆阳市人民医院

地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路 30 号

联系方式：0934-8601090

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃宏毅汇达工程（集团）有限公司

地址：西峰区安定西路摩登时代一楼 6 号

联系方式：15682920333

3. 项目联系方式

项目联系人：马铎

电 话：15682920333

甘肃宏毅汇达工程（集团）有限公司

2026 年 07 月 24 日



（三）政府采购政策证明文件


1:中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加庆阳市人民医院的庆阳市人民医院2台西门子移动式DR维修项目采购活动服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

庆阳市人民医院2台西门子移动式DR维修项目，属于其他未列明行业；承接企业为西安多米阳科技有限公司，从业人员5人，营业收入为155.82万元，资产总额为279.37万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：西安多米阳科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2026年7月23日



分项报价表

项目名称：庆阳市人民医院2台西门子移动式DR维修项目

项目编号：GSHYHD2026-016

单位：元

供应 商 名称	产品名称	规格型号	品牌	数量	单位	单价	总价
西安多 米阳科 技有限 公司	电池组	标称电压：12V 标称容量：65.1Ah@20hr C12-65AH	SANTAK	2	组	20500.00	41000.00
	探测器电池	TRIXELL Voltage:7.4V Capacity:3.68Ah Energy: 27.23Wh BATTERY EZ	TRIXELL	2	组	4500.00	9000.00
	平板探测器	pixium 3543 EZh	SIEMENS	1	块	120000.00	120000.00
	充电控制板	D840	SIEMENS	1	块	35000.00	35000.00
	大功率开关电源	XP Power 48V 21A MHP000PS48	XP	1	块	7500.00	7500.00
	合计：212500.00元						

- 注：1. 报价明细表中应列明报价一览表中每项的分项内容。
2. 报价表中产品的名称、型号和产地信息必须与注册证信息一致。
3. 此表为基本样式，供应商可根据情况自行调整分项报价表。

供应商（盖章）：西安多米阳科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2026年7月23日

