

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李鼎马	
	职称: 教授	
	工作单位: 酒泉职业技术学院	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (一包)	
	供应商名称: 西安菲勒电子科技有限公司	
专业人员论证意见	采购高压阀解销为C子M解销材料, 设计之高压C子M解销与高压匹配. 保障高压压力. 该材料型号之匹配. 确一设计之匹配. 原则同意单一来源采购.	
专业人员签字	李鼎马	日期 2024 年 7 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 何国云	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 甘肃省酒泉生态环境监测中心	
项目信息	项目名称： 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目（一包）	
	供应商名称： 西安菲勒电子科技有限公司	
专业人员论证意见	本次采购的高压消解罐为CEM消解仪专用配件，第三方品牌配件与原厂配件在性能上存在差异，无法保障与现有消解仪精准匹配，易造成设备故障、实验数据出现偏差，建议购买原厂配件。 西安菲勒电子科技有限公司为CEM厂家甘肃代理商，建议从授权代理商处采购。	
专业人员签字	何国云	日期 2026年7月22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 闫国锋	
	职称： 副主任技师	
	工作单位： 酒泉市疾控中心	
项目信息	项目名称：酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目（一包）	
	供应商名称：西安菲勒电子科技有限公司	
专业人员论证意见	高压消解罐为微波消解仪配套耗材，因兼容性、适配性及安全性需要原厂专用产品，只能单一供应商供货。 建议单一来源采购原厂产品。	
专业人员签字	闫国锋	日期 2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 付端	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 酒泉市农产品质量安全监督管理局	
项目信息	项目名称： 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目（一包）	
	供应商名称： 西安菲勒电子科技有限公司	
专业人员论证意见	本次拟采购的高化消解罐，为CEM消解仪的专用耗材，与设备的软硬件、压力参数、密封结构等性能均为厂家定制，存在技术唯一性、配套专用性。 目前市场上其他品牌消解罐无法兼容本机设备系统，替换使用会导致实验数据偏差、设备偏差、安全隐患、无法满足检测规范性、数据值偏差、设备安全运行要求。 综上，本项目符合从CEM厂商指定唯一供货商处采购相关要求。建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	付端	日期 2026年7月22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：崔刚	
	职称：律师	
	工作单位：甘肃宏辉律师事务所	
项目信息	项目名称：酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目（一包）	
	供应商名称：西安菲勒电子科技有限公司	
专业人员论证意见	经论证，该项目符合《政府采购法》及其实施条例，关于单一来源的法定情形。	
专业人员签字	崔刚	日期 2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李永明	
	职称: 教授	
	工作单位: 酒泉职业技术学院	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (二包)	
	供应商名称: 甘肃佰瑞鑫电子科技有限公司	
专业人员论证意见	本次采购项目为单位原有设备配件采购, 经与供应商沟通, 确认该供应商为唯一供应商, 且该供应商具备相应资质, 能够满足项目需求, 符合单一来源采购条件。 原则同意单一来源采购	
专业人员签字	李永明	日期 2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 阿国云	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 甘肃省酒泉生态环境监测中心	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (二包)	
	供应商名称: 甘肃佰瑞鑫电子科技有限公司	
专业人员论证意见	本次采购的 PTV 进样口为赛默飞气相色谱-质谱联用仪配件, 其它品牌配件与现有赛默飞质谱联用仪适配性差, 无法与赛默飞质谱实现完美匹配, 易出现设备性能下降, 为保证与现有赛默飞仪器完全兼容, 建议采购赛默飞质谱 PTV 进样口。	
专业人员签字	阿国云	日期 2026 年 7 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 闫国锋	
	职称： 副主任技师	
	工作单位： 酒泉市疾控中心	
项目信息	项目名称：酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目（二包）	
	供应商名称：甘肃佰瑞鑫电子科技有限公司	
专业人员论证意见	127V进样口为 GC-MS 专用配套耗材，因检测精密性、适配性、兼容性需原厂专用产品，只能单一供应商供货。 建议单一来源采购原厂产品。	
专业人员签字	闫国锋	日期 2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 甘 瑞	
	职称： 高级工程师	
	工作单位：酒泉市产品质量安全监督管理局	
项目信息	项目名称：酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目（二包）	
	供应商名称：甘肃佰瑞鑫电子科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟采购的PTV进样口，为现有GC-MS/MS专用配件，硬件结构、气路接口、温控协议与仪器工作站紧密绑定，其他厂商品牌难以兼容联机，替换可能会导致工作站报错、进样口密封性不够等问题，无法满足实验数据准确性及实验室管理相关要求。 综上，只能由原厂商指定唯一供货商供货，符合单一来源采购相关规定。	
专业人员签字	甘 瑞	日期 2026年7月22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 崔刚	
	职称: 律师	
	工作单位: 甘肃恒瑞律师事务所	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (二包)	
	供应商名称: 甘肃佰瑞鑫电子科技有限公司	
专业人员论证意见	经论证, 该项目符合《政府采购法》及其实施条例关于单一来源采购方式的法定情形。	
专业人员签字	崔刚	日期 2026 年 7 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李东明	
	职称: 教授	
	工作单位: 酒泉职业技术学院	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (三包)	
	供应商名称: 甘肃三合森实验室系统工程有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟采购的设备为酒泉市质量检验检测中心原设备配件采购清单中的部分设备, 该部分设备属于原设备的配套设备, 为保证设备的正常运行, 必须采购原厂配件。经市场调研, 发现只有甘肃三合森实验室系统工程有限公司能够提供原厂配件, 且价格合理, 售后服务完善。因此, 建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	李东明	日期 2026 年 7 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 向国仁	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 甘肃省酒泉生态环境监测中心	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (三包)	
	供应商名称: 甘肃三合森实验室系统工程有限公司	
专业人员论证意见	本次采购的光心阴极灯为 PE 原子吸收光谱仪 配套配件, 设备自带专属芯片识别系统, 原厂配件与原有主机可完美匹配, 实现灯位智能校验、光路焦距等参数自动识别调整, 非原厂配件易造成主机无法识别, 易使检测结果出现偏差。建议采购原厂配件, 且建议由厂家授权供应商处采购。	
专业人员签字	向国仁	日期 2026 年 7 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 闫国锋	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 酒泉市疾控中心	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (三包)	
	供应商名称: 甘肃三合森实验室系统工程有限公司	
专业人员论证意见	空心阴极灯为原子吸收分析仪专用配套耗材, 因检测精密性匹配性需原厂专用产品, 只能单一供应商供货。 建议单一来源采购原厂产品。	
专业人员签字	闫国锋	日期 2026 年 7 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 甘 瑞	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 酒泉市产品质量安全监督管理局.	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (三包)	
	供应商名称: 甘肃三合森实验室系统工程有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟采购的原型吸收室心训板灯为铂金、埃尔默厂家生产配件, 其灯芯参数、接口协议、光路参数、校验程序均为原厂定制。国产及其他品牌产品无法替代, 无法匹配仪器原有工作站控制系统, 会导致在实验运行中造成系统偏移, 结果失真, 进而影响检测结果。 综上, 市面无兼容替代资源, 只能由原厂指定唯一供应商供货, 符合单一来源采购相关规定。	
专业人员签字	甘 瑞	日期 2026 年 7 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 崔刚	
	职称: 律师	
	工作单位: 甘肃三合森实验室系统工程有限公司	
项目信息	项目名称: 酒泉市质量检验检测中心 2026 年设备专用配件采购项目 (三包)	
	供应商名称: 甘肃三合森实验室系统工程有限公司	
专业人员论证意见	经论证, 该项目符合《政府采购法》及其实施条例关于单一来源采购方式的法定情形。	
专业人员签字	崔刚	日期 2026 年 7 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。