

单一来源论证专家签到表

招 标 单 位		兰州大学第二医院 (第二临床医学院)	项 目 名 称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）耳科手术动力系统手柄	
论 证 时 间		2026 年 08 月 08 日 09 时 30 分	论 证 地 点	兰州市城关区和平新村 127 号 元富大厦 16 楼	
序 号	姓 名	从 事 专 业	专 业 职 称	工 作 单 位	联 系 电 话
1	张永刚	设备、信息技术	副高	兰大二院	13893622881
2					
3	邵莉	医疗设备	正高	兰大一院	1533833827
4	李锐	IT	高级工程师	兰大一院	13893376666
5					
6					
7					

单一来源采购论证表

项目名称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）耳科手术动力系统手柄		
采购单位	兰州大学第二医院（第二临床医学院）	采购数量	16 把
预算金额	44.00 万元	资金来源	自筹资金
单一来源采购依据	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
拟定的唯一供应商	供应商名称：甘肃弘盛科商贸有限公司 地址：甘肃省兰州新区中川园区中川镇黄河大道西段路(街)5505 号四层 Q926		
单一来源采购原因	科室耳科手术项目使用的是瑞士彼岸手术动力系统，配套手柄用于夹持钻头，其物理接口，规格尺寸、卡扣形状等均为原厂专有专用，市场上没有能够完全兼容，性能等效，安全可靠的第三方替代手柄。使用原厂手柄匹配度高，稳定性好，可完全发挥设备功能，安全性好，有效降低设备故障率，具有唯一性和不可替代性，因甘肃弘盛科商贸有限公司为彼岸 BIENAIR 手术动力系统及配件的甘肃总代理商，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式进行采购。		

专家论证意见表

姓名	李 强	职称/职务	副主任医师
单位	省二医院	为省/市采购库	
从事专业	耳鼻喉	联系电话	13893376666

论证科目：瑞士彼岸手术动力系统，瑞士彼岸手术动力系统
 配套手柄用于夹持钻头，规格尺寸、卡扣形状等均为原厂专有专用，市场上没有能够完全兼容，性能等效，安全可靠的第三方替代手柄。使用原厂手柄匹配度高，稳定性好，可完全发挥设备功能，安全性好，有效降低设备故障率，具有唯一性和不可替代性，因甘肃弘盛科商贸有限公司为彼岸 BIENAIR 手术动力系统及配件的甘肃总代理商，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式进行采购。

专家签名：

李 强

单一来源采购论证表

项目名称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）耳科手术动力系统手柄		
采购单位	兰州大学第二医院（第二临床医学院）	采购数量	16 把
预算金额	44.00 万元	资金来源	自筹资金
单一来源采购依据	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
拟定的唯一供应商	供应商名称：甘肃弘盛科商贸有限公司 地址：甘肃省兰州新区中川园区中川镇黄河大道西段路(街)5505 号四层 Q926		
单一来源采购原因	科室耳科手术项目使用的是瑞士彼岸手术动力系统，配套手柄用于夹持钻头，其物理接口，规格尺寸、卡扣形状等均为原厂专有专用，市场上没有能够完全兼容，性能等效，安全可靠的第三方替代手柄。使用原厂手柄匹配度高，稳定性好，可完全发挥设备功能，安全性好，有效降低设备故障率，具有唯一性和不可替代性，因甘肃弘盛科商贸有限公司为彼岸 BIENAIR 手术动力系统及配件的甘肃总代理商，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式进行采购。		

专家论证意见表

姓名	邵莉	职称/职务	正高
单位	兰大一院	为省/市采购库	省、市
从事专业	医疗设备	联系电话	15339833877

该采购配件为手术使用瑞士彼岸手术动力系统配套手柄，须为原厂专机专用，其他同类产品无法完全兼容，具有不可替代性。只能采购原厂配套配件。采用单一来源方式采购由唯一授权单位甘肃弘盛科商贸有限公司实施。

专家签名：邵莉

单一来源采购论证表

项目名称	兰州大学第二医院（第二临床医学院）耳科手术动力系统手柄		
采购单位	兰州大学第二医院（第二临床医学院）	采购数量	16 把
预算金额	44.00 万元	资金来源	自筹资金
单一来源采购依据	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
拟定的唯一供应商	供应商名称：甘肃弘盛科商贸有限公司 地址：甘肃省兰州新区中川园区中川镇黄河大道西段路(街)5505 号四层 Q926		
单一来源采购原因	科室耳科手术项目使用的是瑞士彼岸手术动力系统，配套手柄用于夹持钻头，其物理接口，规格尺寸、卡扣形状等均为原厂专有专用，市场上没有能够完全兼容，性能等效，安全可靠的第三方替代手柄。使用原厂手柄匹配度高，稳定性好，可完全发挥设备功能，安全性好，有效降低设备故障率，具有唯一性和不可替代性，因甘肃弘盛科商贸有限公司为彼岸 BIENAIR 手术动力系统及配件的甘肃总代理商，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式进行采购。		

专家论证意见表

姓名	张永合	职称/职务	副教授
单位	兰州大学	为省/市采购库	省市
从事专业	设备、信息技术	联系电话	13893658881

兰州大学第二医院所用耳科手术动力系统为瑞士彼岸产品，本次采购为动力系统的配套手柄，其物理参数均为原产品厂商专门化设计，无其它可兼容产品，故产品采购具有唯一性。甘肃弘盛科商贸有限公司为厂商在甘肃总代理商，属厂家指定的经销商，故采购只能采用单一来源方式，由厂家指定的总代理商甘肃弘盛科商贸有限公司负责实施，符合政府采购单一来源采购原则。

专家签名：张永合