

二、投标分项报价表

项目名称：河西学院附属张掖人民医院床旁呼叫系统采购项目

项目编号：HFY-ZBDL(HR)-H20260601006

价格单位：人民币/元

序号	货物名称	技术参数	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	精神卫生中心86床呼叫系统	1、设备带： 1.1 材质：一次挤压成型的铝合金型材，经大吨位液压设备挤压成型，设备带为整条统带，表面采用静电粉末喷涂技术处理，外形上下设有弧形过渡流线； 1.2 规格：厚度 $\geq 2\text{mm}$ 2、智能护理通讯主机： 2.1 系统采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效； 2.2 可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持三色标识灯指示和高级优先设定； 2.3 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与清除； 2.4 具有话筒广播、音频宣教广播功能，支持外接音频输入设备； 2.5 具有语音报号、音乐振铃功能，主机音量可分时段调节； 2.6 支持扩展副话机，具有对讲和来电显示功能； 2.7 支持扩展移动医护分机，具有消息显示功能； 2.8 具有故障报警、故障巡检功能，并可随时显示到屏幕上； 2.9 标准床头分机容量 ≥ 86 门主机；	智能护理通讯主机 YH-968K、床头分机 YH-6399P、卫生间分机 YH-6089L、走廊显示屏 YH-X245K	山东亚华电子有限公司	套	1	142000	142000	严格按照招标需求提供

		3、床头分机： 3.1 采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色； 3.2 采用超薄平装造型设计； 3.3 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能； 3.4 可作为广播机使用； 3.5 采用拔插式呼叫开关； 4、走廊显示屏： 4.1 走廊用双面多功能显示屏； 4.2 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等； 5、卫生间分机≥4个 6、五孔插座：220V/10A 7、信号线：WDZ-RYY2*1.0 8、电线：WDZB-BYJ-4mm ² 9、床头灯：白色 LED 10、大板开关：86 型 11、穿线管：阻燃穿线管 12、线槽：40*60PVC 线槽							
2	全科医学科 4 床设备带	1、设备带： 1.1 材质：一次挤压成型的铝合金型材，经大吨位液压设备挤压成型，设备带为整条统带，表面采用静电粉末喷涂技术处理，外形上下设有弧形过渡流线； 1.2 规格：厚度：≥2mm 2、无缝不锈钢管：Φ8 3、氧气维修阀 4、氧气快速插座：国标 5、无缝不锈钢管：Φ10 6、吸引快速插座：国标 7、不锈钢低压截止阀：Dg10 8、五孔插座：220V/10A	厚度 2mm	甘肃宏达铝型材有限公司	床	4	3500	14000	严格按照招标需求提供

	9、信号线：WDZ-RYY2*1.0 10、电线：WDZB-BYJ-4mm2 11、床头灯：白色 LED 12、大板开关：86 型 13、穿线管：阻燃穿线管 14、线槽：40*60PVC 线槽							
总计	大写：人民币壹拾伍万陆仟元整 小写（¥）：156000.00 元							

注：若不提供投标报价明细表将视为实质性未响应招标文件要求。

供应商名称：兰州冠开商贸有限公司（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：杨浩艺

日期：2026 年 08 月 24 日

