

表 1 政府采购进口产品申请表

申请单位	陇西县妇幼保健院
申请文件名称	陇西县卫生健康局 关于陇西县妇幼保健院申请采购医疗设备的批复
申请文号	陇卫健函[2026]193 号
采购项目名称	超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）1 套
采购项目金额	48 万元
采购项目所属项目名称	陇西县妇幼保健院采购超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）
采购项目所属项目金额	48 万元
项目使用单位	陇西县妇幼保健院
项目组织单位	陇西县妇幼保健院
申 请 理 由	一、满足临床精准诊疗需求 1. 超高清双极等离子宫腔电切镜：采用40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。且依托生理盐水灌流系统，可避免传统单极手术引发的低钠血症风险，搭配360° 旋转外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。 2. 高频电刀：与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离等复杂操作，减少术

二、保障医疗安全与质量

进口设备经过长期临床验证，性能可靠性强。如进口双极等离子宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，降低故障风险与交叉感染概率，设备使用年限高。此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险。

三、支撑科室发展与区域医疗服务

我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下肌瘤切除等微创手术水平。其技术优势能推动科室开展新技术项目，缩小与上级医院的诊疗差距，更好满足区域内患者对高质量妇科医疗服务的需求。

综上，进口设备的核心技术（如低温等离子切割、超高清特殊光成像）具备优势，现申请采购进口设备，望批准。

盖章

2026 年 07 月 30 日

表2 政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	陇西县妇幼保健院
拟采购产品名称	超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）1套
拟采购产品金额	48万元
采购项目所属项目名称	陇西县妇幼保健院采购超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）
采购项目所属项目金额	48万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、满足临床精准诊疗需求 1. 超高清双极等离子宫腔电切镜：采用 40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。且依托生理盐水灌流系统，可避免传统单极手术引发的低钠血症风险，搭配 360° 旋转外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。 2. 高频电刀：与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离等复杂操作，减少术中出血与组织碳化。 二、保障医疗安全与质量 进口设备经过长期临床验证，性能可靠性强。如进口双极等离子宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，降低故障风险与交叉感染概率，设备使用年限高。此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险。 三、支撑科室发展与区域医疗服务 我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下	

我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下肌瘤切除等微创手术水平。其技术优势能推动科室开展新技术项目，缩小与上级医院的诊疗差距，更好满足区域内患者对高质量妇科医疗服务的需求。

三、进口产品所属行业主管部门意见


李强
2020.8.21


李明 盖章
2020年8月23日

政府采购进口产品论证专家信息表

专家类别	姓名	工作单位	技术职称	联系电话	身份证号码
技术专家	李健	陇西县第一人民医院	副主任医师	13993233054	620102197204215333
技术专家	李福顺	陇西县人民医院	副主任医师	13830206899	622425196412240013
技术专家	杨彬	陇西法院	法官	13830250180	622801197811160243
技术专家	王	陇西县中医院	主任医师	18109325048	622425197604204490
法律专家	梁招弟	甘肃省木里律师事务所	律师	15002550367	622425199409191326

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	陇西县妇幼保健院
拟采购产品名称	超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）1 套
拟采购产品金额	48 万元
采购项目所属项目名称	陇西县妇幼保健院采购超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）
采购项目所属项目金额	48 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、满足临床精准诊疗需求 1. 超高清双极等离子宫腔电切镜：采用 40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。且依托生理盐水灌流系统，可避免传统单极手术引发的低钠血症风险，搭配 360° 旋转外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。	

2. 高频电刀：与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离等复杂操作，减少术中出血与组织碳化。

二、保障医疗安全与质量

进口设备经过长期临床验证，性能可靠性强。如进口双极等离子宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，降低故障风险与交叉感染概率，设备使用年限高。此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险。

三、支撑科室发展与区域医疗服务

我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下肌瘤切除等微创手术水平。其技术优势能推动科室开展新技术项目，缩小与上级医院的诊疗差距，更好满足区域内患者对高质量妇科医疗服务的需求。

三、专家论证意见

超高温双极等离子宫腔电切镜，采用40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。搭配360°旋转外鞘与可视精芯，可确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。高频电刀，与双极等离子电切镜，具备高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割功能，减少术中出血与组织碳化。

专家签字：

梁海明

2026年7月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	陇西县妇幼保健院
拟采购产品名称	超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）1 套
拟采购产品金额	48 万元
采购项目所属项目名称	陇西县妇幼保健院采购超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）
采购项目所属项目金额	48 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、满足临床精准诊疗需求 1. 超高清双极等离子宫腔电切镜：采用 40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。且依托生理盐水灌流系统，可避免传统单极手术引发的低钠血症风险，搭配 360° 旋转外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。	

2. 高频电刀：与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离等复杂操作，减少术中出血与组织碳化。

二、保障医疗安全与质量

进口设备经过长期临床验证，性能可靠性强。如进口双极等离子宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，降低故障风险与交叉感染概率，设备使用年限高。此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险。

三、支撑科室发展与区域医疗服务

我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下肌瘤切除等微创手术水平。其技术优势能推动科室开展新技术项目，缩小与上级医院的诊疗差距，更好满足区域内患者对高质量妇科医疗服务的需求。

三、专家论证意见

超高频双极等离子宫腔电切镜，采用400-700kHz高频电刀技术，通过等离子体精准切割，凝血、组织，减少术中出血，可避免电灼伤，术者视野清晰，手术操作简单，与双极等离子电切镜具有匹配性，能有效减少因国产设备性能波动，导致子宫穿孔、术中出血等医疗风险，故必须进口3台，保障医疗安全。

专家签字：



2026年7月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	陇西县妇幼保健院
拟采购产品名称	超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）1 套
拟采购产品金额	48 万元
采购项目所属项目名称	陇西县妇幼保健院采购超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）
采购项目所属项目金额	48 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、满足临床精准诊疗需求 1. 超高清双极等离子宫腔电切镜：采用 40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。且依托生理盐水灌流系统，可避免传统单极手术引发的低钠血症风险，搭配 360° 旋转外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。	

2. 高频电刀：与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离等复杂操作，减少术中出血与组织碳化。

二、保障医疗安全与质量

进口设备经过长期临床验证，性能可靠性强。如进口双极等离子宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，降低故障风险与交叉感染概率，设备使用年限高。此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险。

三、支撑科室发展与区域医疗服务

我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下肌瘤切除等微创手术水平。其技术优势能推动科室开展新技术项目，缩小与上级医院的诊疗差距，更好满足区域内患者对高质量妇科医疗服务的需求。

三、专家论证意见

经了解双极等离子宫腔电切镜系统，采用40℃-70℃低温刀头技术，具备160°旋转外科镜与可视系统，确保手术清晰与安全。国产设备功率与温度控制与操作策略与进口设备存在差距，安全风险较高，该款电刀进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能减少术中出血与组织碳化。进口产品宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，设备使用寿命长，性能可靠，器械稳定性与安全性已证实，本次申请采购进口双极等离子宫腔电切镜系统符合临床诊疗需求与医疗技术发展，国产设备难以满足临床需求，同意购置进口设备。

专家签字：

杨振

2026年7月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	陇西县妇幼保健院
拟采购产品名称	超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）1 套
拟采购产品金额	48 万元
采购项目所属项目名称	陇西县妇幼保健院采购超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）
采购项目所属项目金额	48 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、满足临床精准诊疗需求 1. 超高清双极等离子宫腔电切镜：采用 40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。且依托生理盐水灌流系统，可避免传统单极手术引发的低钠血症风险，搭配 360° 旋转外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。	

2. 高频电刀：与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离等复杂操作，减少术中出血与组织碳化。

二、保障医疗安全与质量

进口设备经过长期临床验证，性能可靠性强。如进口双极等离子宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，降低故障风险与交叉感染概率，设备使用年限高。此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险。

三、支撑科室发展与区域医疗服务

我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下肌瘤切除等微创手术水平。其技术优势能推动科室开展新技术项目，缩小与上级医院的诊疗差距，更好满足区域内患者对高质量妇科医疗服务的需求。

三、专家论证意见

1. 超高频双等离子宫腔电切镜：采用 $40^{\circ}-70^{\circ}\text{C}$ 低温等离子技术，通过等离子体精准切除病变组织，减少术后粘连，可避免低钠血症风险。搭配 360° 旋转及外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰。2. 高频电刀与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离，减少术中出血与组织碳化，进口设备经过长期验证，性能可靠性强，此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险，故必须引进进口该医疗设备。

专家签字：

李健

2026年7月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	陇西县妇幼保健院
拟采购产品名称	超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）1 套
拟采购产品金额	48 万元
采购项目所属项目名称	陇西县妇幼保健院采购超高清双极等离子宫腔电切镜系统（进口）
采购项目所属项目金额	48 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、满足临床精准诊疗需求 1. 超高清双极等离子宫腔电切镜：采用 40℃-70℃低温方波技术，通过等离子体精准切除病变组织，大幅降低对周围正常内膜的热损伤，减少术后粘连等并发症。且依托生理盐水灌流系统，可避免传统单极手术引发的低钠血症风险，搭配 360° 旋转外鞘与可视鞘芯，确保术野清晰与操作安全，国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，安全性无法保障。	

2. 高频电刀：与双极等离子电切镜具有高匹配性，进口产品输出功率稳定，具备精准的凝血与切割模式切换功能，能适配宫腔镜下息肉切除、粘连分离等复杂操作，减少术中出血与组织碳化。

二、保障医疗安全与质量

进口设备经过长期临床验证，性能可靠性强。如进口双极等离子宫腔电切镜采用稀有贵金属刀头设计，降低故障风险与交叉感染概率，设备使用年限高。此类安全设计与耐用性，能有效规避国产设备因性能波动可能导致的子宫穿孔、术中出血等医疗风险。

三、支撑科室发展与区域医疗服务

我院妇科需承担陇西县及周边地区异常子宫出血、不孕不育等疾病的诊疗任务，进口设备可实现诊断与治疗同步开展，提升宫腔粘连松解、黏膜下肌瘤切除等微创手术水平。其技术优势能推动科室开展新技术项目，缩小与上级医院的诊疗差距，更好满足区域内患者对高质量妇科医疗服务的需求。

三、专家论证意见

超高频双极等离子宫腔电切镜：采用40℃-70℃低温射频技术，通过等离子体精准切除病变组织，操作安全。国产同类设备在热损伤控制与操作灵活性上存在差距，适用性无法保障。

本次政府采购专家论证公平、公正，符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和相关规定，且本次论证产品为国家限制进口产品，必须采购该进口产品。

专家签字：

梁招弟

2020年7月30日