

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	丁玉忠
	职称:	副教授
	工作单位:	武威市中医医院
项目信息	项目名称:	武威市人民医院血液透析室水质第三方检测服务采购项目
	供应商名称: 甘肃金城医学检验所有限公司 供应商地址: 甘肃省兰州市安宁区雷花路11号(恒国乳业公司院内)	
专业人员论证意见	本项目为血液净化中心,透析用水、透析液质控检测,检测指标执行血液透析行业强制标准。该供应商检测报告,质控体系与我院血透质控台账、感染管理要求相适配。更换其他机构,会造成前后检测结果无可比性,影响透析水路风险判断,威胁透析患者安全。依据政府采购相关法规及甘财采[2023]5号文件,本项目服务存在特殊质控管理要求,只能由该供应商提供,同意采用单一来源采购。	
专业人员签字	丁玉忠	日期 2026年8月12日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘东宏
	职称:	副高
	工作单位:	武威市第二人民医院
项目信息	项目名称:	武威市人民医院血液透析室水质第三方检测服务采购项目
	供应商名称: 供应商地址:	甘肃金城医学检验所有限公司 甘肃省兰州市安宁区雪花路11号(康臣乳业公司院内)
专业人员论证意见	透析用水及透析液检测是血液净化质控控制必备项目,用于等级医院评审、日常院感督查资料归档。金城医学的标本转运、报告格式与现有质控档案体系完全匹配。经调研,其他第三方机构无法实现无缝衔接,更换服务商将造成质控资料断档。经论证,该项目符合单一来源采购法定情形,建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	刘东宏	日期 2016.8.12

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李国福	
	职称: 副高级	
	工作单位: 武威市中医医院	
项目信息	项目名称: 武威市人民医院血液透析室水质第三方检测服务采购项目	
	供应商名称: 甘肃金城医学检验所有限公司 供应商地址: 甘肃省兰州市安宁区雪花路11号(恒国药业公司院内)	
专业人员论证意见	透析用水、透析液检测需严格遵循YY/T0133行业标准开展全套项目检测。该供应商具备成熟全套检测体系、配套质控品、检测流程与透析科室常规模式适配。若更换供应商,检测方法、质控基准不一致,将影响临床对透析质量的评价。依据相关财政及采购法规、论证同意本项目采取单一来源方式采购。	
专业人员签字	李国福	日期 2016.8.12.

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。