

表3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	甘肃省景泰县妇幼保健院
拟采购产品名称	客观听力测试仪（OAE）
拟采购产品金额	8.5 万元
采购项目所属项目名称	景泰县妇幼保健院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	320 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：甘肃省景泰县妇幼保健院新成立耳鼻喉科听力中心，专科建设需要医教研协同。听力损害是新生儿常见的先天性异常之一，有数据显示，学龄期儿童永久性听力损失发病率增长到 0.9%——1%，单耳和双耳的轻度暂时性和永久性听力损失的发病率可达到 14.9%。根据《中华人民共和国母婴保健法》、《新生儿疾病筛查技术规范》及《儿童耳及听力保健技术规范》等法律法规的要求，医疗机构应开展新生儿听力普遍筛查的工作，同时在技术规范中对听力筛查的技术方法要求采用 OAE（耳声发射）+AABR（快速脑干诱发电位）结合的两段式筛查，最大限度的避免漏筛、错筛。我院本次购买听力测试仪，主要解决出生后 72 小时以内的新生儿听力初筛工作，检测新生儿出生后耳蜗病变，设备检查结果还需与甘肃省听力诊断中心（兰大二院耳鼻喉科听力中心）的筛查设备同步，结果相互认可。国产同类设备不能满足临床使用需求。	
三、专家论证意见	
申请单位购买的客观听力测试仪技术要求采用OAE + AABR(快速脑干诱发电位)结合的两段式筛查,检测新生儿出生后耳蜗病变.国产同类设备抗干扰能力等技术方面不能满足临床技术要求,须申请进口设备为宜 专家签字: 马利娟 2026年10月10日	

表3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	甘肃省景泰县妇幼保健院
拟采购产品名称	客观听力测试仪（OAE）
拟采购产品金额	8.5 万元
采购项目所属项目名称	景泰县妇幼保健院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	320 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：甘肃省景泰县妇幼保健院新成立耳鼻喉科听力中心，专科建设需要医教研协同。听力损害是新生儿常见的先天性异常之一，有数据显示，学龄期儿童永久性听力损失发病率增长到 0.9%——1%，单耳和双耳的轻度暂时性和永久性听力损失的发病率可达到 14.9%。根据《中华人民共和国母婴保健法》、《新生儿疾病筛查技术规范》及《儿童耳及听力保健技术规范》等法律法规的要求，医疗机构应开展新生儿听力普遍筛查的工作，同时在技术规范中对听力筛查的技术方法要求采用 OAE（耳声发射）+AABR（快速脑干诱发电位）结合的两段式筛查，最大限度的避免漏筛、错筛。我院本次购买听力测试仪，主要解决出生后 72 小时以内的新生儿听力初筛工作，检测新生儿出生后耳蜗病变，设备检查结果还需与甘肃省听力诊断中心（兰大二院耳鼻喉科听力中心）的筛查设备同步，结果相互认可。国产同类设备不能满足临床使用需求。	
三、专家论证意见	
景泰县妇幼保健院新成立耳鼻喉科听力中心，需采购客观听力测试仪器用于临床、教学、研究及区域医疗诊断结果互认，工作要求高，国内同类产品尚不能完全满足采购需求，须采购进口同类产品，符合相关法规要求。 专家签字：邵明 2026 年 10 月 10 日	

表3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	甘肃省景泰县妇幼保健院
拟采购产品名称	客观听力测试仪（OAE）
拟采购产品金额	8.5 万元
采购项目所属项目名称	景泰县妇幼保健院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	320 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：甘肃省景泰县妇幼保健院新成立耳鼻喉科听力中心，专科建设需要医教研协同。听力损害是新生儿常见的先天性异常之一，有数据显示，学龄期儿童永久性听力损失发病率增长到 0.9%——1%，单耳和双耳的轻度暂时性和永久性听力损失的发病率可达到 14.9%。根据《中华人民共和国母婴保健法》、《新生儿疾病筛查技术规范》及《儿童耳及听力保健技术规范》等法律法规的要求，医疗机构应开展新生儿听力普遍筛查的工作，同时在技术规范中对听力筛查的技术方法要求采用 OAE（耳声发射）+AABR（快速脑干诱发电位）结合的两段式筛查，最大限度的避免漏筛、错筛。我院本次购买听力测试仪，主要解决出生后 72 小时以内的新生儿听力初筛工作，检测新生儿出生后耳蜗病变，设备检查结果还需与甘肃省听力诊断中心（兰大二院耳鼻喉科听力中心）的筛查设备同步，结果相互认可。国产同类设备不能满足临床使用需求。	
三、专家论证意见	
该院成立耳鼻喉科听力中心，需要客观听力测试 使用于诊断及临床、教学、科研及提高医院诊断 结果的准确性，技术要求高，国内同类产品目前还不能完全 满足新的需求，经采纳进口同类产品，价格合理且能满足 的需求。 专家签字：王浩杰 2026 年 10 月 10 日	

表3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	甘肃省景泰县妇幼保健院
拟采购产品名称	客观听力测试仪（OAE）
拟采购产品金额	8.5 万元
采购项目所属项目名称	景泰县妇幼保健院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	320 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：甘肃省景泰县妇幼保健院新成立耳鼻喉科听力中心，专科建设需要医教研协同。听力损害是新生儿常见的先天性异常之一，有数据显示，学龄期儿童永久性听力损失发病率增长到 0.9%——1%，单耳和双耳的轻度暂时性和永久性听力损失的发病率可达到 14.9%。根据《中华人民共和国母婴保健法》、《新生儿疾病筛查技术规范》及《儿童耳及听力保健技术规范》等法律法规的要求，医疗机构应开展新生儿听力普遍筛查的工作，同时在技术规范中对听力筛查的技术方法要求采用 OAE（耳声发射）+AABR（快速脑干诱发电位）结合的两段式筛查，最大限度的避免漏筛、错筛。我院本次购买听力测试仪，主要解决出生后 72 小时以内的新生儿听力初筛工作，检测新生儿出生后耳蜗病变，设备检查结果还需与甘肃省听力诊断中心（兰大二院耳鼻喉科听力中心）的筛查设备同步，结果相互认可。国产同类设备不能满足临床使用需求。	
三、专家论证意见	
本项目论证意见如下： 该产品用于临床、教学、研究及区域医疗诊断结果互认，工作需求高，国内同类产品尚不能完全满足采购要求，须采购进口同类产品，符合相关政策要求。 专家签字：张明成 2026 年 10 月 10 日	

表3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	甘肃省景泰县妇幼保健院
拟采购产品名称	客观听力测试仪（OAE）
拟采购产品金额	8.5 万元
采购项目所属项目名称	景泰县妇幼保健院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	320 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：甘肃省景泰县妇幼保健院新成立耳鼻喉科听力中心，专科建设需要医教研协同。听力损害是新生儿常见的先天性异常之一，有数据显示，学龄期儿童永久性听力损失发病率增长到 0.9%——1%，单耳和双耳的轻度暂时性和永久性听力损失的发病率可达到 14.9%。根据《中华人民共和国母婴保健法》、《新生儿疾病筛查技术规范》及《儿童耳及听力保健技术规范》等法律法规的要求，医疗机构应开展新生儿听力普遍筛查的工作，同时在技术规范中对听力筛查的技术方法要求采用 OAE（耳声发射）+AABR（快速脑干诱发电位）结合的两段式筛查，最大限度的避免漏筛、错筛。我院本次购买听力测试仪，主要解决出生后 72 小时以内的新生儿听力初筛工作，检测新生儿出生后耳蜗病变，设备检查结果还需与甘肃省听力诊断中心（兰大二院耳鼻喉科听力中心）的筛查设备同步，结果相互认可。国产同类设备不能满足临床使用需求。	
三、专家论证意见	
经审查，拟采购产品客观听力测试仪（OAE）不属于国家限制和禁止进口产品目录范围，采购该产品符合政府采购法及相关法律法规规定。鉴于技术专家论证认为国内同类产品不能完全满足采购人的需求，故本产品必须采购进口产品。 专家签字：贺策之(律师) 2026年 10 月 10日	