






兰州大学第二医院（第二临床医学院）院内单一来源采购公告

申请科室	门诊部	科室负责人	魏志红
联系人	王淑英	联系电话	18793102999
项目名称	全数字彩色超声诊断系统		
预算金额	40 万	数 量	1 套
资金来源	☐ 财政专项 ☐ 科研经费 ☒ 自筹资金 ☐ 其他来源		
单一来源采购依据	☒ 只能从唯一供应商处采购。		
	☐ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。		
	☐ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
单一来源采购原因及论证说明 (可附页)	该设备名称是全数字彩色超声诊断系统，此款设备具有常规的超声成像功能外，还配备“中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置”（简称磁导航）功能模块。设备将“超声+心电定位+磁导航”三大功能整合，可实时三维动态追踪导管位置和心电图 P 波变化，实现全程可视化操作。 配置单一性理由：该设备由超声和磁导航模块及软件三部分组成。超声是“巴德医疗科技（上海）有限公司”委托中国“无锡祥生医疗科技股份有限公司”生产（型号：Site~Rite*80）；磁导航模块及软件是由美国“巴德血管通道系统公司”自行研发，只兼容 Site~Rite*80 机型，无法兼容其他任何厂家、任何机型的超声设备，因此该设备在配置方面具有单一性。 技术单一性理由：基于当前市场实际供应状况及技术匹配程度的限制，对现有彩色超声的产品性能调研，目前市面只有科曼、百多安及无锡祥生的彩超设备具备心电定位功能，但仅有无锡祥生所生产的 Site-Rite80 型号同时集成了磁导航模块，该设备磁导航用于监测血管内 PICC 导管尖端位置的走向，其他磁导航设备一般用于术中监测穿刺针尖走向或者监测术中动态成像，属于不同领域技术应用，因此该设备在技术角度具有单一性。 授权单一性理由：由无锡祥生医疗科技股份有限公司授权巴德医疗科技（上海）有限公司在中国区域独家销售，再由巴德医疗科技（上海）有限公司授权甘肃欣睿泽科贸有限责任公司为本项目唯一授权商。 该设备功能完全符合我院血管通路门诊提出的需求应用与规范，在临床使用过程完全能够实现对 PICC 导管尖端位置的精确定位与实		

		施跟踪。为确实保障设备功能完全契合临床使用需求，并确保医疗服务的质量与患者安全。因此申请采用单一来源形式采购。	
指定单一来源 供应商		供应商名称：甘肃欣睿泽科贸有限责任公司 地址：甘肃省兰州市兰州新区渭河街 3103 号	
申请 科室 意见	科室负责人签字： 	归口 管理 部门 意见	科室负责人签字：  2026.8.28
	论证专家签字（3 名及以上单数）：    2026 年 8 月 28 日		处室负责人签字：   2026.8.28. 部门盖章：

注：论证专家为副高及以上职称或担任相应行政职务人员。

论证专家姓名		职务/职称	副主任医师
论证专家姓名	孙璐	职务/职称	副主任护师
论证专家姓名	冯洁	职务/职称	副主任护师
论证专家姓名	王淑芳	职务/职称	护师
论证专家姓名		职务/职称	